



.....

Znak: AE/ZP-27-48/12

Tarnów, 2012-06-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H₂O/l ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 34 mg H₂O/l przy VT 500 ml ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny dla dorosłych o skuteczności filtracji względem bakterii na poziomie 99,999% oraz skuteczności filtracji względem wirusów na poziomie 99,999%? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
4. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Prosimy o modyfikację na:
„Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych droga decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżeniu do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej lub zmiany stawki podatku VAT ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie.”
5. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.8a) SIWZ.** Prosimy o modyfikację na:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,2% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”
6. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.8b) SIWZ.** Prosimy o modyfikację na:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** również wymienników ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H₂O/l, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** również filtrów mechanicznych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 34 mg H₂O/l przy VT 500 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** również filtrów elektrostatycznych dla dorosłych o skuteczności filtracji względem bakterii na poziomie 99,9999% oraz skuteczności filtracji względem wirusów na poziomie 99,999%, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad 4 – 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w ogólnych warunkach umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a