



.....

Znak: AE/ZP-27-48/12

Tarnów, 2012-06-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: nosków z portem i filtrem, filtrów antybakteryjnych, przyrządy do pompy infuzyjnej firmy ABBOTT, cewników i zgłębników dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego wymiennika ciepła i wilgoci (nosek) o masie tylko 4,5 g, objętości wewnętrznej (przestrzeń martwa) tylko 8 ml i nawilżeniu 33,2 mg H₂O/l, z centralnym samozamykającym się portem do odsysania i bocznym, otwartym portem tlenowym.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego filtra mechanicznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 34,2 mg H₂O/l skutecznego przez okres 24 h, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego filtra elektrostatycznego o masie 23 g, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny mechaniczny z pofalowaną ceramicznie związaną membraną, wbudowanym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji 100% w środowisku wilgotnym, utrata wilgoci około 7 mg/l przy 500 ml VT, sterylizowane radiacyjnie?.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** mikrobiologicznie czystego wymiennika ciepła i wilgoci (nosek) o masie tylko 4,5 g, objętości wewnętrznej (przestrzeń martwa) tylko 8 ml i nawilżeniu 33,2 mg H₂O/l, z centralnym samozamykającym się portem do odsysania i bocznym, otwartym portem tlenowym, ponieważ nie posiada portu tlenowego zatykanego koreczkiem, a ponadto nie spełnia wymogu sterylności.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** mikrobiologicznie czystego filtra mechanicznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 34,2 mg H₂O/l skutecznego przez okres 24 h, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowanie filtrów sterylnych.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** mikrobiologicznie czystego filtra elektrostatycznego o masie 23 g, ponieważ wymagał filtrów sterylnych o wadze do 19 g.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** również filtrów antybakteryjnych mechanicznych o parametrach opisanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

