



.....

Znak: AE/ZP-27-49/12

Tarnów, 2012-06-12

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dzierżawę automatycznego czytnika do OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści próbki do analizy surowicy z aktywatorem krzepnięcia typu trombina, z czasem wykrzepiania około 5 minut, o pojemności 5 ml (13/100)
2. **Dotyczy poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści igły systemowe z wizjerem kontrolującym wkłucie o rozmiarach: 0,7 (22G x 1), 0,8 mm (21G x 1)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2 również próbek do analizy surowicy z aktywatorem krzepnięcia typu trombina, z czasem wykrzepiania 5 minut, o pojemności 5 ml (13/100), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 9 również igieł systemowych z wizjerem kontrolującym wkłucie o rozmiarach: 0,7 (22G x 1), 0,8 mm (21G x 1), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a