



Znak: AE/ZP-27-51/12

Tarnów, 2012-06-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM oraz podłoży mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6..** Czy Zamawiający dopuści testy jak w załączonej instrukcji?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego w regionie kontroli aktywności testu przeciwciała Poliklonalne oraz w regionie testowym – przeciwciała poliklonalne?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego pasek barwny dla Rota i Adenowirusów w kolorze czerwonym oraz odpowiednie oznaczenia literowe A, R i C na kasetce testowej umożliwiające prawidłowy odczyt testu.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości dla Rota – 96,5%, dla Adeno – 95%?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o swoistości dla Rota – 98,4%, dla Adeno – 98,3%?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu przechowywanego w temperaturze 2 – 30°C?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 testów jak w załączonej do pytania instrukcji.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 testu zawierającego w regionie kontroli aktywności testu przeciwciała poliklonalne oraz w regionie testowym – przeciwciała poliklonalne.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 testu zawierającego pasek barwny dla Rota i Adenowirusów w kolorze czerwonym oraz odpowiednie oznaczenia literowe A, R i C na kasetce testowej umożliwiające prawidłowy odczyt testu.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 testu o czułości dla Rota – 96,5%, dla Adeno – 95%.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 testu o swoistości dla Rota – 98,4%, dla Adeno – 98,3%

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 również testu przechowywanego w temperaturze 2 – 30°C

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 również testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

