



Znak: AE/ZP-27-51/12

Tarnów, 2012-06-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM oraz podłoża mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania na próbówce daty i godziny produkcji?
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 7 dni do 7 dni roboczych.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści test który będzie miał potwierdzenie o braku reakcji krzyżowych jedynie z hemoglobina zwierzęcą?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający dopuści test według załączonej metodyki?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 10.** Czy Zamawiający zgodzi się na podanie nazwy produktu, nazwę producenta, datę ważności i nr serii bez daty dokonania rozlewu podłoża.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści podłoże z terminem ważności minimum 6 miesięcy. Podłoże to zawiera antybiotyki, których stabilność jest ograniczona?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający dopuści testy do wykrywania rota i adenowirusów zgodnie z załączoną metodyką?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści test który będzie miał potwierdzenie o braku reakcji krzyżowych jedynie z hemoglobina zwierzęcą, kwasem askorbinowym i bilirubina?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy (jak w załączonej instrukcji) do wykrywania wirusów Rota/Adeno o następujących parametrach: Rotawirusy: czułość – 99%, specyficzność 98%, Adenowirusy: czułość >90%, specyficzność 99%.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza aby podłoża oferowane w Pakiecie Nr 10 poz. 2 nie posiadało na próbówce daty i godziny produkcji, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy z 7 dni do 7 dni roboczych.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 4 testu który będzie miał potwierdzenie o braku reakcji krzyżowych jedynie z hemoglobina zwierzęcą.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 testu według załączonej do pytania metodyki.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 10 również podłoża posiadające oznaczenie: nazwy produktu, nazwę producenta, datę ważności i nr serii, bez daty dokonania rozlewu podłoża, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 10 poz. 2 zaoferowanie również podłoża posiadającego minimalny termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 7 Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 6 testy do wykrywania rota i adenowirusów zgodnych z załączoną metodyką, pod warunkiem, że: spełnia wymagania określone w pkt 2 i 10 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ oraz pakowane są w opakowania nie większe niż 25 testów, posiadają termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy,

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycja 4 testu który będzie miał potwierdzenie o braku reakcji krzyżowych jedynie z hemoglobina zwierzęcą, kwasem askorbinowym i bilirubina.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 testu kasetkowego (jak w załączonej instrukcji) do wykrywania wirusów Rota/Adeno o następujących parametrach: Rotawirusy: czułość > 99%, specyficzność 98%, Adenowirusy: czułość >90%, specyficzność 99%.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a