

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 1**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać: TAK/NIE bądź opisać
1.	Wszystkie zestawy wyposażone są kompletnie w niezbędne odczynniki: żele gotowe do użytku, barwnik w postaci roztworu stężonego, bufor w postaci roztworu stężonego, odbarwiacz w postaci roztworu stężonego - nie zawierający kwasu octowego	
2.	Do rozdzielania białek surowicy stosowana jest surowica nierozcieńczona 10 µl. Nakładanie materiału biologicznego (surowica natywna) na żel agarozowy za pomocą jednorazowego aplikatora	
3.	Rozdział białek surowicy charakteryzuje się stabilnością β lipo we frakcji β1	
4.	Zestawy odczynnikowe zawierają po 10 płytek z żelem agarozowym po 7 rozdzielów na każdej płytce (razem opakowanie to 70 oznaczeń)	
5.	Proces utrwalania rozdzielów elektroforetycznych: metoda termiczna (metoda chemiczna z kwasem octowym oraz alkoholem etylowym - wyeliminowana)	
6.	Aplikacja próbki na żel półautomatyczna (wyeliminowanie potencjalnych błędów przed analitycznych, wszystkie próbki nakładane na żel w tym samym czasie)	
7.	Poza zestawem odczynnik służący do rozcieńczania surowic lipidycznych i nieklarownych - FLUIDIL - gotowy do użycia - 2 fiołki	
8.	Termin ważności odczynników - min. 10 miesięcy od daty dostawy	
9.	Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia materiału kontrolnego w ilości nie większej 1 opakowanie na rok trwania umowy	
10.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty