

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 2 poz. 4**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać: TAK/NIE bądź opisać
1.	Kasetkowe testy immunochromatograficzne do jakościowego oznaczania hemoglobiny ludzkiej w próbce kału - bez konieczności stosowania diety bezmięsnej	
2.	Kasetki posiadające pola: kontroli aktywności testu i testowe	
3.	Konfekcjonowanie do 50 oznaczeń w opakowaniu	
4.	Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Czułość testu dla hemoglobiny ludzkiej nie mniejsza niż 50 ng/ml.	
6.	Swoistość - testy swoiste tylko dla hemoglobiny ludzkiej, nie dające reakcji krzyżowych z hemoglobiną zwierzęcą ani z bilirubiną, witaminą C i peroksydazą chrzanową	
7.	Możliwość uzyskania wyniku do 10 min	
8.	Testy gwarantujące czystą i bezpieczną pracę personelu (opisać na czym polega spełnienie wymogu)	
9.	Gotowe do użycia kompletne zestawy zawierające wszystkie elementy do przeprowadzenia procedury	
10.	Dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty