

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 6**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać: TAK/NIE bądź opisać
1.	Kasetkowe testy immunochromatograficzne do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału ludzkiego	
2.	W kasetce - w regionie kontroli aktywności testu zastosowano przeciwciała poliklonalne, w regionie testowym - przeciwciała monoklonalne, pasek barwny dla Rota i Adenowirusa w kolorach odpowiednio: niebieski, czerwony	
9.	Gotowe do użycia kompletne zestawy zawierające wszystkie materiały do przeprowadzenia procedury: fiolki z buforem fosforanowym, kroplomierz do naładania próbki badanej	
3.	Możliwość uzyskania wyniku po 10 minutach od naniesienia próbki, ale nie później niż do 15 minut	
4.	Czułość testu dla Rota - 100%, dla Adeno - nie mniej niż 97%	
5.	Swoistość dla Rotawirusów > 97%, dla Adeno > 98%	
6.	Temperatura przechowywania 4 - 30°C	
7.	Zapewniające bezpieczną i czystą pracę personelu (opisać na czym polega spełnienie wymogu)	
8.	Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy	
9.	Konfekcjonowanie - do 20 testów w opakowaniu	
10.	Dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty