



.....

**Znak: AE/ZP-27-57/12**

Tarnów, 2012-07-09

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8-11.** Prosimy o wydzielenie z Pakietu pozycji 8-11, czyli szkiełek mikroskopowych.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie towaru równoważnego kasetek biopsyjnych białych ze 168 dziurkami w podstawie oraz 192 w pokrywce?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy o wydzielenie do osobnego Pakietu poz. 1 (utrwalacz cytologiczny)
4. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy w poz. 1 Zamawiający pozwoli zaproponować pojemniki o pojemności 1180 ml.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 10.** Prosimy o doprecyzowanie czy podana ilość dotyczy ilości opakowań, czy ilości opakowań, czy ilości sztuk?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4 i 5.** Prosimy o wydzielenie pozycji 4 i 5 (uchwyty) do osobnego pakietu uchwytów do noży.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4 i 5.** Prosimy o zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 i 5 uchwytów do wykorzystania zużytych żyłek mikrotomowych, uniwersalnych, zatrzaskowych, wielokrotnego użytku, o ergonomicznym kształcie, wygodnych w użyciu i pozbawionych luzów, o wymiarach 60 mm, idealnie pasujących do nożyków, które nasza firma może zaproponować w pozycjach 1 – 3.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 - 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetek z większą ilością otworków o rozmiarze 1x1 mm? W przypadku braku zgody na pytanie powyżej czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetek z otworami prostokątnymi 1x5 mm z 56 otworami w wieczku kasetki i 54 otworami w podstawie?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetek z otworami o wymiarach 1x1 mm z ilością otworów 192 szt. w przykrywce i 192 szt. w podstawie kasetki?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetek ze specjalną komorą dzieloną na 2 mniejsze komory o wymiarach 1x2cm każda o wymiarach otworów 0,35mm ze specjalnymi większymi otworami poza komorą dla lepszej penetracji tkanek parafiną?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników wykonanych z polipropylenu?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1 - 5.** Proszę o określenie jednostki miary.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wianienki o wymiarach 37x 24 x 6 mm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wianienki o wymiarach 30x 24 x 6 mm?



15. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wianienki o wymiarach 15x 15 x 6 mm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5 i 6.** Proszę o określenie jakie teczki należy zaoferować Zamykane czy otwarte?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie atramentu do tkanek o pojemności 60 ml w ilości 4 opakowania?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1 - 7.** Proszę o określenie jednostki miary.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 26 i 41.** Czy w celu potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga dostarczenia próbek (po 2 szt.) do poz. 26 i 41?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 14 ezy z oczkiem o pojemności 1µl, sterylne pakowane po 20 sztuk lub po 5 sztuk?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści pojemniki (kubki) na mocz z nakrętką o pojemności całkowitej 150 ml i z znacznikiem do 100 ml?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek do 200 µl sterylnych, pakowanych po 5 szt.uk w opakowaniu zbiorczym 2000 szt. lub 500 szt.?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bagietek plastikowych z wacikiem bawełnianym, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody, czy dopuści zaoferowanie bagietek plastikowych z wacikiem wiskozowym w próbówce transportowej?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 i 7.** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek o standardowej jakości, czy o podwyższonej jakości typu Superior?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 do oddzielnego pakietu? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek w pudełkach po 96 sztuk?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie statywu do oferowanej mikrometody w pozycji 12, na 10 probówek?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32.** Czy Zamawiający dopuści statyw na 40 probówek o średnicy 16-20 mm, 4-rzędowy?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 33.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie statywu na 20 probówek o średnicy 12 mm, 2-rzędowy?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 31-35.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 31-35, tak aby stanowiły odrębny pakiet?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 42.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do badań osadu moczu, składającego się z próbówki do badania osadu moczu i kamery? Zestaw ten nie wymaga oferowania statywu, w związku z tym prosimy wykreślenie pozycji 43 z Pakietu Nr 2.
31. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 42 i 43.** Prosimy o wydzielenie pozycji 42 i 43, tak aby stanowiły odrębny pakiet.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipety zmiennopojemnościowej 0,5 ul?
33. **Dotyczy treści SIWZ.** Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, jeżeli Wykonawca musiałby zaoferować niepełne opakowania handlowe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niepełnego opakowania np. 12,5 opakowania, czy ilości należy zaokrąglić „w górę do pełnego opakowania handlowego”?
34. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV ust. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z „7 dni” do „7 dni roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia częściowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu

- sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto.
35. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV ust. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kar umownych z „0,5%” na „0,2%”.
36. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV ust. 8 b).** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „wartości zamówionej partii towaru” na „wartości wadliwej części zamówionej partii towaru”?
37. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV ust. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje i przesłać na nią odpowiedź w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W razie uwzględnienia reklamacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia reklamacji” Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę aby termin wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad wynosił 14 dni?
38. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV ust. 12.** Czy Zamawiający doprecyzuje i wprowadzi zapis, iż zmiany mogą dotyczyć granic 20%. Czy Zamawiający dopuści zapis, iż zmniejszenie realizacji umowy może dotyczyć granic 20%.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 poz. 8-11** do odrębnego pakietu.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 6** również kasetek biopsyjnych białych ze 168 dziurkami w podstawie oraz 192 w pokrywie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

**Ad. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 5 poz. 1** do odrębnego pakietu.

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** również pojemników o pojemności 1180ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 5 i 12** Podane ilości w **Pakiecie Nr 10** we wszystkich pozycjach tego Pakietu dotyczą sztuk.

**Ad. 6** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 10 poz. 4 i 5** do odrębnego pakietu.

**Ad 7** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 4 i 5** uniwersalnych uchwytów do wykorzystania zużytych żyłek mikroomowych, zatrzaskowych, wielokrotnego użytku, o ergonomicznym kształcie, wygodnych w użyciu i pozbawionych luzów, o wymiarach 60 mm.

**Ad 8** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycje 1-5** również kasetek histopatologiczne z większą ilością otworków o rozmiarze 1x1 mm., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

**Ad. 9** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycja 6** również kasetek biopsyjnych z otworami o wymiarach 1x1 mm z ilością otworów 192 szt. w przykrywie i 192 szt. w podstawie kasetki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycja 7** również kasetek biopsyjnych ze specjalną komorą dzieloną na 2 mniejsze komory o wymiarach 1x2cm każda o wymiarach otworów 0,35mm ze specjalnymi większymi otworami poza komorą dla lepszej penetracji tkanek parafiną, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 11** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 pozycja 1 i 2** również pojemników wykonanych z polipropylenu, pod warunkiem, że są odporne na działanie formaliny i spełniają pozostałe wymagań SIWZ.

**Ad. 13** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 pozycja 1** również waniek o wymiarach 37x 24 x 6 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

**Ad. 14** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 pozycja 2** również waniek o wymiarach 30x 24 x 6 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 15** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 pozycja 4** również waniek o wymiarach 15x 15 x 6 mm , pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

**Ad. 16** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 11 pozycja 5 i 6** teczek zamykanych.

**Ad. 17** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 pozycja 7** również atramentu do tkanek o pojemności 60 ml w ilości 4 opakowania, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 18** Podane ilości w **Pakiecie Nr 11 oraz Pakiecie Nr 12** we wszystkich pozycjach tych Pakietów dotyczą sztuk.

**Ad. 19** Wymagania dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia jak i sposób ich potwierdzania Zamawiający opisał w SIWZ, i nie wprowadza w tym zakresie zmian. Dotyczy to zarówno Pakietu Nr 2 jak i pozostałych.

**Ad. 20** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 14** ez z oczkiem o pojemności 1µl, sterylnych pakowanych po 20 sztuk lub po 5 sztuk. Oferowane ezy muszą być sterylne indywidualnie.

**Ad. 21** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 15** również pojemników (kubków) na mocz z nakrętką o pojemności całkowitej 150 ml i z znacznikiem do 100 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 22** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 6** również zaoferowanie końcówek do pipet do 200 µl sterylnych, pakowanych po 5 szt.uk w opakowaniu zbiorczym 500 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 23** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 2** bagietek plastikowych z wacikiem bawełnianym, nie wyraża również zgody na zaoferowanie bagietek plastikowych z wacikiem wiskozowym w próbce transportowej.

**Ad. 24** Zamawiający oczekuje w **Pakiecie Nr 2 pozycja 6 i 7** zaoferowania końcówek do pipet o standardowej jakości.

**Ad. 25** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 pozycji 8** do oddzielnego pakietu, natomiast dopuszcza zaoferowanie końcówek w pudełkach po 96 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 26** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 12** również statywu do oferowanej mikrometody w pozycji 12, na 10 próbek.

**Ad. 27** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 32** statywu na 40 próbek o średnicy 16-20 mm, 4-rzedowego.

**Ad. 28** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 33** statywu na 20 próbek o średnicy 12 mm, 2-rzedowego.

**Ad. 29** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 pozycji 31-35** do oddzielnego pakietu.

**Ad. 30** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 42** zestawu do badań osadu moczu, składającego się z probówki do badania osadu moczu i kamery, w związku z czym nie wyraża również zgody na wykreślenie z poz. 43 z Pakietu Nr 2.

**Ad. 31** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 pozycji 42 i 43** do oddzielnego pakietu.

**Ad. 32** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 pozycja 1** pipety zmiennopojemnościowej 0,5 ul.

**Ad. 33** Jeżeli Wykonawca musiałby zaoferować niepełne opakowania handlowe, należy zaoferować pełne opakowania po zaokrągleniu „w górę do pełnego opakowania handlowego”.

**Ad 34 – 38** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.5, Ad.12 i Ad.18 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu Załącznik Nr 1- Formularz Cenowy po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 10, Pakietu Nr 11 oraz Pakietu Nr 12.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a