



.....

Znak: AE/ZP-27-57/12

Tarnów, 2012-07-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4-5. Prosimy o zmianę zapisu w pozycji 4-5 umożliwiającą zaoferowanie uchwytów kompatybilnych z żyłkami równoważnymi do nożyków firmy Feather, posiadających inną długość uchwytów.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 4 - 5 uchwytów posiadających inną długość niż wymagana w SIWZ, kompatybilnych z żyłkami równoważnymi do nożyków firmy Feather, pod warunkiem, że ich długość oferowanych uchwytów jest co najmniej taka jak określona w SIWZ lub uchwyty są dłuższe i spełniają pozostałe parametry SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

