



AE/ZP-27-58/12

Tarnów, 2012-07-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-58/12

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na **dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrana została oferta Firmy:

Roche Diagnostics Polska Sp.z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, woj. mazowieckie:

Cena wybranej oferty: **85.245,12 zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 12/100), w tym cena netto: **78.814,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czternaście złotych 00/100)

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. po dniu 24 lipca 2012 r.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy
I	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. , ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, woj. mazowieckie
II	Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. , ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr I	500,00	500,00

Z postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-58/12

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na **dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej** iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **Abbott Laboratories Poland Sp.z o.o.**, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie (dalej Wykonawca). Zamawiający w Załączniku Nr 6 określił wymagania jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia. Wykonawca zaoferował glukometry, które nie spełniają wymagań określonych w punktach: 4, 10, 11, 12, 16 Załącznika Nr 6. Zgodnie z zapisem w pkt 4 Załącznika Nr 6 należało zaoferować glukometry posiadające zakres pomiarowy 0,6 - 33,3 mmol/l = 10 - 600 mg/dl, natomiast zaoferowane glukometry mają zakres pomiarowy >20 i <500 mg/dl. W pkt 10 Załącznika Nr 6 Zamawiający wymagał „Powtarzalność w serii oznaczeń - średni błąd nie większy niż 2%”, a w pkt 11 „Odtwarzalność dzień po dniu - średni błąd nie większy niż 2%”, natomiast Wykonawca zamiast wartości wymaganego parametru w obu punktach podał współczynnik korelacji. Zamawiający w pkt . 12 określił warunki przechowywania testów na 2 – 30⁰C, natomiast Wykonawca określił warunki przechowywania na 4 – 30⁰C. W pkt 16 Załącznika Nr 6 Zamawiający określił wymóg „Obecność portu podczerwieni umożliwiającego przesyłanie danych pomiarowych z glukometrów do komputera celem archiwizacji i analizy danych”, natomiast Wykonawca zaoferował glukometry z możliwością przesyłania danych za pomocą kabla.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a