



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-58/12

Tarnów, 2012-07-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wydzieli z Załącznika Nr 1 osobny Pakiet z glukometrami i paskami do tych glukometrów na potrzeby oddziału noworodkowego, bez wykonywania kalibracji, na których podczas oznaczeń eliminowany jest wpływ interferencji hematokrytu, maltozy, galaktozy, tlenu i kwasu askorbinowego, a ponadto glukometry te posiadają możliwość wykonywania dodatkowo oznaczenia parametru ketonów.
2. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających wiarygodność w postaci dokumentów dopuszczających dany sprzęt na oddział noworodkowy?
3. Czy Zamawiający dopuści system, w którym usuwanie testu paskowego odbywa się manualnie i usunięcie testu paskowego powoduje automatyczne wyłączenie glukometru?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Załącznika Nr 1 osobnego Pakietu z glukometrami i paskami do tych glukometrów na potrzeby oddziału noworodkowego.

Ad. 2 Wymagania dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia jak i sposób ich potwierdzania Zamawiający opisał w SIWZ, i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również glukometru, w którym usuwanie testu paskowego odbywa się manualnie i usunięcie testu paskowego powoduje automatyczne wyłączenie glukometru, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a