



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-58/12

Tarnów, 2012-07-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Czy Zamawiający dopuści inny rodzaj pasków oraz glukometrów, które są dopuszczone do obrotu na terenie RP, posiadają znak CE, dokonują pomiaru metodą biosensoryczną, nie zawierają enzymu PQQ, posiadają szeroki zakres hematokrytu (20:70%), dokonują pomiaru w czasie 20 s minimalną próbką krwi – tylko 0,6ul, w każdym rodzaju krwi w tym również neonatalnej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie, glukometrów, które dokonują pomiaru metodą biosensoryczną, nie zawierają enzymu PQQ, posiadają szeroki zakres hematokrytu (20:70%), dokonują pomiaru w czasie 20 s minimalną próbką krwi – tylko 0,6ul, w każdym rodzaju krwi w tym również neonatalnej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a