



AE/ZP-27-61/12

Tarnów, 2012-08-02

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- sprawa AE/ZP-27-61/12**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO na **dostawy testów do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim** – wybrana została oferta Firmy :

1/ bioMerieux Polska Sp.z o.o., ul.Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
Cena wybranej oferty: **14 637,24 zł** (słownie: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 24/100), w tym cena netto: **13 553,00 zł** (słownie: trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych po dniu 07 sierpnia 2012r.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy
I	STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk , 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. F. Perla 5, woj. śląskie
II	AQUA-MED. ZPAM-Kolasa Sp.j. , ul.Targowa 55, 90-323 Łódź, woj. łódzkie
III	bioMerieux Polska Sp.z o.o., ul.Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
Oferta Nr III	500,00	500,00

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

**Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-61/12**

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na **dostawy testów do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk , 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. F. Perła 5, woj. śląskie** (dalej Wykonawca).). Zgodnie wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 6 do SIWZ (pkt.2) należało zaoferować testy posiadające pasek barwny dla Rota i Adenowirusa w kolorach odpowiednio: niebieski, czerwony. Wykonawca zaoferował testy, które jak wynika z instrukcji użycia załączonej do oferty (str. 16-17) posiadają pasek barwny w kolorze czerwonym dla Rota oraz pasek barwny w kolorze niebieskim dla Adenowirusa. Oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym została odrzucona.
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **AQUA-MED. ZPAM-Kolasa Sp.j. , ul.Targowa 55, 90-323 Łódź, woj. łódzkie** (dalej Wykonawca).). Zgodnie wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 6 do SIWZ (pkt.2) należało zaoferować testy posiadające pasek barwny dla Rota i Adenowirusa w kolorach odpowiednio: niebieski, czerwony. Wykonawca zaoferował testy, które jak wynika z instrukcji użycia załączonej do oferty (str. 14-15) posiadają pasek barwny w kolorze czerwono-purpurowym zarówno dla Rota, jak i dla Adenowirusa. Oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym została odrzucona.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a