



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-61/12

Tarnów, 2012-07-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy testów do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści test do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim gdzie czułość dla rotawirusów dla wszystkich serii wynosi > 99%, a dla części serii 100%. Metodykę uogólniono wpisując czułość dla rotawirusów > 99 %. Pozostałe parametry są lepsze od wymaganych?
2. Dotyczy: Ogólne warunki umowy pkt.4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: „W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto nie ulegają zmianie; zmieni się cena jednostkowa brutto, poprzez uwzględnienie odpowiednio zmienionej stawki podatku VAT obowiązującej strony umowy z mocy prawa w dniu wystawienia faktury VAT.”?
3. Dotyczy: Ogólne warunki umowy pkt.8 lit.a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: „0,3% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”?
4. Dotyczy: Ogólne warunki umowy pkt.8 lit.b zdanie 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: „0,5% wartości brutto wadliwego towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.”?
5. Dotyczy: Ogólne warunki umowy pkt.8 lit.b zdanie 1 - Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słów „ilości i” - czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: „0,5 % wartości brutto wadliwego towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości; w uzasadnionych przypadkach (chwilowy brak towaru w magazynie w ilościach zgodnych z zamówieniem) dopuszcza się podzielenie dostawy na koszt Wykonawcy.”?
6. Dotyczy: Ogólne warunki umowy pkt.11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: „Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości ustawowej w skali roku.”?
7. Dotyczy: Ogólne warunki umowy pkt.14 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: „W przypadku niewykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów w ilościach wynikających z niewykonania zamówienia od innych Wykonawców; a różnicą w cenie pomiędzy towarem zakupionym od podmiotu trzeciego a ceną towaru wynikającą z niniejszej umowy obciąży Wykonawcę, z którym zawarta jej niniejsza umowa. Wykonawca dodatkowo pokryje koszty przesyłki zakupionego towaru od podmiotu trzeciego, jakie Zamawiający poniósł w związku z zakupem interwencyjnym.”?
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego w regionie kontroli aktywności testu przeciwciała poliklonalne oraz w regionie testowym – przeciwciała poliklonalne?



9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego pasek barwny zarówno dla Rota i Adenowirusów w kolorze czerwonym oraz odpowiednie oznaczenia literowe A, R i C na kasetce testowej umożliwiające prawidłowy odczyt testu?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości dla Rota – 96,5 %, dla Adeno - 95%?
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o swoistości dla Rota – 98,4 %, dla Adeno – 98,3%?
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu przechowywanego w temp. 2-30°C?
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk?
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 7 dni do 7 dni roboczych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie testu do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim gdzie czułość dla rotawirusów dla wszystkich serii wynosi > 99%, a dla części serii 100%, którego metodykę uogólniono wpisując czułość dla rotawirusów > 99 %, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.2-7 i 14

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w ogólnych warunkach umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testu zawierającego w regionie kontroli aktywności testu przeciwciała poliklonalne oraz w regionie testowym – przeciwciała poliklonalne.

Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testu zawierającego pasek barwny dla Rota i Adenowirusów w kolorze czerwonym oraz odpowiednie oznaczenia literowe A, R i C na kasetce testowej umożliwiające prawidłowy odczyt testu.

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testu o czułości dla Rota – 96,5%, dla Adeno – 95%.

Ad. 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testu o swoistości dla Rota – 98,4%, dla Adeno – 98,3%

Ad. 12

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie testu przechowywanego w temperaturze 2 – 30°C

Ad. 13

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a