



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-65/12

Tarnów, 2012-07-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, zestawów systemowych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1 - 6** - Czy Zamawiający w celu prawidłowej identyfikacji RTG kaniul wymaga minimum czterech pasków radiocieniujących wtopionych w kaniulę?
2. **Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 - 6** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule żylną wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, posiadającą szlif igły tylny, korek portu bocznego umieszczonego centralnie nad skrzydełkami mocującymi, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock.?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający celem identyfikacji rodzaju kaniuli wymaga kaniul z nazwą producenta wydrukowaną na kaniuli?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 22** - Czy sterylny przyrząd do pobierania płynu z butelek powinien posiadać zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu w pozycji odwróconej?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1 - 6** - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP, z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi (pełniącym taką samą funkcję jak zastawka)? Pozostałe parametry bez zmian.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6** – Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug'a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1 ustawy. Reasumując prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji kaniuli do wlewów dożylnych o rozmiarze 16G / 45 mm / 1,7 mm.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1 -2** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi (pełniącym taką samą funkcję jak zastawka)? Pozostałe parametry bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1** - Czy Zamawiający wymaga strzykawki insulinowej z igłą 0,45 x 13 mm? Pozostałe parametry bez zmian.



- 10. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.3** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłem? Pozostałe parametry bez zmian.
- 11. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.4** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml, z czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłem? Pozostałe parametry bez zmian.
- 12. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.5** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml, z czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłem? Pozostałe parametry bez zmian
- 13. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.6** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłem? Pozostałe parametry bez zmian
- 14. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.8-10** – Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki do pomp oraz strzykawka 100 ml z końcówką do cewnika posiadały dwustronną skalę? Pozostałe parametry bez zmian.
- 15. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1 i 3 oraz Pakietu Nr 10 poz.1 i 2** –
1. Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.
 2. Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
 3. Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta celem łatwiejszej identyfikacji przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie jednostkowe jest już wyrzucone.
- 16. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz.1 (omyłkowo podanego przez Wykonawcę jako Pakiet Nr 23 poz.1)** – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,1 µm? Pozostałe parametry bez zmian
- 17. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.9** – Czy Zamawiający dopuści zestawy z igłą podpajęczynówkową 27G 120-130mm spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz.1 - 6 minimum cztery paski radiocieniujące wtopione w kaniulę.
- Ad.2.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.1 - 6 kaniuli żyłnej wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu, posiadającej szlif igły tylny, korek portu bocznego umieszczony centralnie nad skrzydełkami mocującymi, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Wymagania zgodnie z SIWZ
- Ad.3.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz.1- 6 kaniule dożylnie z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami.

- Ad.4.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz.1- 6 kaniule z nazwą producenta wydrukowaną na kaniuli.
- Ad.5.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 22 sterylny przyrząd do pobierania płynu z butelek posiadał zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu w pozycji odwróconej.
- Ad.6.** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz.1– 6 kaniuli wykonanych z teflonu FEP, z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi (pełniącym taką samą funkcję jak zastawka). Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.7.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.6 kaniule do wlewów dożylnych o rozmiarze 16G / 45 mm / 1,7 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..
- Ad.8.** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz.1 –2 kaniuli z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi (pełniącym taką samą funkcję jak zastawka).
- Ad.9.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz.1 strzykawki insulinowe z igłą 0,45 x 13 mm.
- Ad.10.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz.3 strzykawki dwuczęściowe 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem.
- Ad.11.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz.4 strzykawkę dwuczęściową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml, z czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem.
- Ad.12.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz.5 strzykawkę dwuczęściową 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml, z czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem.
- Ad.13.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 poz.6 strzykawkę dwuczęściową 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem.
- Ad.14.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 8 poz.8-10 strzykawki do pomp oraz strzykawka 100 ml z końcówką do cewnika posiadały dwustronną skalę, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..
- Ad.15.**
1. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 9 poz1 i 3 oraz Pakiecie Nr 10 poz.1 i 2 przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów.
 2. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty w zakresie Pakietu Nr 9 poz1 i 3 oraz Pakietu Nr 10 poz.1 i 2 oświadczenia producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego.
 3. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby w Pakiecie Nr 9 poz1 i 3 oraz Pakiecie Nr 10 poz.1 i 2 na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta.
- Ad.16.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz.1 przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,1 µm.
- Ad.17.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 18 poz.9 zestawy z igłą podpajęczynówkową 27G 120-130mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a