



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-65/12

Tarnów, 2012-08-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, zestawów systemowych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 13** - Czy w Pakiecie nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji 1 na zaoferowanie portów z tytanu, o średnicy cewnika 1,0 x 2,2 mm - 6,6 Fr, pozostałe wymagane parametry są spełnione
2. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3** - Czy w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do portów z dołączonym cewnikiem do podawania leków o długości 18 cm, w rozmiarze 19G x 15 – 19 mm, ze specjalnym grzybobójczym i bakteriobójczym opatrunkiem żelowym, przeznaczonym wyłącznie do tych igieł, lecz pakowanych w oddzielne, sterylne opakowanie, pozostałe wymagane parametry są spełnione?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy w Pakiecie nr 14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portów, o komorze objętości 0,2ml i 0,7 ml i rozmiarze cewnika 1,0x2,2 mm - 6,6 Fr objętości komory 0,7 ml i 0,2 ml, oraz cewnik wysokoprzepływowy rozmiar 1,6 x 2,80 mm (8,4Fr) komory 0,7 ml?
4. Czy zamawiający uzna jako spełnienie wymagań podmiotowych, załączenie referencji wykonanych dostaw z dostawami innych wysokospecjalistycznych wyrobów medycznych jednorazowego użytku w pakiecie nr 13 i nr 14, niż dotyczące wszczepialnych zestawów do podawania leków?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6** - Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), mówiącym o tym, iż cyt. „zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego OBSZARU Gospodarczego przenoszących te normy”, oferowane kaniule dożylnie z portem bocznym, zgodnie z pkt 4.2 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5, powinny być wykrywalne radiologicznie, a jeżeli tak, to czy oferowane kaniule winny posiadać minimum 4 wtopione w ścianki kaniuli paski kontrastujące w promieniach RTG?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6** – Czy oferowane kaniule dożylnie z portem bocznym, zgodnie z pkt 4.4.4.PN-EN ISO 10555-5 powinny być wyposażone w zawór zwrot (zatyczkę odpowietrzającą) zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi żyłnej z komory wypływu, z zapewnioną jednoczesną swobodną dyfuzją gazów(w postaci filtru hydrofobowego), co umożliwi w pełni bezpieczne, zgodne z normą użytkowania?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1-3** – Czy Oferowane igły do nakłuc lędźwiowych powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony



- pryzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury/
8. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3-6** – Czy oferowane strzykawki powinny posiadać trwale oznaczona skalę pomiarową, o dokładności wskazanej w siwz, z możliwością pomiaru pojemności o min 20% większym w stosunku do pojemności nominalnej, co poszerza znaczne spektrum ich wykorzystania w zależności od określonych potrzeb klinicznych, a tym samym znacznie obniża koszty ich użytkowania?
 9. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3-6** – Czy strzykawki jednorazowego użytku powinny posiadać oznaczenie logo producenta i typu strzykawki na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej i łatwiejszej identyfikacji używanej strzykawki, także po wykonanej procedurze?
 10. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-3** – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany asortyment posiadał termin ważności min. 5 lat?
 11. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych rozmiar 22G o standardowej długości 50 mm, takiej jak igły używane do tej pory przez Zamawiającego?
 12. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-2** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ceny w/w asortymentu za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
 13. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3-6** - Czy Zamawiające będzie wymagał aby strzykawki dwu częściowe posiadały rozszerzoną skalę o min. 20 % co umożliwia szersze wykorzystanie strzykawek oraz czy strzykawki mają być wyposażone w tłok kontrastujący (zielony), który zapewnia dobry odczyt wypełnienia strzykawki
 14. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3-6** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ceny/w asortymentu za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
 15. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 8-10** – Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania strzykawki z podwójną skalą pomiarową, która pozwala na odczyt wypełnienia strzykawki w dowolnym położeniu?
 16. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1 i 3** - Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przez dłuższy okres – oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych powinny posiadać logo producenta na samym wyrobie oraz w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia jego pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej- w tym także – w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób?
 17. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby przyrządy do pobierania płynów były wyposażone w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą niekontrolowany wyciek płynu w przypadku np. przewróconej butelki.
 18. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści Zamknięty system dostępu naczyniowego, nieprzeźroczysty, o przepływie min. 170 ml/min, możliwość podłączenia do pacjenta na 7 lub 360 aktywacji?
 19. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 poz. 3 dopuści długość drenu 25-30 cm, bez plastra mocującego?, reszta parametrów bez zmian.
 20. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 16G/45mm/1,7mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego zapewniający użycie do 3 dni, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści igły z uchwytem motylkowym do punkcji mostka o długości 43mm regulowane w zakresie 5-30mm lub o długości 60mm regulowane w zakresie 15-47mm lub o długości 73mm regulowane w zakresie 35-60mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji cienkoigłowej w rozmiarze 22G, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji cienkoigłowej o długości 200mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści igły z uchwytem motylkowym do punkcji mostka o długości 43mm regulowane w zakresie 5-30mm lub o długości 60mm regulowane w zakresie 15-47mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia kombinowanego z igłą podpajęczynówkową w rozmiarze 27G 150mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści sterylny przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w dokładniejszy niż oczekiwany filtr bakteryjny 0,1µm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kaniule 3 paskami kontrastującymi pod RTG, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 11 w pozycji 2 dopuści, cewnik wykonany z poliuretanu bez substancji zmniejszającej kolonizację drobnoustrojów na cewniku?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1-3** - Czy Zamawiający w Pakiecie 11 w pozycjach 1-3 dopuści, cewniki z możliwością identyfikacji położenia za pomocą RTG zamiast EKG (bez kabelka łączącego do EKG), z koreczkami z portami igłowymi zamiast łączników Safsite, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 12-** Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści jednoświatłowy neonatologiczny cewnik w rozmiarze 23Ga (0,4 x 0,6 mm) o długości 20cm, przepływie około 2,31ml/min, z igłą 22G (0,71mm) o długości 3cm, z kaniulą rozrywalną w zestawie, ze zintegrowanym drenem przedłużającym z klamerką zaciskową, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 13** - Czy zamawiający dopuści do przetargu porty z cewnikiem poliuretanowym o długości 760mm dołączane do portu i mocowane za pomocą zamka zintegrowanego z portem? Cewnik ma średnicę wewnętrzną 1mm, a zewnętrzną 1,9mm
33. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3** - Czy w poz.3 zamawiający dopuści do przetargu igły z drenem o dł. 20,3cm wyposażone w gąbkę zamiast plastra, pozwalające na zmianę zakresu głębokości wkłucia igły w wyniku uginania się gąbki w zakresie 4mm?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 14-** Czy zamawiający dopuści do przetargu porty o objętości komory 0,5ml lub 0,3ml? Oferowana wartość różni się jedynie o 0,05ml od wymaganej w SIWZ co nie wpłynie na właściwości terapeutyczne portu?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy zamawiający dopuści do przetargu porty z cewnikami poliuretanowymi o rozmiarach (śr. wewnętrzna/ śr. zewnętrzna): 1mm/1,9mm – 5,8Fr oraz 1,6mm/2,6mm – 7,8Fr?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy zamawiający będzie wymagał, aby igły dostarczane w zestawie posiadały zabezpieczenia przed samozakłuciem?

37. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-** Prosimy o dopuszczenie kaniul dożylnych bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie kaniul dożylnych w rozmiarze 22G/25mm/0,8mm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** - Prosimy o dopuszczenie kaniul dożylnych w rozmiarze 20G/32-33mm/1,0mm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie kaniul dożylnych w rozmiarze 18G/32-45mm/1,2mm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5** - Prosimy o dopuszczenie kaniul dożylnych w rozmiarze 17G/45mm/1,4mm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6** - Prosimy o dopuszczenie kaniul dożylnych w rozmiarze 16G/45mm/1,7mm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-6** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule dożylne mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / zapalenie żył, odczyny/?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 2** - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby kaniule posiadały min. 5-6 pasków widocznych w RTG?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 2-** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule dożylne mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / zapalenie żył, odczyny/?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 2-** *Czy w związku z wejściem w życie dyrektywy 2007/47/WE zmieniającej dyrektywę 90/385/EWG, która nakazuje oznaczenie asortymentu tylko w przypadku kiedy dany produkt zawiera substancje szkodliwe to czy dany zaoferowany produkt wyprodukowany po dacie wejścia w życie tej dyrektywy ma być oznakowany zgodnie z jej wymogami- czyli Zamawiający oczekuje informacji o zawartości lateksu lub PCV jeśli dany produkt go posiada lub braku informacji na opakowaniu jeśli produkt jest bez lateksu i PCV?"*
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od zapisu o nadruku na opakowaniu jednostkowym w języku polskim potwierdzającego brak lateksu na rzecz odpowiedniego oświadczenia producenta kaniuli dożylnej, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu gronu Wykonawców.
47. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3,4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną pełniącą tę samą rolę co filtr hydrofobowy?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3,4** - Prosimy o dopuszczenie kaniul z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci białej plastikowej osłonki?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3,4** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / zapalenie żył, odczyny/?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3,4** - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby zabezpieczenie przed zakłuciem zapobiegało przed zachlapaniem poprzez zasysanie ostatniej kropli krwi z mandrynu?

51. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Prosimy o wyjaśnienie czy korki do venflonów z zamkniętym systemem dostępu naczyniowego mają posiadać jednolitą materiałowo powierzchnię styku łącznika z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego osadzona na konektorze oraz posiadać przepływ min. 525 ml/min zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5, nie wpływając na zmniejszenie deklarowanego przez producenta przepływu przez cewnik naczyniowy?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma być wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie końcówki Luer – Lock zapobiegające jego kontaminacji?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma być wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-8** - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby igły posiadały barwne nasadki?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-8** - Prosimy o sprecyzowanie czy igły iniekcyjne mają być polerowane elektrochemicznie co pozwala na usunięcie wszelkich metalowych opiłków, chropowatość i innych niedoskonałości powstających przy ostrzeniu końcówki igły w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni?
56. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 8** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 25G/ 0,5mm/ 25mm.
57. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3-6** - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby skala na cylindrze odpowiadała objętości nominalnej?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3-6** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za opakowanie a' 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za sztukę do czterech miejsc po przecinku.
59. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7-9** - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawki posiadały logo producenta i typ strzykawki na cylindrze?
60. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / zapalenie żył, odczynu/?
61. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1** - *Czy w związku z wejściem w życie dyrektywy 2007/47/WE zmieniającej dyrektywę 90/385/EWG, która nakazuje oznaczenie asortymentu tylko w przypadku kiedy dany produkt zawiera substancje szkodliwe to czy dany zaoferowany produkt wyprodukowany po dacie wejścia w życie tej dyrektywy ma być oznakowany zgodnie z jej wymogami- czyli Zamawiający oczekuje informacji o zawartości lateksu lub PCV jeśli dany produkt go posiada lub braku informacji na opakowaniu jeśli produkt jest bez lateksu i PCV?"*
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od zapisu o nadruku na opakowaniu jednostkowym w języku polskim potwierdzającego brak lateksu na rzecz odpowiedniego oświadczenia producenta kaniuli dożylniej.
62. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną pełniącą tę samą rolę co filtr hydrofobowy?

- 63. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie kaniul z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci białej plastikowej osłonki?
- 64. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / zapalenie żył, odczynu/?
- 65. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby zabezpieczenie przed zakłuciem zapobiegało przed wyciekami krwi z mandrynu?
- 66. Dotyczy Pakietu Nr 22** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 22 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?
Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).
- 67. Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Biorąc pod uwagę zapisy w punkcie 8 podpunkt b. Zamawiający określa karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto zamówionej partii towaru w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu. Wprowadzenie ww. zapisu w umowie uniknie nieporozumień na tym tle.
- 68. Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt 1** - Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw na „cito” tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 2 dni robocze. Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 24 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.
- 69. Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy punktu 1 umowy o zwrot "Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy apteki dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
- 70. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 13 pozycja 1 portów tytanowych o średnicy cewnika 1.0x6.5F i długości 700mm bez oznaczeń cieniodyjnych na cewniku.
- 71. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2 i 3** – Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji 2, 3 i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu.
- 72. Dotyczy Pakietu Nr 14** – Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 portów w całości tytanowych z cewnikiem bez oznaczonej długości o następujących cewnikach oraz objętości komory:
- objętość komory: 0.62ml, średnica cewnika: 1.0mm x 6.5F, długość 700mm
 - objętość komory: 0.35ml, średnica cewnika: 1.0mm x 6.5F, długość 700mm

- wysokoprzepływowe o objętości komory 0.62ml, średnica cewnika 1.6mm x 9.5F, długość 500mm
 - wysokoprzepływowe o objętości komory 0.62ml, średnica cewnika 1.4mm x 7.5F, długość 500mm
- 73. Dotyczy zapisów rozdział IV punkt 2.2 SIWZ** – Prosimy o dopuszczenie wykazu wykonanych dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz załączenie potwierdzenia ich należytego wykonania jako spełnienie warunku posiadania doświadczenia pozwalającego na udział w postępowaniu.
- 74. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego port tytanowy z cewnikiem poliuretanowym o długości 550 mm, i rozmiarze cewnika 1,4 mm x 2,2 mm 6,6 Fr? Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją.
- 75. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego igły do portów tytanowych z dołączonym cewnikiem do podawania leku ok 15 cm, bez plastra mocującego, bez elastycznego syfoniku, o rozmiarze 19G x 19 mm i 20G x 13 mm oraz 19 mm? Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją.
- 76. Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pakiecie nr 14 porty w całości wykonane z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu)?
- 77. Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy wymagany jest przepływ laminarny przez komorę portu?
- 78. Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy Zamawiający wymaga aby na obudowie komory portu znajdowały się nacięcia ułatwiające stabilny uchwyt komory?
- 79. Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pakiecie 14 wszczepialny zestaw do podawania leków (komora portu i łącze portu tytanowe) o podanych parametrach: komora o objętości 0,7ml i 0,3ml; rozmiary dla cewnika: średnica 1,4x2,2mm 6,6 Fr, długość 550mm, poliuretanowy dla objętości komory 0,3 ml, oraz cewnik wysokoprzepływowy rozmiar: 1,6x3,2 9,6 Fr dla objętości komory 0,7 ml i 1,4x2,5 7,5 Fr dla objętości komory 0,7 ml ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** dopuszcza porty z tytanu o średnicy cewnika 1,0 x 2,2mm 6,6Fr pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** dopuszcza także igły do portów z dołączonym cewnikiem do podawania leków o długości 18cm, w rozmiarze 19G x 15-19mm, ze specjalnym grzybobójczym i bakteriobójczym opatrunkiem żelowym, przeznaczonym wyłącznie do tych igieł, lecz pakowanym w oddzielne, sterylne opakowanie pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** nie dopuszcza portów o objętości komory 0,2ml i 0,7ml i rozmiarze cewnika 1,0x2,2mm 6,6Fr objętości komory 0,7ml i 0,2ml, oraz cewnik wysokoprzepływowy rozmiar 1,6x2,8mm (8,4Fr) komory 0,7ml.

Ad. 4

Zgodnie z pkt.IV.2.2 SIWZ Zamawiający uzna, że warunek załączenia do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

przewodzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie został spełniony - jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 dostawę związaną z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalną do przedmiotu zamówienia, tj. odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Oceny spełniania warunku Zamawiający dokona podczas badania ofert, ewentualnie działając w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokona wyjaśnień treści oferty.

Ad. 5

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-6** dopuszcza ale nie wymaga czterech pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w kaniulę.

Ad. 6

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-6** wymaga zaoferowania kaniuli dożylnych z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się płynów oraz stałym koreczkiem/zatyczką.

Ad.7

Zamawiający w **Pakiecie Nr 6 poz. 1-3** dopuszcza ale nie wymaga igieł do nakłuć lędźwiowych posiadających uchwyt z wbudowanym pryzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym.

Ad. 8

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 3- 6** dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania strzykawek posiadających trwale oznaczoną skalę pomiarową, o dokładności wskazanej w SIWZ, z możliwością pomiaru pojemności o min. 20% większej w stosunku do pojemności nominalnej.

Ad. 9

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 3-6** dopuszcza ale nie wymaga strzykawek z oznaczonym logo producenta i typem strzykawki na cylindrze

Ad. 10

Zamawiający w **Pakiecie Nr 16 poz. 1-3** dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane igły do hemodializ posiadały termin ważności min. 5 lat.

Ad. 11

Zamawiający w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** dopuszcza także igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 22G o długości 50mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 12

W **Pakiecie Nr 8 poz. 1-2** Zamawiający dopuszcza podanie ceny asortymentu za opakowanie a' 100 szt. Wykonawca winien określić wielkość opakowania oraz ilość opakowań i cenę za opakowanie w odpowiednich kolumnach Formularza Cenowego.

Ad. 13

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 3-6** dopuszcza ale nie wymaga aby strzykawki dwuczęściowe posiadały rozszerzoną skalę o min. 20% oraz wyposażone były w tłok kontrastujący (zielony).

Ad. 14

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 3-6** dopuszcza także podanie ceny w/w asortymentu za opakowanie a'100 szt. Wykonawca winien określić wielkość opakowania oraz ilość opakowań i cenę za opakowanie w odpowiednich kolumnach Formularza Cenowego.

Ad. 15

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 8-10** dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania strzykawki z podwójną skalą pomiarową.

Ad. 16

Zamawiający w **Pakiecie Nr 9 poz. 1 i 3** dopuszcza ale nie wymaga aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych posiadały logo producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Ad. 17

Zamawiający w **Pakiecie Nr 22 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby przyrządy do pobierania płynów były wyposażone w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą niekontrolowany wyciek płynu w przypadku np. przewróconej butelki

Ad. 18

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** zgodnie z SIWZ wymaga zaoferowania systemu dostępu naczyniowego, bezigłowego, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części, bez lateksu, umożliwiającego połączenia Luer, zapewniającego użycie do 7 dni.

Ad. 19

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** nie wyraża zgody na dopuszczenie długości drenu 25-30 cm bez plastra mocującego. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 20

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** dopuszcza także kaniule w rozmiarze 16G/45mm/1,7mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 21

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** nie dopuszcza zamkniętego systemu dostępu naczyniowego zapewniającego użycie do 3 dni, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 22

Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** nie dopuszcza igieł z uchwytem motylkowym do punkcji mostka o długości 43mm, 60mm i 73mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 23

Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 2** nie dopuszcza igieł do biopsji cienkoigłowej w rozmiarze 22G, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 24

Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 3** nie dopuszcza igieł do biopsji cienkoigłowej o długości 200mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 25

Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 5** nie dopuszcza igieł z uchwytem motylkowym do punkcji mostka o długości 43mm i 60mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 26

Zamawiający w **Pakiecie Nr 18 poz. 9** nie dopuszcza zestawu do znieczulenia kombinowanego z igłą podpajęczynówkową w rozmiarze 27G 150mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 27

Zamawiający w **Pakiecie Nr 22 poz. 1** nie dopuszcza przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,1 µm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Ad. 28

Zamawiający w **Pakiecie Nr 28 poz. 1** nie dopuszcza kaniuli z 3 pasami kontrastującymi pod RTG. Wymagania zgodnie z SIWZ

Ad. 29

Zamawiający w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** nie dopuszcza cewnika wykonanego z poliuretanu bez substancji zmniejszającej kolonizację drobnoustrojów na cewniku. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 30

Zamawiający w **Pakiecie Nr 11 poz. 1-3** nie dopuszcza cewników z możliwością identyfikacji położenia za pomocą RTG zamiast EKG (bez kabelka łączącego do EKG), z koreczkami z portami igłowymi zamiast łączników Safsite, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 31

Zamawiający w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** zgodnie z SIWZ wymaga zaoferowania zestawu do cewnikowania noworodków, zakładanego obwodowo z przyrządem wprowadzającym (introducerem) w postaci rozrywalnej kaniuli. W skład zestawu wchodzi: a) cewnik o wymiarach śr. 0,3 x 0,6 mm, dł. 15 cm, przepływ 3ml/min., b) igła o wymiarach 20G/śr.0,95mm/dł.25mm, c) kaniula - rozrywalna igła. Zestaw posiada wbudowany dren przedłużający, zacisk motylkowy, skrzydełko mocujące. Wykonany z tworzywa poliuretanowego.

Ad. 32

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** nie dopuszcza portów z cewnikiem poliuretanowym o długości 760mm dołączanym do portu i mocowanym za pomocą zamka zintegrowanego z portem, rozmiar cewnika średnica 1,0mm x 1,9mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 33

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** dopuszcza także igły z drenem o dł. 20,3cm wyposażone w gąbkę zamiast plastra, pozwalające na zmianę zakresu i głębokości wklucia igły w wyniku uginania się gąbki w zakresie 4mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 34

Zamawiający w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** dopuszcza także porty o objętości komory 0,5ml i 0,3ml.

Ad. 35

Zamawiający w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** nie dopuszcza portów z cewnikami poliuretanowymi o rozmiarach (śr. wewnętrzna / śr. zewnętrzna): 1,0mm/1,9mm – 5,8Fr oraz 1,6mm/2,6mm – 7,8Fr.

Ad. 36

Zamawiający w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby igły dostarczane w zestawie posiadały zabezpieczenia przez samozakłuciem.

Ad. 37

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** nie dopuszcza kaniul dożylnych bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Ad. 38

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** dopuszcza także kaniule dożylne w rozmiarze 22G/25mm/0,8mm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ

Ad. 39

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** dopuszcza także kaniule dożylne w rozmiarze 20G/32-33mm/1,0mm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ

Ad. 40

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** dopuszcza także kaniule dożylne w rozmiarze 18G/32-45mm/1,2mm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Ad. 41

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** dopuszcza także kaniule dożylne w rozmiarze 17G/45mm/1,4mm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Ad. 42

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** dopuszcza także kaniule dożylnie w rozmiarze 16G/45mm/1,7mm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Ad. 43

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-6** dopuszcza ale nie wymaga aby kaniule dożylnie były pakowane w opakowania nierozrywalne Tyvee.

Ad. 44

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-2** wymaga aby kaniule posiadały min. 4 pasy widoczne w RTG.

Ad. 45

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-2** dopuszcza ale nie wymaga aby kaniule dożylnie były pakowane w opakowania nierozrywalne Tyvee.

Ad. 46

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-2** zgodnie z SIWZ wymaga zaoferowania kaniul bez lateksu i PCV. Zamawiający dopuszcza także możliwość przedstawienia odpowiedniego oświadczenia producenta kaniuli dożylnej potwierdzającego brak zawartości lateksu.

Ad. 47

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 3-4** dopuszcza także kaniule z zastawką antyzwrotną pełniącą tę samą rolę co filtr hydrofobowy

Ad. 48

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 3-4** dopuszcza także kaniule z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci plastikowej osłonki.

Ad. 49

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 3-4** dopuszcza ale nie wymaga aby kaniule dożylnie były pakowane w opakowania nierozrywalne Tyvee.

Ad. 50

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 3-4** dopuszcza także aby zabezpieczenie przed zakłuciem zapobiegało przed zachlapaniem poprzez zasysanie ostatniej kropli krwi z mandrynu.

Ad. 51

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** zgodnie z SIWZ wymaga zaoferowania systemu dostępu naczyniowego, bezigłowego, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części, bez lateksu, umożliwiającego połączenia Luer, zapewniającego użycie do 7 dni.

Ad. 52

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby zamknięty system dostępu naczyniowego był wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie końcówki Luer-Lock zapobiegające jego kontaminacji.

Ad. 53

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** zgodnie z SIWZ wymaga zaoferowania systemu dostępu naczyniowego, bezigłowego, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części, bez lateksu, umożliwiającego połączenia Luer, zapewniającego użycie do 7 dni.

Ad. 54

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-8** dopuszcza ale nie wymaga aby igły posiadały barwne nasadki.

Ad. 55

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-8** dopuszcza ale nie wymaga aby igły iniekcyjne były polerowane elektrochemicznie.

Ad. 56

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 8** nie dopuszcza igły w rozmiarze 25G/0,5mm/25mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 57

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 3-6** wymaga aby oferowane strzykawki posiadały skalę na cylindrze nie mniejszą niż objętość nominalna.

Ad. 58

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 3-6** dopuszcza także podanie ceny jednostkowej netto za opakowanie a'100szt. Wykonawca winien określić wielkość opakowania oraz ilość opakowań i cenę za opakowanie w odpowiednich kolumnach Formularza Cenowego.

Ad. 59

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 7-9** dopuszcza ale nie wymaga aby strzykawki posiadały logo producenta i typ strzykawki na cylindrze.

Ad. 60

Zamawiający w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby kaniule dożylnie były pakowane w opakowania nierozrywalne Tyvee.

Ad. 61

Zamawiający w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** zgodnie z SIWZ wymaga zaoferowania kaniul bez lateksu i PCV. Zamawiający dopuszcza także możliwość przedstawienia odpowiedniego oświadczenia producenta kaniuli dożylniej potwierdzającego brak zawartości lateksu.

Ad.62

Zamawiający w **Pakiecie Nr 28 poz. 1** dopuszcza także kaniule z zastawką antyzwrotną pełniącą tę samą rolę co filtr hydrofobowy.

Ad.63

Zamawiający w **Pakiecie Nr 28 poz. 1** dopuszcza także kaniule z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci plastikowej osłonki.

Ad. 64

Zamawiający w **Pakiecie Nr 28 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby kaniule dożylnie były pakowane w opakowania nierozrywalne Tyvee.

Ad. 65

Zamawiający w **Pakiecie Nr 28 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby zabezpieczenie przed zakłuciem zapobiegało przed wyciekami krwi z mandrynu.

Ad. 66

Zamawiający w **Pakiecie Nr 22 poz. 1** dopuszcza także zaoferowanie sterylnej przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiolki lub butelki, zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim.

Ad. 67-69

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych..

Ad. 70

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** nie dopuszcza portów tytanowych o średnicy cewnika 1,0x6,5F i długości 700mm bez oznaczeń cieniodajnych na cewniku. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 71

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 2-3** nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji 2 i 3 i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 72

Zamawiający w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** nie dopuszcza portów tytanowych z cewnikiem bez oznaczonej długości o następujących cewnikach oraz objętościach komory:

- objętość komory: 0,62ml, średnica cewnika: 1,0mm x 6,5F, długość 700mm
- objętość komory 0,35ml, średnica cewnika 1,0mm x 6,5F, długość 700mm
- wysokoprzepływowe o objętości komory 0,62ml, średnica cewnika 1,6mm x 9,5F, długość 500mm
- wysokoprzepływowe o objętości komory 0,62ml, średnica cewnika 1,4mm x 7,5F, długość 500mm.

Ad. 73

Zgodnie z pkt.IV.2.2 SIWZ Zamawiający uzna że warunek załączenia do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie został spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 dostawę związaną z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalną do przedmiotu zamówienia, tj. odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Oceny spełniania warunku Zamawiający dokona podczas badania ofert, ewentualnie działając w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokona wyjaśnień treści oferty.

Ad. 74

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** nie dopuszcza portu tytanowego z cewnikiem poliuretanowym o długości 550mm i rozmiarze cewnika 1,4mm x 2,2mm 6,6 Fr. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 75

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** dopuszcza także igły do portów tytanowych z dołączonym cewnikiem do podawania leków ok. 15cm, bez plastra mocującego, bez elastycznego syfoniku, o rozmiarze 19G x 19mm i 20G x 13mm oraz 19mm pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ.

Ad. 76

Zamawiający w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** dopuszcza także porty w całości wykonane z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu).

Ad. 77

Zamawiający w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** wymaga przepływu laminarnego przez komorę portu.

Ad. 78

Zamawiający w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby na obudowie komory portu znajdowały się nacięcia ułatwiające stabilny uchwyt komory.

Ad. 79

Zamawiający w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** dopuszcza także wszczepialny zestaw do podawania leków (komora portu i łącze portu tytanowe) o podanych parametrach: komora o objętości

0,7ml i 0,3ml; rozmiary dla cewnika: średnica 1,4x2,2mm 6,6Fr, długość 550mm, poliuretanowy dla objętości komory 0,3ml, oraz cewnik wysokoprzepływowy rozmiar: 1,6x3,2mm 9,6Fr dla objętości komory 0,7ml i 1,4x2,5mm 7,5Fr dla objętości komory 0,7ml.

W związku z odpowiedziami , na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 03.09.2012r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 03.09.2012r godz. 11:00**

i w związku z tym dokonuje odpowiednio zmian treści SIWZ w punkcie III.11, V, X.1, XI.1.

W związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a