



.....

Znak: AE/ZP-27-66/12

Tarnów, 2012-07-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy rękawic medycznych oraz rękawic jednorazowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 2, 3.** Czy Zamawiający ma na myśli rękawice nitrylowe czy winylowe?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 290 mm
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający przychyli się do prośby o wyodrębnienie z Pakietu Nr 1 poz. 1 oraz 2?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe AQL 1,5 zrolowany mankiet?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7 i 8.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. 7 i 8 z Pakietu i utworzenie z nich odrębnego Pakietu.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 rękawic zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, bezpudrowych.
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów umowy i dopuszczenie możliwości podwyższenia ceny umownej brutto w przypadku zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej.
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) udokumentowana zmiana cen producenta, 2) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP)
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.14 SIWZ.** Prosimy o wprowadzenie zapisu, że w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 14, Zamawiający obciąży wykonawcę różnicą między ceną zakupu u osoby trzeciej a ceną jaką zapłaciłby Wykonawcy.
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 zapisu „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w paragrafie 5 umowy: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są



konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy; b) zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności nawet przy zachowaniu należytej ostrożności; c) istotnej zmiany cen przez producenta”?

13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 15?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 3 oraz pakiet Nr 2 poz.1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice były zarejestrowane w I klasie wyrobu medycznego oraz III kategorii środka ochrony indywidualnej, co dopuszcza je do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1,2,3 oraz pakiet Nr 2 poz.1** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice niesterylne posiadały certyfikat wydany przez jednostkę niezależną tj. jednostkę notyfikowaną potwierdzającą zgodność z normą EN 455-1,2,3 i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty certyfikatu Jednostki Notyfikowanej?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, niesterylnych, bezlateksowych w rozmiarach S-XL.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice diagnostyczne, niesterylne, bezlateksowe mają być oznakowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii I?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.4** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice chirurgiczne sterylne, pudrowane mają posiadać poziom protein poniżej 60 µg/g, potwierdzony badaniami jednostki niezależnej, dołączonymi do oferty?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.5** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice chirurgiczne mają posiadać poszerzoną częścią grzbietową dłoni, co zapewnia nie męczącą dłoni pracę podczas długotrwałych zabiegów operacyjnych?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.5** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice chirurgiczne bezpudrowe mają posiadać wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci, co ułatwia zakładanie rękawicy na wilgotną dłoń?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.5** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice chirurgiczne mają być pakowane w opakowanie foliowe lub zewnętrzne papierowe całkowicie foliowane od wewnątrz, co znacznie poprawia szczelność opakowania, a tym samym jałowość produktu?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, bez pudrowe mają być wykonane z poliizoprenu, który odznacza się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy niskim naprężeniu, a jednocześnie eliminuje problem alergii na lateks.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice chirurgiczne mają posiadać kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, co zapewnia nie męczącą dłoni pracę podczas długotrwałych zabiegów operacyjnych?

24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice chirurgiczne bezpudrowe, bezlateksowe mają posiadać wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci, co ułatwia zakładanie rękawicy na wilgotną dłoń.
25. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają posiadać certyfikat potwierdzający możliwość używania rękawic w kontakcie z żywnością (dołączony do oferty), a na opakowaniu fabrycznie umieszczony odpowiedni piktogram?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1,2,3** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za sztukę do czterech miejsc po przecinku.
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-3** – Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu rękawic diagnostycznych (poz.1-3), aby umożliwić wykonawcy złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7-8** – Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 7-8 z pakietu, aby umożliwić wykonawcy złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.7** - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rękawiczek w rozmiarze S, M, L?
30. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ** - Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
31. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ** - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
32. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ** - Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.2 i 3 miał na myśli dokładnie to co zapisał w Załączniku Nr 1 do SIWZ, tzn. rękawice bezlateksowe.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.8 rękawic o długości min. 290 mm.

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2 do odrębnego Pakietu.

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.2 również rękawic nitrylowych bezpudrowych AQL 1,5 zrolowany mankiet, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 7 i 8 do odrębnego Pakietu.

Ad.6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.2 również rękawic bezpudrowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7-9 oraz 11-13 i 31-32 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad.10 W Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ Zamawiający określił planowane ilości przedmiotu zamówienia, natomiast ze względu na specyfikę Szpitala Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie przewidzieć ilości wykorzystanych rękawic.

Ad.14. Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 3 oraz Pakiecie Nr 2 poz.1 oczekuje zaoferowania rękawic spełniających wymagania SIWZ.

Ad.15. Wymagania odnośnie Pakietu Nr 1 poz. 1,2,3 oraz Pakietu Nr 2 poz.1 Zamawiający określił w SIWZ.

Ad.16. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz.2 rękawic diagnostycznych, niesterylnych, bezlateksowych w rozmiarach S-XL.

Ad.17. Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.2 wymaga zaoferowania rękawic zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Ad.18. Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.4 wymaga zaoferowania rękawic spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad.19-20 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.5 wymaga zaoferowania rękawic zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Ad.21. Zamawiający wymaga, aby rękawice zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz.5 były zapakowane w sposób zapewniający ich sterylność.

Ad.22-24 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.6 wymaga zaoferowania rękawic zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

Ad.25 Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz.1 wymaga zaoferowania rękawic zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

Ad.26. Zamawiający w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ w kolumnie 5 wymaga podania wielkości opakowania oraz w kolumnach 7 i 8 ceny jednostkowej netto i brutto za opakowanie.

Ad.27. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 1-3 rękawic diagnostycznych

Ad.28. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 7-8.

Ad.29. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.7 rękawiczek w rozmiarze S, M, L pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.30. Terminy podane przez Zamawiającego w dniach w Ogólnych warunkach umowy - pkt XIV SIWZ - są dniami kalendarzowymi.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a