



Znak: AE/ZP-27-67/12

Tarnów, 2012-08-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele, enterocele i cystocele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 - 3.** Czy Zamawiający dopuści poniższe rozmiary folii: poz. 1 – 15 cm x 20 cm, powierzchnia lepna 15 cm x 13 cm; poz. 2 - 45 cm x 20 cm, powierzchnia lepna 38 cm x 20 cm; poz. 3 - 45 cm x 52 cm, powierzchnia lepna 38 cm x 50 cm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2 i 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu 18 pozycji 2 i 4 i utworzenie z nich odrębnego Pakietu?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 2 protez o średnicy 6 mm, 8 mm, rezygnując tym samym ze średnicy 7 mm?
4. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Ceny netto przedstawione w Formularzu Cenowym w pkt 1 nie ulegną zmianie przez obowiązywania umowy, w przypadku zmiany stawki VAT lub zmian cen urzędowych zmiana obowiązuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego”.
5. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.8 SIWZ.** Zwracamy się z prośbą o modyfikację ostatniego zdania na: „Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pieniężnej przez obie strony”.
6. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.11 SIWZ.** Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości ustawowej”.
7. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.14 SIWZ.** Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy w ciągu 3 dni ponad termin umowny, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców, a różnicą obciążyć Wykonawcę związanego z Zamawiającym niniejszą umową”.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zapisu możliwości resterylizacji protez naczyniowych z PTFE.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w przypadku protez o średnicy 7 mm protez o długości 70 cm
10. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 4 i 5.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez o jednowarstwowej budowie ściany przy zachowaniu pozostałych parametrów.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2 i 6.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz. 6 protez o jednowarstwowej budowie ściany bez



zapisu o możliwości 3-krotnej resterylizacji, zbrojonych zewnętrznie, spiralnie z możliwością regulacji zbrojenia na całej długości protezy bez naruszenia ścian protezy oraz wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz. 2 w przypadku protez 7 mm protez o długości 70 cm.

12. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2 i 6.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w poz. 2 i 6, gdyż w obydwu pozycjach Zamawiający oczekuje tego samego rodzaju protez.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2.** Zwracamy się uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w poz. 2 protez naczyniowych rozwidlonych o długości całkowitej 50 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2 i 4.** Zwracamy się uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 18 poz. 2 i 4 i utworzenie odrębnego Pakietu.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z otwartym portem tlenowym, nawilżanie 28,5 mg, reszta parametrów jak w SIWZ.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z: taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 30 mm, grubość 0,3 mm i gramaturze 36g/m², na stałe połączonej z dwoma kotwiczącymi urządzeniami oraz z dwiema poliwęglanowymi rurkami służącymi do pozycjonowania implantu, dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie heliakalnym, które łączy się z taśmą za pomocą zatrzasków?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 24 pozycji 1 i utworzenie odrębnego Pakietu.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga aby koreczek posiadał trzpień poniżej jego krawędzi?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Proszę o wydzielenie pozycji 1 i utworzenie odrębnego pakietu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również folii operacyjnych o wymiarach: poz. 1 – 15 cm x 20 cm, powierzchnia lepna 15 cm x 13 cm; poz. 2 - 45 cm x 20 cm, powierzchnia lepna 38 cm x 20 cm; poz. 3 - 45 cm x 52 cm, powierzchnia lepna 38 cm x 50 cm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 18 poz. 2 i 4** do odrębnego Pakietu.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 2** protez o tylko średnicy 6 i 8 mm, zaoferowane w tym Pakiecie protezy naczyniowe winy mieć średnicę wewnętrzną: 6 mm, 7 mm, 8 mm.

Ad. 4 – 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy zaproponowanych przez Wykonawcę zmian, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego

Ad. 8 i 11 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie w **Pakiecie Nr 16** od wymogu możliwości resterylizacji zaoferowanych protez naczyniowych z PTFE.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 16 poz. 2** protez naczyniowych o średnicy 7 mm protez i długości 70 cm, protezy oferowane w wymienionej pozycji winny mieć długość 80 cm.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie **Nr 16 poz. 4 i 5** protez naczyniowych nie posiadających dwuwarstwowej budowy ścian.

Ad. 12 W Pakiecie **Nr 16 poz. 2 i 6** nie nastąpiła omyłka pisarska - jak sugeruje Wykonawca w obydwu pozycjach Zamawiający oczekuje tego samego rodzaju protez. Zamawiający również uprzejmie prosi o uważne zapoznanie się z zapisami SIWZ i Załączników do niej.

Ad. 13 W Pakiecie **Nr 17 poz. 2** nie nastąpiła omyłka pisarska - jak sugeruje Wykonawca Zamawiający żąda w tej pozycji protez naczyniowych rozwidlonych o długości całkowitej 50 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów. Ponownie Zamawiający prosi o uważne zapoznanie się z SIWZ ponieważ nie znajduje w wymienionym Pakiecie i pozycji cytowanych zapisów o długości całkowitej protezy rozwidlonej wynoszącej 50 cm – zapis ten dotyczy protezy opisanej poz. 1 tego Pakietu.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 18 poz. 2 i 4** do oddzielnego Pakietu.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** również wymiennik ciepła i wilgoci z otwartym portem tlenowym, nawilżanie 28,5 mg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie **Nr 24 poz. 1** opisanego w pytaniu zestawu do operacyjnego wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu **Nr 24 poz. 1** i utworzenie odrębnego pakietu.

Ad. 18 Wymagania dotyczące oferowanych w Pakiecie **Nr 1 poz. 2** koreczków Zamawiający określił w Załączniku **Nr 1** do SIWZ (Formularz Cenowy) i nie wprowadza do niego żadnych zmian.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu **Nr 1 poz. 2** i utworzenie odrębnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a