



Znak: AE/ZP-27-67/12

Tarnów, 2012-08-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele, enterocele i cystocele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H₂O/l przy VT 500 ml?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli port do odsysania zatykany koreczkiem?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o podanie jakimi parametrami nawilżania powinien cechować się filtr (wydajność nawilżania i utrata wilgoci)?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny hydrofobowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 34 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, utracie wilgoci 6 mg H₂O/l przy VT 500 ml, oporze przepływu 2,5 cm H₂O przy 60 l/min, wadze 49 g, objętości wewnętrznej 96 ml, skuteczności filtracji wirusów i bakterii 99,9999%, zakresie objętości oddechowej 300-1500 ml (sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie blister pack)?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na zadane pytanie 3 i 4 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego hydrofobowego o skuteczności filtracji bakterii 99,9999%, skuteczności filtracji wirusów 99,999, objętości wewnętrznej 42 ml, wadze 24 g, oporze przepływu 2,7 H₂O przy 60 l/min., zakresie objętości oddechowej 150-1200 ml (sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie blister pack)
6. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny dla dorosłych o skuteczności filtracji względem bakterii na poziomie 99,9999% oraz skuteczności filtracji względem wirusów na poziomie 99,999%? Pozostałe parametry jak w SIWZ
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy rurki intubacyjne zbrojone mają posiadać znacznik głębokości w postaci 2 ringów idących wokół obwodu rurki.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga aby rurka opisana w pozycji 4 posiadała specjalny mankiet w kształcie stożka przewidziany do przedłużonej intubacji, oraz dren do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej o średnicy min. 4 mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy rurki tracheotomijne typu FEN mają posiadać wyraźnie miękki obrotowy w płaszczyźnie góra-dół sztyld?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści rozmiar przewodnicy 4,7 o długości 350 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający w celu lepszej identyfikacji oczekuje aby na ostrzu widniała wygrawerowana nazwa producenta?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnic do rurek intubacyjnych w rozmiarach: 6Fr/Ch o długości 302 mm dla rurek o rozmiarze <3,5, 10 Fr/Ch o długości 382 mm dla rurek o rozmiarze 4,0 – 5,0, 14 Fr/Ch o długości 382 mm dla rurek o rozmiarze > 5,5?



13. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9 i 11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 i 11 z zadania 3 i utworzenie z nich odrębnego zadania?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do drenażu z łącznikiem do drenu CH 8 - CH18?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów REDONA o stałej średnicy otworów?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do punkcji z igłą Veresa 15G?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z zadania 33 i utworzenie z niej odrębnego zadania?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** również wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H₂O/l przy VT 500 ml.

Ad. 2 Zamawiający w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** miał na myśli to co zapisał w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) tj. port tlenowy zatykany koreczkiem.

Ad. 3 Oferowany w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** filtr mechaniczny hydrofobowy winien posiadać parametr utraty wilgoci mieszczący się w przedziale 6 – 7 mg H₂O/l przy VT 500 ml oraz parametr oporu przepływu mieszczący się w przedziale 2,5 – 3,6 cm H₂O/l przy VT 500 ml.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie do **Pakiecie Nr 8 poz. 2** opisanego w pytaniu filtra.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** opisanego w pytaniu filtra.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** filtrów elektrostatycznych dla dorosłych o skuteczności filtracji względem bakterii na poziomie 99,9999% oraz skuteczności filtracji względem wirusów na poziomie 99,999%, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** rurki intubacyjne zbrojone posiadały znacznik głębokości w postaci 2 ringów idących wokół obwodu rurki.

Ad. 8 Zamawiający wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** posiadały mankiet w kształcie stożka przewidziany do przedłużonej intubacji, oraz dren do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniaowej – o średnicy min. 4 mm

Ad. 9 Rurki tracheotomijne typu FEN oferowane w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** winny spełniać wymogi określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy), natomiast Zamawiający dopuszcza aby posiadały wyraźnie miękki obrotowy w płaszczyźnie góra-dół szyld.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 7** również przewodnicy 4,7 o długości 350 cm.

Ad. 11 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, który ma być zaoferowany w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** Zamawiający określił w Załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz Cenowy), Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane ostrza miały wygrawerowaną nazwę producenta.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 7** również przewodnic o długości 302 mm dla rozmiaru 2,0 – 2,22 oraz o długości 382 mm dla rozmiaru 4,7 – 5,0, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie przewodnic: o długości 302 mm dla rozmiaru 3,0 – 3,3. Zamawiający nie wymaga zaoferowania przewodnic w rozmiarze >5,5.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** cewników posiadających numeryczne oznaczenie na opakowaniu jednostkowym cewnika.

Ad 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 3 poz. 9 i 11** do odrębnego Pakietu.

Ad 15 Zamawiający nie musi wyrażać zgodny na zaoferowanie zestawu do drenażu z łącznikiem do drenów CH 8 – CH18 ponieważ rozmiar ten spełnia wymagania SIWZ.

Ad 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 2** drenów REDONA o stałej średnicy otworów.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 33 poz. 9** zestawów do punkcji z igłą Veresa 15G, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu nr 33 poz. 9** do odrębnego Pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a