



Znak: AE/ZP-27-67/12

Tarnów, 2012-08-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele, enterocele i cystocele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie cewników o długości 30 cm
2. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie zestawów do drenażu osierdza o średnicy 8,3F, bez strzykawki dołączonej do zestawu.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3.** Prosimy dopuszczenie rozszerzadła o długości 20 cm.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie przewodników o długości 80 cm.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 6.** Prosimy o dopuszczenie w poz. 6 protez z zewnętrznym zbrojeniem spiralnym, z możliwością regulacji zbrojenia na całej długości protezy.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Prosimy o dopuszczenie protez z możliwością wielokrotnej resterylizacji, bez określania ich maksymalnej ilości
7. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie protez o długości całkowitej 45 cm, gdzie pień = 15 cm, a rozwidlenie = 30 cm.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści 15 szt. systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o długości 6,6 cm, szerokości 1,1 cm i parametrach: w części środkowej: grubość taśmy 0,33 mm, porowatość 1000 μm , gramatura 48g/m²; na końcach: grubość taśmy 0,54 mm, porowatość 698 μm , gramatura 175 g/m². Bez znacznika środka taśmy, bez polipropylenowych kotwiczek, bez narzędzi do implantacji. Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzastonowego z pojedynczego nacięcia.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści 10 szt. systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele, składający się z siatki jednorodnej niewchłanialnej o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatości średnia 1000 μm , porowatość max. 1870 μm , długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez polipropylenowych kotwiczek, bez dodatkowych zabezpieczeń, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm do implantacji w/w zestawów?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści 10 szt. systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele i enterocele, zestaw składający się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej o anatomicznym kształcie - trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, wysokość 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm i siatki o anatomicznym kształcie - dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, wysokość 12 cm, szerokość 3,5 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, szerokość 4 cm, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33



mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max. 1870 µm, zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez polipropylenowych kotwiczek, bez dodatkowych zabezpieczeń, oraz 2 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm do implantacji w/w systemów?

11. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści 7 szt. systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele i enterocele, składający się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej o anatomicznym kształcie - dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max. 1870 µm, długość 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wysokość implantu 12 cm, zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez polipropylenowych kotwiczek, bez dodatkowych zabezpieczeń, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm do implantacji drogą przezpochwową?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1-3.** W razie nie wyrażenia zgody na systemy siatkowe zaofertowane w pytaniu 8 – 11, zwracamy się z prośbą o jej/ ich wydzielenie i utworzenie z niej/nich odrębnego pakietu
13. **Dotyczy Pakietu Nr 25.** Czy Zamawiający dopuści 8 szt. systemów siatkowych do korekcji cystocele, składający się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej o anatomicznym kształcie - trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max. 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami) zakończone bezpiecznymi pętelkami, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą przezzasłonową?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający wydzieli z poz. 1 i 2 zawierające przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych były bez ftalanów?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 i 2.** Czy na potwierdzenie spełniania warunków (przedłużacz nie posiadający ftalanów) Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym opakowaniu była informacja o braku zawartości ftalanów - oraz czytelne oznakowanie braku zawartości ftalanów piktogramem zgodnie z normą PN-EN 15986:2011?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby maska posiadała zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci uźebrowania?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby maska posiadała luźny niewbudowany dren do napełniania maskietu?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby maska posiadała dedykowany masce deflator – urządzenie do opróżniania i wyprofilowania maskietu?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej wykonanej z wysokiej jakości medycznego PCV.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby maska posiadała zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci uźebrowania?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby maska posiadała luźny niewbudowany dren do napełniania maskietu?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby maska posiadała zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci uźebrowania?

24. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby maska posiadała luźny niewbudowany dren do napełniania mankietu?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby maska posiadała w zestawie lubrikant (żel) i strzykawkę luer-lock 30 ml?
26. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Prosimy o modyfikację na: „Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej lub zmiany stawki podatku VAT ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie.”
27. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.8a) SIWZ.** Prosimy o modyfikację na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,2% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”
28. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.8b) SIWZ.** Prosimy o modyfikację na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** również cewników o długości 30 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 2** zestawów do drenażu osierdza o średnicy 8,3F, bez strzykawki dołączonej do zestawu.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 3** również rozszerzadła o długości 20 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 4** przewodników o długości 80 cm.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 6** również protez ze zbrojeniem zewnętrznym spiralnym, z możliwością jego regulacji na całej długości protezy, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16** protez z możliwością wielokrotnej resterylizacji, pod warunkiem, że dopuszczalna jest co najmniej 3-krotna resterylizacja.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowane w **Pakiecie Nr 17 poz. 2** również protez o długości całkowitej 45 cm, gdzie pień = 15 cm, a rozwidlenie = 30 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 1** opisanego w pytaniu systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 2** opisanych w pytaniu systemów siatkowych, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 2** opisanych w pytaniu systemów siatkowych, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 3** opisanych w pytaniu systemów siatkowych, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie którejkolwiek pozycji z **Pakietu Nr 24** do odrębnego pakietu.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25** opisanych w pytaniu systemów siatkowych¹, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Ad 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie **pozycji 1 i 2 z Pakietu Nr 7** do odrębnego pakietu.

Ad 15 - 16 Wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia oferowany w **Pakiecie Nr 7 poz. 1 i 2** Zamawiający określił w SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy).

Ad. 17 – 19 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** masek o parametrach opisanych w pytaniach, pod warunkiem spełniania wymagań SIWZ.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **Pakiecie nr 6 poz. 2** maski krtaniowej z wysokiej jakości medycznego PCV - oferowane maski krtaniowe jednorazowego użytku, winny być silikonowe (co najmniej mankiet na krtąń musi być silikonowy).

Ad. 21 – 22 Oczekiwania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie nr 6 poz. 2** Zamawiający określił w SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy).

Ad. 23 – 25 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** masek o parametrach opisanych w pytaniach, pod warunkiem spełniania wymagań SIWZ.

Ad 26 – 28 Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w ogólnych warunkach umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a