



Znak: AE/ZP-27-67/12

Tarnów, 2012-08-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele, enterocele i cystocele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 podpunkt 2:

- sterylny zestaw jednorazowy w skład którego wchodzi:
- siatka z 4 ramionami
- narzędzie do mocowania tylnych ramion w więzadle krzyżowo-kolcowym
- narzędzie do mocowania przednich ramion w powięzi zasłonowej
- narzędzi do blokowania oraz bezpiecznego odcinania nadmiaru ramion

Właściwości siatki:

- ultralekki, niewchłaniający monofilament, polipropylen z czterema ramionami
- pory – 3,4x4,2 mm
- gęstość – 23g/m² w części środkowej, 58,1g/m² w części bocznej
- tylne ramiona wykonane ze stożkowej siatki kanalikowej polipropylenowej zakończone stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym z możliwością pociągania ramion celem dostosowania ułożenia siatki
- kotwice przystosowane do narzędzia dedykowanego do fiksacji (element zestawu)
- przednie ramiona wykonane ze stożkowej siatki kanalikowej polipropylenowej zakończone ruchomymi kotwiczkami z tworzywa sztucznego do mocowania w powięzi zasłonowej
- ramiona przednie i tylne – możliwość regulacji śródoperacyjnej?

2. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 podpunkt 3:

- sterylny zestaw jednorazowy w skład którego wchodzi:
- siatka z 2 ramionami
- narzędzie do mocowania tylnych ramion w więzadle krzyżowo-kolcowym
- narzędzi do blokowania oraz bezpiecznego odcinania nadmiaru ramion
- ultralekki, niewchłaniający monofilament, polipropylen z czterema ramionami
- pory – 3,4x4,2 mm
- gęstość – 23g/m² w części środkowej, 58,1g/m² w części bocznej
- tylne ramiona wykonane ze stożkowej siatki kanalikowej polipropylenowej zakończone stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym z możliwością pociągania ramion celem dostosowania ułożenia siatki
- kotwice przystosowane do narzędzia dedykowanego do fiksacji (element zestawu)?

3. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1. Czy Zamawiający wyłączy podpunkt 1 z pakietu nr 24 i zgodzi się na dopuszczenie polipropylenowego, monofilamentnego slingu podcewkowego, z jednego nacięcia, przezzasłonowy, stosowany w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu? Taśma długości ok. 7,5 cm, dwie kotwice (z czego jedna ruchoma), przedłużenie taśmy z elementem blokującym kotwicę po napięciu taśmy. W zestawie uchwyt umożliwiający zablokowanie i odblokowanie kotwic taśmy, popychacz umożliwiający przesunięcie elementu blokującego kotwicę.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający nie dopuści w **Pakiecie Nr 24 poz. 2** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu jednorazowego, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Ad.2 Zamawiający nie dopuści w **Pakiecie Nr 24 poz. 3** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu jednorazowego, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu Nr 24 do odrębnego pakietu. Zamawiający dopuszcza również w **Pakiecie Nr 24 poz.1** polipropylenowy, monofilamentny sling podcewkowy, z jednego nacięcia, przezzastłonowy, stosowany w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu. Taśma długości ok. 7,5 cm, dwie kotwice (z czego jedna ruchoma), przedłużenie taśmy z elementem blokującym kotwicę po napięciu taśmy. W zestawie uchwyt umożliwiający zablokowanie i odblokowanie kotwic taśmy, popychacz umożliwiający przesunięcie elementu blokującego kotwicę.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a