



AE/ZP-27-69/12

Tarnów, 2012-09-27

**Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP-27-69/12
w Pakietach Nr 2 i 3.**

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO **dostawy: stymulatorów, elektrod i introduktorów** dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione w **Nr2 i 3.**

Podstawa prawna unieważnienia

- art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne

- ceną najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o złożonych ofertach do postępowania - sprawa AE/ZP-27-69/12

W postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO **dostawy: stymulatorów, elektrod i introduktorów** w zakresie Pakietów Nr 2 i 3 złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
I	St.Jude Medical Sp. z o.o. , ul. Smoleńskiego 1 lok. 2, 01-698 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiety Nr 2 i 3
II	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 2
III	Biotronik Polska Sp. z o.o. , ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie	Pakiety Nr 2 i 3

Z wyżej wymienionego postępowania w zakresie Pakietów Nr 2 i 3 nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-69/12

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na **dostawy: stymulatorów, elektrod i introduktorów** iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w **Pakietach Nr 2 i 3** ofertę złożoną przez **Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z zapisem w pkt III.9 SIWZ każdy Wykonawca winien przedstawić swoją ofertę zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu Cenowym. Wykonawca nie złożył podpisanego Formularza Cenowego, którego Zamawiający wymagał zgodnie z wyżej wymienionym punktem SIWZ, w związku z czym oferta podlega odrzuceniu
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w **Pakiecie Nr 2** ofertę złożoną przez **Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, woj. mazowieckie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z zapisem w pkt 4 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania stymulatora dwujamowego posiadającego funkcję programu nocnego i histerezy w konfiguracji DDD, natomiast Wykonawca zaoferował stymulator który nie posiada funkcji histerezy w trybie DDD. Funkcja histerezy dwujamowej to algorytm pozwalający na aktywną preferencję rytmu zatokowego o częstotliwości niższej niż zaprogramowana częstość minimalna. Zaoferowana histereza o nazwie własnej „Reduced VP+” jest parametrem preferującym aktywność własną dla kanału komorowego, a nie rytm zatokowy. W związku z powyższym oferta w zakresie Pakietu nr 2 została odrzucona.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a