



.....

Znak: AE/ZP-27-74/12

Tarnów, 2012-08-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Czy Zamawiający dopuści cewnik diagnostyczny o wymiarach 3,5, 4,0, 5,0 do prawej tętnicy wieńcowej? Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający dopuści balon o dwóch długościach dla średnicy 1,25. 1,25x10mm, 1,25x15mm?. Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 16 cewnika diagnostycznego do prawej tętnicy wieńcowej o wymiarach 3,5, 4,0, 5,0 bez wymiaru 6,0.

Ad. 2 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 22 balon o dwóch długościach dla średnicy 1,25 : 1,25x10mm, 1,25x15mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

