



.....

Znak: AE/ZP-27-74/12

Tarnów, 2012-08-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika balonowego pół podatnego (semi-compliant) – typ pokrycia „Patchwork Coating” o dostępnych średnicach: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „7 dni roboczych” i „48 godzin roboczych” ?
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 8a.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki” ?
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu w pkt. 8: „Łączna kwota kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15% kwoty wynagrodzenia umownego.” ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne były płacone przez Wykonawcę i niepotracane z należności?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu pkt.9 Ogólnych Warunków Umowy następującej treści: „po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego, zgodnego z umową, terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, nie krótszego niż 3 dni robocze” ?
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy, pkt. 14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu pkt.14 Ogólnych Warunków Umowy następującej treści: „po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego, zgodnego z umową, terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, nie krótszego niż 3 dni robocze” ? Czy możliwe jest, aby Wykonawca pokrywał różnicę wynikającą z wyższych kosztów zakupu przedmiotu zamówienia u innego dostawcy na podstawie dokumentów zakupu, przedstawionych Wykonawcy przez Zamawiającego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 opisanych cewników ponieważ nie występują w rozmiarze średnicy 2,75 mm.

Ad. 3–6 Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w ogólnych warunkach umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

