



AE/ZP-27-76/12

Tarnów, 2012-09-14

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- sprawa AE/ZP-27-76/12**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO na **dostawę myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek – 3 szt** – wybrana została oferta Firmy :

1/ Firma Usługowo-Handlowa INSTALBUD Zbigniew Kula, Golkowice 422, 30-698 Kraków, woj. małopolskie

Cena wybranej oferty: **61 067,52 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 52/100), w tym cena netto: **56 544,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 00/100).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych po dniu 19 września 2012r.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy
I	Firma Usługowo-Handlowa INSTALBUD Zbigniew Kula, Golkowice 422, 30-698 Kraków, woj. małopolskie
II	UNITECHNIKA S.A. , ul.Szamotulska 59b, 60-566 Poznań, woj. wielkopolskie
III	INFORMER MED. Sp. z o.o., ul.Winogrody 118, 61-626 Poznań, woj. wielkopolskie

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
Oferta Nr I	500,00	500,00

**Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-76/12**

Zamawiający - zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EURO na **dostawę myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek – 3 szt.**, iż:

1/ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w ofertę złożoną przez Firmę: **INFORMER MED. Sp. z o.o., ul.Winogrody 118, 61-626 Poznań, woj. wielkopolskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie punktem 23 Załącznika Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał, zaoferowania myjni-dezynfektorów posiadających zasilanie 230V. Wykonawca w punkcie 23 Załącznika Nr 6 wpisał, iż zaoferowane myjnie-dezynfektory posiadają zasilanie 230V, natomiast z załączonych do oferty materiałów informacyjnych wynika, iż myjnie Lischka CDD 1050 posiadają zasilanie 400V. Zgodnie punktem 24 Załącznika Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał, zaoferowania myjni-dezynfektorów posiadających podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ ”. Wykonawca w punkcie 24 Załącznika Nr 6 wpisał, iż zaoferowane myjnie-dezynfektory posiadają podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ ”, natomiast z załączonych do oferty materiałów informacyjnych wynika, iż myjnie Lischka CDD 1050 posiadają podłączenie zimnej i ciepłej wody ¾ ”. Ponadto zgodnie z punktem 22 Załącznika Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał podania nazw firm (co najmniej 3) i ich produktów (nazw) odpowiednich do zaoferowanych myjni-dezynfektorów. Wykonawca w punkcie 22 Załącznika Nr 6 wpisał : „możliwość stosowania środków odkamieniających różnych firm – co najmniej 3 zgodnie z załącznikiem str.25, natomiast w załączonym na str.25 do oferty oświadczeniu podano środki chemiczne używane w myjni do kaczek i basenów Geysir CDD 10X0. Zapytany przez Zamawiającego, Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących wyżej opisanych rozbieżności, tym samym nie potwierdził spełniania określonych w SIWZ wymagań Zamawiającego. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona.

2/ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w ofertę złożoną przez Firmę: **UNITECHNIKA S.A. , ul.Szamotulska 59b, 60-566 Poznań, woj. wielkopolskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie punktem 25 Załącznika Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał, zaoferowania myjni-dezynfektorów posiadających możliwość podłączenia do odpływu Ø 110 lub Ø 90. Wykonawca w punkcie 25 Załącznika Nr 6 wpisał, iż zaoferowane myjnie-dezynfektory posiadają możliwość podłączenia do odpływu Ø 100, co potwierdził raz jeszcze w załączonych na stronie 18 oferty parametrach technicznych myjni-dezynfektorów do kaczek i basenów TOPIC 20. Oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, w związku z czym została odrzucona.

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a