



Znak: AE/ZP-27-76/12

Tarnów, 2012-09-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek – 3 szt. dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na myjni-dezynfektory o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych a w szczególności o głębokości 450 mm i wysokości 1610 mm (ze 100 mm cokołem ułatwiającym utrzymanie czystości na posadce).
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.5** –Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach:
 - szerokość: 500 mm,
 - głębokość: 600 mm,
 - wysokość: 1675 mm?
3. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system uszczelki labiryntowej bez tradycyjnej uszczelki gumowej?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.5** –Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach (szer x gł x wys) 545 x 475 x 1630?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.7** –Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw koszy wsadowych pozwalających na mycie i dezynfekcję wymienionego w pkt.6 sprzętu?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.4** –Czy Zamawiający dopuszcza do oceny urządzenia z konstrukcją oraz komorą wykonanymi ze stali nierdzewnej, obudową z opanelowaniem bocznym oraz frontowym wykonanymi również ze stali nierdzewnej, natomiast z panelem sterownia zintegrowanym z pokrywą górną wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie korozji oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni?
7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości i szerokości 600 mm?
8. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość mycia i dezynfekcji w jednym cyklu basenu wraz z pokrywką oraz 2 kaczek a także zamiennie lub 1 miski do toalety pacjenta, lub 2 misek „nerkowatych” lub 1 pojemnika na mocz, bez możliwości mycia trzech kaczek w jednym cyklu?
9. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało obudowę z zabezpieczeniem IP 44 co jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania w pomieszczeniach, gdzie myjnia jest narażona na przypadkowe zalanie strumieniem wody (Druga cyfra 4 oznacza Ochronę przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków)?
10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 2 głowice rotacyjne, dwie sztyce z dyszami do wewnętrznego mycia kaczek oraz dwie zewnętrzne dysze?
11. Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego węże neoprenowe.
12. Czy Zamawiający posiada w miejscu instalacji urządzenia odpływ kanalizacyjny o średnicy minimum 90 mm usytuowany w podłodze pod urządzeniem lub w ścianie (jeśli w ścianie prosimy o podanie, na jakiej wysokości mierząc od podłogi do środka odpływu), doprowadzenie wody zimnej i ciepłej 1/2” lub 3/4” oraz zasilanie elektryczne 230V 16A lub 230V 20A? Jeśli posiadane przez Zamawiającego media są inne, prosimy o ich podanie.
13. Prosimy o podanie wymiarów, modeli, bądź przedstawienie zdjęć naczyń, jakie Zamawiający zamierza myć i dezynfekować w urządzeniu.
14. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający dopuszcza również myjnie-dezynfektory o wymiarach: głębokość 450 mm i wysokość 1610 mm ze 100 mm cokołem ułatwiającym utrzymanie czystości na posadce, pod warunkiem spełniania wymiaru szerokości zgodnego z SIWZ.
- Ad.2.** Zamawiający dopuszcza również urządzenie o wymiarach:
- szerokość: 500 mm,
 - głębokość: 600 mm,
 - wysokość: 1675 mm.
- Ad.3.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aby urządzenie posiadało system uszczelki labiryntowej bez tradycyjnej uszczelki gumowej.
- Ad.4.** Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach (szer x gł x wys) 545x475x1630.
- Ad.5.** Zamawiający dopuszcza również zestaw koszy wsadowych pozwalających na mycie i dezynfekcję wymienionego w pkt.6 Załącznika Nr 6 sprzętu.
- Ad.6.** Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z konstrukcją oraz komorą wykonanymi ze stali nierdzewnej, obudową z opanelowaniem bocznym oraz frontowym wykonanymi również ze stali nierdzewnej, z panelem sterownia zintegrowanym z pokrywą górną wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie korozji oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni
- Ad.7.** Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o głębokości i szerokości 600 mm.
- Ad.8.** Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt.6 Załącznika Nr 6 do SIWZ i wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego pojemność komory: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta , lub 2 miski „nerkowate” lub 1 pojemnik na moc.
- Ad.9.** Zamawiający dopuszcza również urządzenie posiadające obudowę z zabezpieczeniem IP 44, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie.
- Ad.10.** Zamawiający dopuszcza również urządzenie posiadające 2 głowice rotacyjne, dwie sztyce z dyszami do wewnętrznego mycia kaczek oraz dwie zewnętrzne dysze, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi ujętych w niniejszym piśmie.
- Ad.11.** Zamawiający nie dopuszcza urządzenia posiadającego węże neoprenowe.
- Ad.12.** Zamawiający w miejscu instalacji urządzenia posiada odpływ Ø 110 lub Ø 90 usytuowany w podłodze, doprowadzenie wody zimnej i ciepłej ½” oraz zasilanie elektryczne jednofazowe 230V 16A lub 230V 20A.
- Ad.13.** Zamawiający podaje wymiary misek: szerokość 30-40cm wysokość 11cm, wymiary pojemników na mocz: średnica 15cm, wysokość 17 cm, wymiary basenów: długość z rączką 52 cm, długość bez rączki 42 cm, szerokość (w najszerszym miejscu) 30 cm, wysokość z rączką 15 cm, wysokość bez rączki 12 cm, kaczek na mocz: długość 33 cm, szerokość 13 cm, wysokość 14 cm, misek „nerkowatych” : jedno posiadają długość 20 cm, a drugie długość 28 cm.
- Ad.14.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a