



Znak: AE/ZP-27-77/12

Tarnów, 2012-09-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 17 pozycji 3 do oddzielnego pakietu
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 5 pozycji 2 tj. cewniki zewnętrzne i stworzy osobny pakiet?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Prosimy o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 - 3.** Czy Zamawiający dopuści podanie w wyżej wymienionych pozycjach ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1.** Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiającego wydzieli z Pakietu Nr 23 poz. 1 zawierającą szczoteczki cytologii w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet Nr 23a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2.** Czy Zamawiający potrzebuje 2 komplety łyżek po 4 sztuki w wymienionych rozmiarach?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie przezroczystych silikonowych masek wielorazowego użytku ze specjalnie wyprofilowanym elastycznym kołnierzem umożliwiającym szczelne dopasowanie maseczki do twarzy pacjenta.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4.** Prosimy o wyjaśnienie, czy przez worek powietrza Zamawiający rozumie rezerwuar tlenowy
9. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie przezroczystych, silikonowych masek wielorazowego użytku ze specjalnie wyprofilowanym elastycznym kołnierzem umożliwiającym szczelne dopasowanie maseczki do twarzy pacjenta. Maseczki dostępne w rozmiarach 0 – 5, odpowiadające: noworodkowa, niemowlęca, małe dziecko, duże dziecko, mały dorosły, duży dorosły
10. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4.** Prosimy o wyjaśnienie, czy przez worek powietrza Zamawiający rozumie rezerwuar tlenowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 17 poz. 3** do odrębnego Pakietu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 5 poz. 2** do odrębnego Pakietu.

Ad. 3 Papier do defibrylatora DEFIMAX oferowany w **Pakiecie Nr 1 poz. 10** winien być z nadrukiem (siatką).

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza podanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1 – 3** ceny jednostkowej opakowania (zamiast za sztukę), ale pod warunkiem podania wielkości opakowania



Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 23 poz. 1** do odrębnego Pakietu.

Ad. 6 Zamawiający zgodnie z zapisem w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ oczekuje zaoferowania w Pakiecie nr **15 poz. 2** łyżek do laryngoskopu w ilości 3 szt. z możliwością wyboru spośród podanych rozmiarów.

Ad. 7 Zamawiający

Ad. 8 Przez worek powietrza w Pakiecie Nr 8 poz. 4 Zamawiający rozumie rezerwuar tlenowy.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** przezroczystych, silikonowych masek wielorazowego użytku ze specjalnie wyprofilowanym elastycznym kołnierzem umożliwiającym szczelne dopasowanie maseczki do twarzy pacjenta dla noworodków i niemowląt, natomiast dopuszcza takie maski w rozmiarze: małe dziecko, duże dziecko, mały dorosły, duży dorosły.

Ad. 10 Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** przez worek powietrza rozumie rezerwuar tlenowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a