



Znak: AE/ZP-27-77/12

Tarnów, 2012-09-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.2.** Czy Zamawiający ma na myśli łącznik do kontrolowanego odsysania sterylny czy niesterylny ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.3.** Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 4032 op? Pozostałe parametry bez zmian.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.3.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer z min 2 otworami bocznymi? Pozostałe parametry bez zmian.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.5.** Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników uniwersalne?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 dopuści cewniki do hemodializy, składające się z :
 - dwuświatłowy cewnik PUR o długości 15-20 cm,
 - 1 stopniowany „J” przewodnik o długości 60 cm
 - 1 igła wprowadzająca o średnicy 1,1 x 1,4 mm i dł.70 mm
 - 2 dylatory 8 i 12 Fr
 - 1 skalpel
 - 2 końcówki do wstrzykiwania
6. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz.2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy o długości 19 cm i 23cm 2 kanałowy permanentny o rozmiarze 14,5 Fr ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 26.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnego papieru, gwarantującego bezawaryjną pracę programatorów?
8. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. 8 ppkt. a)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o każdy dzień „roboczy” zwłoki?
9. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. 8 ppkt. b)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne były płacone przez Wykonawcę i niepotrącane z należności? Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty uzasadnionych kar umownych na podstawie noty księgowej w terminie 7 dni
10. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. 13 (druga kropka)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następującą treść: *"pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenie łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej, niż 20% kwoty wynagrodzenia umownego."* ?
11. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. 14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że dodana zostanie po słowach „z jego winy” następująca treść: *„po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego, niż 3 dni robocze."* ?
12. **Dotyczy Ogólne warunki pkt. 14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zdania: *„Po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu realizacji*



zamówienia i zakupieniu niedostarczonych przez Wykonawcę towarów u innego sprzedawcy, Zamawiający może ewentualną różnicą cen obciążyć Wykonawcę na podstawie dokumentów zakupu” ?

13. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki do karmienia przez nos były pakowane prosto ?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.3.** Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’75szt. lub a’80szt., z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.6-9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.11.** Czy Zamawiający dopuści ustniki o średnicy wewnętrznej 29mm i zewnętrznej 31mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.12.** Czy Zamawiający dopuści sterylne ustniki do badań gastroscopowych, jednorazowego użytku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem o pojemności 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.2.** Czy Zamawiający oczekuje cewników Foleya sterylizowanych radiacyjnie ?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.5.** Czy Zamawiający dopuści uniwersalne zatyczki do cewników, sterylne ?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem posiadającym atraumatyczny otwór końcowy oraz dwa otwory boczne, bez plastikowej kanki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.4.** Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu..
23. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.5.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskaczy do pępowiny dla noworodków mikrobiologicznie czystych.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.3-4.** Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
25. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz.1.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz.1 „szczoteczka do wymazów cytologicznych (...)” miał na myśli szczoteczki sterylne?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz.1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r § 3 pkt.1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w Pakiecie Nr 23 poz.1 i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w co umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 19.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu filtry z przedłużaczami o długościach 3cm i 4 cm?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 19.** Prosimy o potwierdzenie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiającemu chodziło o filtr na 24 godziny. Na rynku nie są dostępne filtry do żywienia pozajelitowego o czasie stosowania dłuższym niż 24 godz.?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz.2. ma na myśli łączniki do kontrolowanego odsysania typ FINGER (lub równoważne) sterylne.

Ad.2

Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 12 poz.3. kieliszki pakowane po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości opakowań tj. 4032 op, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad.3.

Zamawiający wymaga, aby oferowane w Pakiecie Nr 13 poz. 3 cewniki – dreny Pezzera miały minimum 3 otwory boczne.

Ad.4.i Ad.20

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 13 poz.5. zatyczki do cewników uniwersalne,sterylne.

Ad.5.

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 24 cewników do hemodializy opisanych w pytaniu.

Ad.6

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 24 poz.2 cewnika do hemodializy o długości 19 cm i 23cm 2 kanałowego permanentnego o rozmiarze 14,5 Fr.

Ad.6.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również w Pakiecie Nr 26 zaoferowanie oryginalnego papieru, gwarantującego bezawaryjną pracę programatorów.

Ad.8-12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy zaproponowanych przez Wykonawcę zmian, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego

Ad.13.

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz.1. cewników do karmienia przez nos pakowanych prosto.

Ad.14.

Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 12 poz.3. kieliszki pakowane po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości opakowań tj. 4032 op, jak również dopuści kieliszki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości opakowań tj. 3780 op pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ..

Ad.15.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.6-9 z Pakietu Nr 12 i utworzenie z nich odrębnego zadania

Ad.16.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 12 poz.11 ustniki o średnicy wewnętrznej 29mm i zewnętrznej 31mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad.17.

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 12 poz.12 sterylnych ustników do badań gastroscopowych, jednorazowego użytku, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.18.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 13 poz.2 cewniki Foleya z balonem o pojemności 5-10ml, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad.19.

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz.2. wymaga zaoferowania cewników Foleya sterylnych.

Ad.21.

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 17 poz.1 zestawu do lewatywy z drenem posiadającym atraumatyczny otwór końcowy oraz dwa otwory boczne, bez plastikowej kanki, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.22

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.4 z Pakietu Nr 2 i utworzenie z niej odrębnego zadania

Ad.23

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 4 poz.5 zaciskaczy do pępowiny dla noworodków mikrobiologicznie czystych i wymaga zaoferowania zaciskaczy sterylnych.

Ad.24

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.3-4 z Pakietu Nr 9 i utworzenie z nich odrębnego zadania

Ad.25

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz.1 wymaga zaoferowania szczoteczek do wymazów cytologicznych Cytobrush lub równoważnych, umożliwiających pobranie w rozmazie komórek z szyjki macicy

Ad.26

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w brzmieniu ujętym w pytaniu. Zgodnie z pkt. IV.1.3 SIWZ Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w Pakiecie Nr 23 poz.1 asortyment do obrotu i używania na terenie RP (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679, z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad.27

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 19 filtry z przedłużaczami o długościach 3cm i 4 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad.28

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 w Pakiecie Nr 19 pkt.1 w kolumnie „Wyszczególnienie” o treści „Filtr do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci, sterylny, minimum 96-godzinny, zawierający: linię 10 cm przed i 5 cm za filtrem, membranę 1,2 µm z samoodpowietrzaczem, powierzchnia filtrowania 1,65 cm², przepuszczający lipidy, zatrzymujący:cząsteczki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże ” na zapis „Filtr do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci, sterylny, minimum 24-godzinny, zawierający: linię 10 cm przed i 5 cm za filtrem, membranę 1,2 µm z samoodpowietrzaczem, powierzchnia filtrowania 1,65 cm², przepuszczający lipidy, zatrzymujący:cząsteczki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże”

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.28 działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu Załącznik Nr 1 – Formularz Cenowy w zakresie Pakietu Nr 19 po zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a