



Znak: AE/ZP-27-81/12

Tarnów, 2012-09-18

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboń dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 – 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji oraz utworzenie odrębnego pakietu?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 – 10.** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o folii 6-warstwowej (z warstwą kleju)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 2.** Czy w przypadku zaoferowania bezpłatnego użyczenia jednego inkubatora na czas trwania umowy, Zamawiający dopuści testy biologiczne niestandardowej wielkości?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego Pakietu.
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zmiany wartości brutto w przypadku podwyższenia cen urzędowych lub stawki VAT
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-10.** Czy Zamawiający dopuści rękawy z napisami w języku angielskim?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-10.** Czy Zamawiający dopuści rękawy skonstruowane z folii 9-warstwowej?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści rękaw 300mm x 80mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19.** Wkładki absorpcyjne, które chcemy zaoferować nie są oznakowane znakiem CE, ponieważ nie są zaliczone przez producenta do wyrobów medycznych. Nie są one używane jako typowe opakowania sterylizacyjne, a to oznacza, że nie dotyczą tych wyrobów wymagania normy ISO 11607 ani też serii norm EN 868. Większość charakterystycznych właściwości wyrobu wkładek absorpcyjnych, które chcielibyśmy zaoferować jest sprawdzana i kontrolowana według takich samych wymagań jakie opisuje norma EN 868-2 dla opakowań sterylizacyjnych. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty stosowanego oświadczenia wydanego przez wytwórcę?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści testy wsadu klasy 6 o wymaganych parametrach, dostarczane w opakowaniu 250 sztuk z przyrządem PCD?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Norma PN-EN 867-1:2001 została zastąpiona normą PN-EN ISO 11140-1:2006. Czy Zamawiający dopuści wskaźniki spełniające wymagania obowiązującej normy PN-EN ISO 11140-1:2006?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów do sterylizacji oznakowanych znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa oraz bezpośrednio na rękawie?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści w miejsce papieru absorpcyjnego włókninę do sterylizacji w arkuszach 500mmx500mm lub papier krepowy?



14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści włókninę w kolorze niebieskim o gramaturze 60g/m² oraz w kolorze zielonym o gramaturze 57g/m²?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2.** Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby włóknina była biodegradowalna.
16. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
17. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
18. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 poz. 1 – 10** i utworzenie odrębnego pakietu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 – 10** rękawów foliowo-papierowych o folii 6-warstwowej (z warstwą kleju), oferowane rękawy zgodnie z SIWZ winny być wykonane z folii 6-warstwowej plus warstwa kleju.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1 i 2** również testów biologicznych niestandardowej wielkości wraz z bezpłatnym użyczeniem jednego inkubatora na czas trwania umowy, pod warunkiem że oferowane testy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 4 poz. 3** do oddzielnego pakietu.

Ad. 5, 17 - 18 Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w ogólnych warunkach umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 - 10** rękawów foliowo- papierowych z napisami w języku angielskim.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 - 10** również rękawów foliowo- papierowych rękawy skonstruowanych z folii 9-warstwowej.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** również rękawów o rozmiarze 300 mm x 80 mm.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 19** również wkładek absorpcyjnych opisanych w pytaniu (załączając do oferty stosowne oświadczenie wydane przez producenta), które nie są wyrobem medycznym.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** testów wsadu klasy 6.

Ad. 11 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** testów spełniających wymagania normy PN-EN 11140-1.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 - 10** również rękawów foliowo- papierowych ze znakiem CE umieszczonym na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa oraz bezpośrednio na rękawie.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 - 19** w miejsce papieru absorpcyjnego włókniny do sterylizacji czy papieru krepowego, nawet jeżeli jest w arkuszach 500 mm x 500 mm.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1 i 2** również włókny w kolorze niebieskim o gramaturze 60g/m² oraz w kolorze zielonym o gramaturze 57g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1 i 2** również włókny która nie jest biodegradowalna, pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Ad. 16 Terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku Nr 6 w Pakiecie Nr 6 poz. 1 do SIWZ dotychczasowy zapis:

„Kontrola procesów sterylizacji parowej wg normy ISO 11140-1 klasa 5, klasyfikacja wg norm PN EN 867-1 klasa D”

zastępuje się zapisem :

„Kontrola procesów sterylizacji parowej wg normy ISO 11140-1 klasa 5”

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po zmianie w zakresie Pakietu Nr 6 poz. 1.

W związku z udzieloną odpowiedzią w pkt 12 i wprowadzonymi zmianami do SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na

- składanie ofert do dnia 25 września 2012 r. godzina 10⁰⁰
- otwarcie ofert do dnia 25 września 2012 r. godzina 10¹⁰

Równocześnie, działając na podstawie Art. 38 ust 4 i 4 a oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt III.11, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a