



Znak: AE/ZP-27-82/12

Tarnów, 2012-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Prosimy o dopisanie do pkt 4 działu Ogólne warunki umowy zapisu „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”.
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Dotyczy pkt 15 działu Ogólne warunki umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na następujący „ Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują jako nieistniejące.”
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Zwracamy się z prośbą o modyfikację pkt 8 działu Ogólne warunki umowy na:
„8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,2% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) 0,2% wartości zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
Naliczanie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
4. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne w wersji do lewej i prawej tętnicy wieńcowej o rozmiarach 3,5, 4,0, 5,0? Pozostałe parametry bez zmian?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu nominalnym 10 atm (10,1325 bar) dla średnicy 1,25 mm oraz przynajmniej z 1 wymiarem mieszczącym się w zakresie od 5 mm do 20 mm dla tej średnicy? Pozostałe parametry bez zmian.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe angioplastyczne do doprężania stentów typu semi compliant o średnicach: 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00 o ciśnieniu nominalnym 9 bar dla wszystkich średnic, przy spełnieniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści koszulki długie bez obturatora? Pozostałe parametry bez zmian.



8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści nieobrotowe ucho do szwu? Pozostałe parametry bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający przyjmie do przeliczenia wartości ciśnień 1 bar = 1 atm? Pozostałe parametry bez zmian.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o długości od 10 mm do 40 mm (10, 15, 20, 30, 40 mm)? Pozostałe parametry bez zmian.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający przyjmie do przeliczenia wartości ciśnień 1 bar = 1 atm? Pozostałe parametry bez zmian.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający przyjmie do przeliczenia wartości ciśnień 1 bar = 1 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 - 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16** cewników diagnostycznych w wersji do lewej i prawej tętnicy wieńcowej o rozmiarach 3,5, 4,0, 5,0 bez rozmiaru 6,0.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22** cewników balonowych angioplastycznych do udrożeń przewlekłych okluzji o ciśnieniu nominalnym 10 atm (10,1325 bar) dla średnicy 1,25 mm oraz z 1 wymiarem mieszczącym się w zakresie od 5 mm do 20 mm dla tej średnicy.

Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23** również cewników balonowych angioplastycznych do doprężania stentów o średnicach: 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie cewników dla których ciśnienie nominalne dla cewnika o średnicy 3,0 mm wynosi 9 bar, nie wyraża również zgody na zaoferowanie cewników typu semi compliant.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 długich introduktorów bez obturatora.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1 i 2** również intoduktorów posiadających nieobrotowe ucho do szwu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie w **Pakiecie Nr 21** do przeliczenia 1 bar = 1 atm.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** również cewników balonowych o długości od 10 mm do 40 mm (10, 15, 20, 30, 40 mm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie w **Pakiecie Nr 22** do przeliczenia 1 bar = 1 atm.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie w **Pakiecie Nr 23** do przeliczenia 1 bar = 1 atm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a
- 4.