



Znak: AE/ZP-27-82/12

Tarnów, 2012-10-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe angioplastyczne do zabiegów skomplikowanych z przyrostem średnicy równym 0,11 mm.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe angioplastyczne do udrożeń przewlekłych okluzji ciśnienie nominalne równe 8,11 bar dla średnicy 1,25 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 29.** Czy Zamawiający dopuści stentgrafty naczyniowe na cewniku balonowym do użycia w trybie pilnym o średnicach: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych angioplastycznych do zabiegów skomplikowanych o średnicach: 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm oraz długościach: 10, 15, 20, 25, 30 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** cewników balonowych angioplastyczne do zabiegów skomplikowanych z przyrostem średnicy równym 0,11 mm.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22** również cewników balonowych angioplastyczne do udrożeń przewlekłych okluzji dla których dla średnicy 1,25 mm ciśnienie nominalne wynosi 8,11 bar, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 29** również stentgraftów naczyniowych na cewniku balonowym do użycia w trybie pilnym o średnicach: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** cewników balonowych angioplastyczne do zabiegów skomplikowanych tylko o średnicach: 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm, natomiast oferowane długości 10, 15, 20, 25, 30 mm spełniają wymagania określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a