



Znak: AE/ZP-27-83/12

Tarnów, 2012-09-26

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę fotela ginekologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny posiadający szwy zabezpieczone taśmą zapobiegającą przenikaniu cieczy? Dodatkowo dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zdejmowanego pokrowca zabezpieczającego (wielokrotnego użytku)
2. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny, który posiada listwę do mocowania wyposażenia dodatkowego (np. kroplówki) tylko w segmencie siedziska?
3. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o długości całkowitej wynoszącej 1780 mm?
4. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o zakresie regulacji wysokości siedziska wynoszącym 700 – 1000 mm?
5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel, którego szkielet pokryty jest farbą ESD i nie jest obudowany osłonami z tworzywa ABS?
6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie - 8° do 70°?
7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel nie posiadający podnóżka?
8. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny składający się z trzech segmentów, tj. segment głowy (podgłówek), segment pleców, segment siedziska oraz zintegrowaną część nożną, tj. podkolanniki?
9. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z długością całkowitą 1700 mm, a szerokością siedziska i pleców 600 mm?
10. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o całkowitej szerokości 760 mm?
11. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z regulacją kąta uniesienia pleców w zakresie - 7°/50°?
12. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w miskę tworzywową?
13. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w uchwyt na prześcieradło w wewnętrznej części fotela, tj. uchylny materac?
14. Czy Zamawiający wymaga aby fotel posiadał wszystkie regulacje dokonywane elektrycznie?
15. Czy Zamawiający wymaga aby fotel posiadał 3 zaprogramowalne pozycje dla najczęściej używanych konfiguracji?
16. Czy Zamawiający wymaga aby fotel posiadał bezpieczne obciążenie na poziomie 180 kg?
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji?
18. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o długości całkowitej 1745 mm?
19. Czy Zamawiający fotel ginekologiczny, którego regulacja wysokości mieści się w zakresie od 680 do 1080 mm?
20. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny, którego regulacja kąta oparcia pleców wynosi 70°?
21. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny, który posiada regulację przechyłów Trendelenburga, anty Trendelenburga łącznie z regulacją pochylenia siedziska, są one współzależne i realizowane przy użyciu tych samych sterowników?



22. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny, który posiada listwy dodatkowego wyposażenia tylko w segmencie siedziska?
23. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 6 tygodni?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również fotela ginekologicznego posiadającego szwy zabezpieczone taśmą zapobiegającą przenikaniu cieczy, dostawca którego dodatkowo zobowiązuje się do dostarczenia zdejmowanego pokrowca zabezpieczającego (wielokrotnego użytku), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 i 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również fotela ginekologicznego, który posiada listwę do mocowania wyposażenia dodatkowego (np. kroplówki) tylko w segmencie siedziska, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również fotela ginekologicznego o długości całkowitej wynoszącej 1780 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela ginekologicznego o zakresie regulacji wysokości siedziska wynoszącym 700 – 1000 mm.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela ginekologicznego, którego szkielet pokryty jest farbą ESD i nie jest obudowany osłonami z tworzywa ABS.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również fotela ginekologicznego z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie -8° do 70° , pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela ginekologicznego nie posiadającego podnóżka.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela ginekologicznego składającego się z trzech segmentów, którymi są: segment głowy (podgłówek), segment pleców, segment siedziska oraz zintegrowana część nożna, tj. podkolanniki.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela ginekologicznego z długością całkowitą 1700 mm, natomiast szerokość siedziska i pleców wynosząca 600 mm spełnia wymagania SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również fotela ginekologicznego o całkowitej szerokości 760 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również fotela ginekologicznego z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie $-7^{\circ}/50^{\circ}$, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela ginekologicznego wyposażonego w miskę tworzywową.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela ginekologicznego wyposażonego w uchwyt na prześcieradło w wewnętrznej części fotela, tj. uchylny materac.

Ad. 14 – 16 Wymagania dotyczące oferowanego fotela ginekologicznego Zamawiający określił w SIWZ i Załączniku Nr 6 do niej.

Ad. 17 i 23 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji, tj. dostawy fotela ginekologicznego będącego przedmiotem zamówienia - Zamawiający podtrzymuje termin określony w SIWZ, tj. do 28 dni od daty podpisania umowy.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie fotela ginekologicznego o długości całkowitej 1745 mm,

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również fotela ginekologicznego, którego regulacja wysokości mieści się w zakresie od 680 do 1080 mm.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również fotela ginekologicznego z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie 70^0 , pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również fotela ginekologicznego, który posiada regulację przechyłów Trendelenburga, anty Trendelenburga łącznie z regulacją pochylenia siedziska, są one współzależne i realizowane przy użyciu tych samych sterowników, pod warunkiem, że odbywa się to elektromechanicznie za pomocą przycisku nożnego lub pilota ręcznego lub manualnie za pomocą sprężyny gazowej, a ponadto fotel spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a