



Znak: AE/ZP-27-84/12

Tarnów, 2012-10-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę wirówki bez chłodzenia z możliwością doposażenia w inne rotory dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wirówki z zakresem regulacji obrotów 300 – 15200 obr/min?
2. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wirówki o maksymalnej objętości wirowania 4 x 400 ml, która zostanie dostarczona z rotorem 4 x 180 ml?
3. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wirówki, która posiada możliwość wyposażenia w:
 - rotor wychylnokątowy 4 x 180 ml, maksymalna prędkość 5300 rpm (5088 x g);
 - rotor 2-skrzydłowy do płytek, maksymalna prędkość 4000 rpm (2272 x g), pojemność 6 0płytek MTP;
 - rotor stałokątowy 6 x 95 ml, maksymalna prędkość 8500 rpm (10178 x g), z możliwością stosowania reduktorów na mniejsze próbki;
 - rotor stałokątny na próbki typu Eppendorf 30 x 1,5/2,0 ml, maksymalna prędkość 15200 rpm (25830 x g)?
4. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wirówki bez rotora bębnowego na próbki typu Eppendorf 60 x 1,5/2,0 ml, maksymalna prędkość 14000 rpm (16400 x g) oraz rotora na paski probówek PCR 0,2 ml 6 x 8 probówek 0,2 ml, maksymalna prędkość 12000 rpm (15350, x g)?
5. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wirówki, która ma możliwość zapisania 9 programów?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wirówki o wadze 57 kg?
7. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wirówki o wymiarach 36 x 44 x 60,5 cm?
8. W zestawie z wirówką może być dostarczony:
 - rotor horyzontalny 4 x 180 ml – 1 sztuka, parametry rotora: maksymalne obroty 5300 rpm (5088 x g)
 - Adaptery do w/w rotora horyzontalnego na 32 probówek 5/7 (8 probówek/ adapter), otwór Ø 13 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również wirówki z zakresem regulacji obrotów 300 – 15200 obr/min, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również wirówki o maksymalnej objętości wirowania 4 x 400 ml, która zostanie dostarczona z rotorem 4 x 180 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również wirówki, która posiada możliwość wyposażenia w:

- rotor wychylnokątny 4 x 180 ml, maksymalna prędkość 5300 rpm (5088 x g);

- rotor 2-skrzydłowy do płytek, maksymalna prędkość 4000 rpm (2272 x g), pojemność 6 płytek MTP;
- rotor stałokątowy 6 x 95 ml, maksymalna prędkość 8500 rpm (10178 x g), z możliwością stosowania reduktorów na mniejsze probówki;
- rotor stałokątowy na probówki typu Eppendorf 30 x 1,5/2,0 ml, maksymalna prędkość 15200 rpm (25830 x g)

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również wirówki bez rotora bębnowego na probówki typu Eppendorf 60 x 1,5/2,0 ml, maksymalna prędkość 14000 rpm (16400 x g) oraz rotora na paski probówek PCR 0,2 ml 6 x 8 probówek 0,2 ml, maksymalna prędkość 12000 rpm (15350, x g), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również wirówki, która ma możliwość zapisania 9 programów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również wirówki o wadze 57 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również wirówki o wymiarach: wysokość 36 x szerokość 44 x głębokość 60,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również wirówki, która będzie dostarczona z:

- rotorem horyzontalnym 4 x 180 ml – 1 sztuka, parametry rotora: maksymalne obroty 5300 rpm (5088 x g)
- adapterami do w/w rotora horyzontalnego na 32 probówek 5 - 7 ml (8 probówek/ adapter), otwór Ø 13 mm

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a