



Znak: AE/ZP-27-89/12

Tarnów, 2012-10-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę pneumatycznych materacy przeciwodłęzynowych (rurowych) – 50 szt. oraz materacy do łóżek szpitalnych – 24 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Prosimy o doprecyzowanie z jakiego rodzaju materiału mają być wykonane materace, gdyż zapis „materac wykonany z PCV lub PUR” automatycznie wskazuje na tworzywo PCV, ponieważ jest ono najtańszym dostępnym na rynku materiałem ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Czy Zamawiający dopuści pranie pokrowca w temperaturze 95 C?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny stosownie dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego?
4. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1% zł lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 i 6.2** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodłęzynowy, w którym komory naprzemiennie napełniają się powietrzem i opróżniają w cyklu 9,5 minuty?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodłęzynowy posiadający czas cyklu pracy 5 minut, wydajność pompy nie mniej niż 6l/min?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac o korzystniejszym parametrze maksymalna waga pacjenta 150 kg, niż wymagane 130 kg ?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodłęzynowy o wymiarach 195 x 80 cm?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy materac przeciwodłęzynowy jednowarstwowy stosowany na materac szpitalny winien być wyposażony w zintegrowaną kieszeń na materac podkładowy o grubości minimum 4 cm, co umożliwi łatwe przekształcenie w materac dwuwarstwowy (kładziony na ramę łóżka)?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** – Czy Zamawiający wymaga aby materac pokryty był półprzepuszczalnym wzmocnionym pokrowcem poliuretanowym, wielokierunkowo rozciągliwym, z możliwością mycia i dezynfekcji?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodłęzynowy posiadający czas cyklu pracy 5 minut, wydajność pompy nie mniej niż 6l/min?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac o korzystniejszym parametrze maksymalna waga pacjenta 150 kg, niż wymagane 130 kg ?



13. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy o wymiarach 195 x 80 cm?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2** – Czy materac przeciwodleżynowy jednowarstwowy stosowany na materac szpitalny winien być wyposażony w zintegrowaną kieszeń na materac podkładowy o grubości minimum 4 cm, co umożliwi łatwe przekształcenie w materac dwuwarstwowy (kładziony na ramę łóżka)?
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2** – Czy Zamawiający wymaga aby materac pokryty był półprzepuszczalnym wzmocnionym pokrowcem poliuretanowym, wielokierunkowo rozciągliwym, z możliwością mycia i dezynfekcji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w Załączniku Nr 6.1 oraz Załączniku Nr 6.2 do SIWZ i wymaga zaoferowania materacy przeciwodleżynowych wykonany z PVC lub PUR
- Ad. 2.** Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 2 możliwość prania pokrowca w temperaturze 95⁰C z użyciem środków dezynfekcyjnych
- Ad. 3.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy materacy będących przedmiotem zamówienia - Zamawiający podtrzymuje termin określony w SIWZ, tj. do 30 dni od daty obowiązywania umowy.
- Ad. 4.** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy zaproponowanych przez Wykonawcę zmian, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego
- Ad. 5.** Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6.1 i 6.2 materace przeciwodleżynowe, w których komory naprzemiennie napełniają się powietrzem i opróżniają w cyklu 9,5 minuty, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.
- Ad. 6.** Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6.1 materac przeciwodleżynowy posiadający czas cyklu pracy 5 minut, wydajność pompy nie mniej niż 6l/min
- Ad. 7.** Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6.1 materac posiadający maksymalną wagę pacjenta 150 kg.
- Ad. 8.** Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6.1 materac przeciwodleżynowy o wymiarach 195 x 80 cm
- Ad. 9.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Załączniku Nr 6.1 materac przeciwodleżynowy jednowarstwowy stosowany na materac szpitalny wyposażony w zintegrowaną kieszeń na materac podkładowy o grubości minimum 4 cm, co umożliwi łatwe przekształcenie w materac dwuwarstwowy (kładziony na ramę łóżka).
- Ad. 10.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Załączniku Nr 6.1 materac pokryty półprzepuszczalnym wzmocnionym pokrowcem poliuretanowym, wielokierunkowo rozciągliwym, z możliwością mycia i dezynfekcji
- Ad. 11.** Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6.2 materac przeciwodleżynowy posiadający czas cyklu pracy 5 minut, wydajność pompy nie mniej niż 6l/min
- Ad. 12.** Zgodnie z zapisem zawartym w Załączniku Nr 6.2 Zamawiający wymaga zaoferowania materacy posiadających maksymalną wagę pacjenta 150 kg.

- Ad. 13.** Zamawiający dopuszcza również w Załączniku Nr 6.2 materac przeciwodłęzynowy o wymiarach 195 x 80 cm
- Ad. 14.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Załączniku Nr 6.2 materac przeciwodłęzynowy jednowarstwowy stosowany na materac szpitalny wyposażony w zintegrowaną kieszeń na materac podkładowy o grubości minimum 4 cm, co umożliwi łatwe przekształcenie w materac dwuwarstwowy (kładziony na ramę łóżka).
- Ad. 15.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Załączniku Nr 6.2 materac pokryty półprzepuszczalnym wzmocnionym pokrowcem poliuretanowym, wielokierunkowo rozciągliwym, z możliwością mycia i dezynfekcji.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a