



Znak: AE/ZP-27-90/12

Tarnów, 2012-10-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologii.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.8** – Czy Zamawiający dopuści ekran dotykowy o wielkości 8,4”?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.17** – Czy Zamawiający dopuści zintegrowany dysk twardy HDD o pojemności 250GB?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.20** – Czy Zamawiający dopuści głębokość obrazowania w trybie 2D o zakresie 4,8-31,8 cm?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.30** – Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji kąta korekcji +/- 72 stopni?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.68** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Do oferty należy dołączyć materiały dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia obrazujące system?”
6. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt.9a** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1%?
7. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt.9b** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 1%?
8. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt.9b oraz pkt.16** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu na dostarczenie towaru wolnego od wad z 7 do 10 dni roboczych?
9. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt.14** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10% ?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.10** – Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG w wielu parametrach przewyższający wymagania, posiadający kolorowy monitor najnowszej generacji LCD LED o przekątnej 15 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.14** – Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości zapisu w formacie PNG?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.17** – Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG w wielu parametrach przewyższający wymagania o przestrzeni dyskowej udostępnionej dla archiwum (dane pacjentów, pomiary, kalkulacje, obrazy, pętle obrazowe raporty) o wielkości minimum 320GB?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.29** – Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy aparat USG z odświeżaniem obrazu B 800obr/sek., bramką dopplera PW regulowaną w zakresie 0,5-20mm ze skokiem regulacji co 0,5 i 1mm?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Zamawiający wymaga trybu M-mode anatomiczny. Czy Zamawiający wymaga standardowo z dwóch czy z trzech linii?
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający uważa, że wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny powinien mieć zakres bezstratnego powiększenia obrazu rzeczywistego



- i zamrożonego min. 15x? Wnosimy zatem o zmianę tego parametru, co w konsekwencji wpłynie na dużo większe bezpieczeństwo pracy lekarza diagnosty a zwłaszcza między 12 – 14 trymestrem przy wyznaczaniu NT (nochal translucency)
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Zamawiający wymaga obrazowania na wszystkich oferowanych głowicach z min.3 częstotliwościami dla każdej z głowicy. Wnosimy o wymóg i dopuszczenie do przetargu ultrasonografu z obrazowaniem harmonicznym na wszystkich zaoferowanych głowicach i 4 zakresach częstotliwości dla każdej głowicy w trybie obrazowania harmonicznego co znacznie wpłynie na jakość i bezpieczeństwo i szerszy zakres obrazowania.
  17. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.7** – Czy Zamawiający dopuści aparat z 4 ogniskami ale 8 punktami ogniskowania?
  18. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.8** – Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem dotykowym o przekątnej 9” ?
  19. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.21** – Czy Zamawiający dopuści aparat z bezstratnym powiększeniem obrazu rzeczywistego i zamrożonego 8x ?
  20. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.23** – Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalną szybkością odświeżania obrazu B „frame rate” 397 obr/min.?
  21. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.29** – Czy Zamawiający dopuści aparat z wielkością bramki Dopplerowskiej 0,5-15 mm?
  22. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.30** – Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem regulacji kąta korekcji +/- 70° ?
  23. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.41** – Czy Zamawiający dopuści aparat z obrazowaniem trapezowym, ale bez obrazowania rombowego?
  24. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.5** – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga od oferentów zaoferowania aparatu, który posiada min 8000 kanałów nadawczych i 8000 kanałów odbiorczych?
  25. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.14 i 15** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada menu w języku polskim i możliwość nagrywania i archiwizacji obrazów w formatach: BMP, JPG, Raw Data, FRM, AVI ?
  26. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.23** – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty starszej generacji, których frame rate dla trybu B-mode+kolor wynosi poniżej 100 obr/s czy wymaga, aby oferowany aparat posiadał frame rate w trybie B mode powyżej 1000 obrazów/s a w trybie B mode +kolor min 400 obrazów/s?
  27. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.29** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada menu w języku polskim w którym wielkość bramki dopplerowskiej wynosi min 0,5-30 mm?
  28. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania aparaty nie posiadające menu w języku polskim?
  29. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.25** – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał optymalizację obrazu za pomocą jednego przycisku w trzech trybach tzn. B-mode, Kolor – mode, PW-mode, czy tylko w jednym dowolnie wybranym przez oferenta?
  30. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.8,13,14,15,17,23** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z menu w języku polskim z dotykowym panelem o przekątnej 8,4 cala, z pętlą cine loop o pojemności 6000 obrazów, 320 GB dyskiem twardym, posiadającym możliwość nagrywania i archiwizacji obrazów w

formatach :BMP, JPG, FRM, AVI, którego maksymalny frame rate w trybie B-mode wynosi 700 obrazów/s?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

- Ad. 1.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.8 aparatu posiadającego ekran dotykowy o wielkości 8,4”.
- Ad. 2.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.17 zintegrowanego dysku twardego HDD o pojemności 250GB.
- Ad. 3.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.20 głębokości obrazowania w trybie 2D o zakresie 4,8-31,8 cm.
- Ad. 4.** Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 poz.30 zakres regulacji kąta korekcji +/- 72 stopni.
- Ad. 5-9** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy zaproponowanych przez Wykonawcę zmian, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego
- Ad.10** Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 poz.10 posiadający kolorowy monitor LCD LED o przekątnej 15 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne.
- Ad. 11.** Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 poz.14 aparat USG bez możliwości zapisu w formacie PNG.
- Ad. 12.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.17 aparatu USG o przestrzeni dyskowej udostępnionej dla archiwum (dane pacjentów, pomiary, kalkulacje, obrazy, pętle obrazowe raporty) o wielkości minimum 320GB.
- Ad. 13.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.29 aparatu USG z odświeżaniem obrazu B 800obr/sek., bramką dopplera PW regulowaną w zakresie 0,5-20mm ze skokiem regulacji co 0,5 i 1mm.
- Ad. 14.** Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ nie stawia wymogu w zakresie ilości linii.
- Ad. 15.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania aparatu UGS posiadającego zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego min 10x.
- Ad. 16.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie aparatu z obrazowaniem harmonicznym na wszystkich zaoferowanych głowicach i 4 zakresach częstotliwości dla każdej głowicy w trybie obrazowania harmonicznego.
- Ad. 17.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.7 aparatu z 4 ogniskami ale 8 punktami ogniskowania.
- Ad. 18.** Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 poz.8 aparat z ekranem dotykowym o przekątnej 9”.
- Ad. 19.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.21 aparatu z bezstratnym powiększeniem obrazu rzeczywistego i zamrożonego 8x.
- Ad. 20.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.23 aparatu z maksymalną szybkością odświeżania obrazu B „frame rate” 397 obr/min.
- Ad. 21.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.29 aparatu z wielkością bramki Dopplerowskiej 0,5-15 mm.
- Ad. 22.** Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 6 poz.30 aparat z zakresem regulacji kąta korekcji +/- 70<sup>0</sup>.

- Ad. 23.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.41 aparatu z obrazowaniem trapezowym, ale bez obrazowania rombowego.
- Ad.24-26** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w Załączniku Nr 6 .
- Ad. 27.** Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 6 poz.29 aparatu ultrasonograficznego, w którym wielkość bramki dopplerowskiej wynosi min 0,5-30 mm.
- Ad. 29.** Zamawiający zgodnie z zapisem zawartym w Załączniku Nr 6 do SIWZ wymaga zaoferowania automatycznej optymalizacji obrazowania za pomocą jednego przycisku w trybie 2D (B-mode).
- Ad.30.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi zawartej w Ad.1 i Ad.18.
- Ad.25,27,28,30** Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ nie stawia wymogu w zakresie rodzaju języka menu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a