



.....

Znak: AE/ZP-27-91/12

Tarnów, 2012-10-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń, pieluch jednorazowych oraz opatrunku z dzianiny

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 3 poz.3 również na igłę bez opisu katalogowego igła kosmetyczna, pozostałe parametry bez zmian ? W celu sprawdzenia jakości proponowanej przez igły zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość załączenia próbki do tej pozycji.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wchłaniających się pomiędzy 60-90 dniem, pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 1 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 30 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 250 cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 0,6 x 10 cm w opakowaniu a' 10 szt.?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2-4** – Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści jako równoważną igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną 3/8 koła, z precyzyjnym ostrzem (typu mikro-point), oferującą zwiększoną ostrość igły a zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy w Załączniku Nr 1 Zamawiający wymaga nieć powlekaną mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydy stearynowo-wapniowego?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.2** – Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 nici nieć polibutestrową, doskonałą do wszywania siatek ze względu na swoją elastyczność 10%, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 i 4** – Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 i 4 nieć stosowaną do szycia kosmetycznego („brak torów kolejowych” i gładkość usuwania) wykonaną z polibutestru o elastyczności 10%?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.3** – Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 igłę niekosmetyczną wykonaną jednak z bardzo dobrego stopu stali, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** – Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 nieć o grubości USP 1, powlekaną każde włókno osobno i cały splot razem, zapewniające unikalną gładkość i wytrzymałość przy wiązaniu, a zarazem giętkość, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?



14. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.6** – Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 6 nici 250 cm (SIWZ 180 cm) przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.5** – Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5 do osobnego pakietu.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie tolerancji nici +/- 20% ewentualnie we wszystkich pozycjach gdzie jest nitka 75 cm dopuszczenie nici 70cm.
17. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.1** – Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały : (...) W przypadku dostaw awaryjnych, do których Zamawiający zastrzega sobie prawo – dostawa nastąpi maksymalnie w ciągu 48 godzin.
18. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.5** – Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały : Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt.1 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmian cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych.
19. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.16** – Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały : W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców a różnicę w cenie towaru pokrywa Wykonawca.
20. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu w umowie : „Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
21. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
22. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie dostaw cito do „maksymalnie 48 godzin przypadających w dni robocze”?
23. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 poz.3
- Ad.2.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 szwów wchłaniających się pomiędzy 60-90 dniem.
- Ad.3.** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 1 i utworzenie z niej odrębnego pakietu w Pakiecie Nr 4.
- Ad.4.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz.3 igły o długości 30 mm.
- Ad.5.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 4 poz.4.
- Ad.6.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz.5 nici o długości 250 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ
- Ad.7.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz.1 plastrów w rozmiarze 0,6 x 10 cm w opakowaniu a'10 szt.
- Ad.8.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 poz.2-4
- Ad.9.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1, a tym samym dopuszcza również nici powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktanu/glikolidu i laktydy stearynowo-wapniowego.

- Ad.10.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2 poz.2
- Ad.11.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 poz.2 i 4
- Ad.12.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 poz.3
- Ad.13.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 4 poz.1 nici o grubości USP 1, powlekanych każde włókno osobno i cały splot razem, zapewniających unikalną gładkość i wytrzymałość przy wiązaniu, a zarazem giętkość.
- Ad.14.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.6 nici 250 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.
- Ad.15.** Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
Z Pakietu Nr 5 wyłącza pozycje 5 do oddzielnego Pakietu i tworzy Pakiet 5A.
- Ad.16.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 tolerancji długości nici -20%, jak również nie dopuści nici o długości 70cm.
- Ad.17-20 oraz 22-23** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
- Ad.21.** Zamawiający wyjaśnia, że terminy podane w pkt.XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy” odnoszą się do dni kalendarzowych.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści SIWZ :

1/ w zakresie pkt.III ppkt.4 z zapisu o treści :

„4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę pakiety. Oferta nie zawierająca całości asortymentu w ramach pakietu będzie odrzucona w ramach tego pakietu. Jeśli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w danym pakiecie - postępowanie zostanie unieważnione w ramach pakietu.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na **10** pakietów.”

na zapis o treści:

„4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę pakiety. Oferta nie zawierająca całości asortymentu w ramach pakietu będzie odrzucona w ramach tego pakietu. Jeśli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w danym pakiecie - postępowanie zostanie unieważnione w ramach pakietu.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na **11** pakietów.”

2/ w zakresie pkt.III ppkt.11 z zapisu o treści :

„11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- Nazwa i adres Zamawiającego
- Napis

**“Przetarg nieograniczony na dostawy – sprawa nr AE/ZP-27-91/12,
nie otwierać przed 15.10.2012 r., godz. 11⁰⁰”**

Wskazane jest umieszczenie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy”

na zapis o treści:

„11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- Nazwa i adres Zamawiającego
- Napis

**“Przetarg nieograniczony na dostawy – sprawa nr AE/ZP-27-91/12,
nie otwierać przed 17.10.2012 r., godz. 11⁰⁰,”**

Wskazane jest umieszczenie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy”

3/ w zakresie pkt.V z zapisu o treści :

„Dla Pakietów Nr 1 - 5

1.	a) cena brutto	80%
2.	<u>b) parametry techniczne</u>	<u>20%</u>
3.	razem	100%

Dla Pakietów Nr 6 - 10

4.	a) cena brutto	100%
5.	razem	100%”

na zapis o treści:

„Dla Pakietów Nr 1 – 5a

1.	a) cena brutto	80%
2.	<u>b) parametry techniczne</u>	<u>20%</u>
3.	razem	100%

Dla Pakietów Nr 6 - 10

1.	a) cena brutto	100%
2.	razem	100%”

4/ w zakresie pkt.VI ppkt.5 z zapisu o treści :

„5. Dotyczy Pakietów Nr: 1 - 5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.”

na zapis o treści :

„5. Dotyczy Pakietów Nr: 1 – 5a. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.”

oraz z zapisu o treści :

„Ocena Pakietów Nr 1 – 5”

na zapis o treści :

„Ocena Pakietów Nr 1 – 5a”

5/ w zakresie pkt.IX ppkt.1 z zapisu o treści :

„1. Oferty należy składać w terminie do **15.10.2012 r., godz. 10⁰⁰** w budynku Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11t w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, przesłać

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z uwzględnieniem postanowień pkt 3.”

na zapis o treści :

„1. Oferty należy składać w terminie do **17.10.2012 r., godz. 10⁰⁰** w budynku Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11t w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z uwzględnieniem postanowień pkt 3.”

6/ w zakresie pkt.X ppkt.1 z zapisu o treści :

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w **dniu 15.10.2012 r. o godz. 11⁰⁰** w budynku Dyrekcji przy ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11”.

na zapis o treści:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w **dniu 17.10.2012 r. o godz. 11⁰⁰** w budynku Dyrekcji przy ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11”.

W załączeniu Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianie w zakresie Pakietu Nr 5.

W związku z udzieloną odpowiedzią Ad.15 i wprowadzonymi zmianami do SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na

- składanie ofert do dnia 17 października 2012 r. godzina 10⁰⁰
- otwarcie ofert w dniu 17 października 2012 r. godzina 11⁰⁰

Równocześnie, działając na podstawie At. 38 ust 4 i 4 a oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ

Strona internetowa Zamawiającego

a/a