



.....

Znak: AE/ZP-27-92/12

Tarnów, 2012-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę stymulatorów dwujamowych z osprzętem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego nie posiadającego algorytmu do prewencji migotania przedsionków? Stymulator posiada funkcję mode switching.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również stymulatora dwujamowego nie posiadającego algorytmu do prewencji migotania przedsionków, natomiast posiadającego funkcję mode switching, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

