



**Znak: AE/ZP-27-93/12**

Tarnów, 2012-10-18

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę stołu operacyjnego na salę cięć cesarskich**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o długości 2082 mm?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji wysokości 760-1100 mm liczone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści regulację podglówka za pomocą systemu mechanicznego?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem do 181 kg?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.2** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego rama, podstawa i kolumna wykonane są ze stali nierdzewnej natomiast główny przegub (blat stołu <-> kolumna) przykryty jest harmonijkową osłoną wykonaną z wytrzymałej i elastycznej gumy ?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.8** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektromechaniczną regulacją wysokości w zakresie 660-1010 mm (z materacem)?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 10** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją pozycji anty-Trendelenburg 25°?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 12** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektromechaniczną regulacją segmentu pleców w zakresie -40°/+70°?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 16** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w bezszwowe, antystatyczne, przystosowane do dezynfekcji materace, z który odpinany jest materac segmentu siedziska i segmentu pleców, pozostałe zamocowane są na stałe do ramy stołu? Materace segmentu siedziska i segmentu pleców demontowalne z płytą usztywniającą co umożliwia dokładne czyszczenie przestrzeni między materacem a ramą stołu.
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 17** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem do 200kg?
11. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 9 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?
12. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z napędem elektro-mechanicznym czterosegmentowy: bez dzielonych podnóżków jednak z możliwością odłączenia segmentu nóg?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, którego całość konstrukcji wraz z jedną kolumną wykonana jest z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość



konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczone teflonem – powierzchnie matowe?

15. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z napędem elektro-mechanicznym z funkcjami sterowanymi z pilota ze wskaźnikiem naładowania baterii sygnalizowanym zieloną lampką LED, jednak bez panelu sterowania na kolumnie?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie 680mm do 1080mm?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją pozycji Trendelenburga do 20° i anty-Trendelenburga do 12°?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym przechyły boczne realizowane są w zakresie 12° (w prawo i w lewo)?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym regulacja oparcia pleców realizowana jest elektrycznie w zakresie 0-65°?
20. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym regulacja podglówka realizowana jest w zakresie +/- 30°?
21. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym wysokość sekcji nóg nie jest regulowana jednak istnieje możliwość jej całkowitego odłączenia?
22. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stół wyposażony w blaty pokryte bezszwowymi przeciwdroźzynowymi, viscoelastycznymi materacami w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanymi techniką ultradźwięków, mocowane na rzepy?
23. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez stelaża podtrzymującego rury doprowadzające gazy oddechowe do aparatu do znieczuleń do pacjenta?
24. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Jaki osprzęt i w jakiej ilości Zamawiający ma na myśli w punkcie 18 podpunkt 8? Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie.
25. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontroler maty grzewczej z regulacją temperatury od 32°-39°C (co 0,5°C) z możliwością podłączenia jednej płyty grzewczej i ułożenia na niej materacy przeciwdroźzynowych o właściwościach grzewczych?
26. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w dwóch materacy żelowych o wymiarach 50cm x 45cm x 1,2 cm zamiast jednego materaca o wymiarach 110 cm x 50 cm x 1,5 cm?
27. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy stołu z trzech tygodni do sześciu od dnia podpisania umowy?
28. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z podstawą stołu w kształcie klepsydry węższą niż blat stołu umożliwiającą bezpośrednie dojście chirurgowi do blatu bez konieczności wsuwania stóp pod podstawę?
29. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający uzna warunek wyposażenia pilota we wskaźnik stanu naładowania akumulatorów w przypadku pilota z diodą informującą o niskim poziomie naładowania baterii?
30. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny o długości w wymaganej w punkcie 6 konfiguracji blatu równej 1912 mm?
31. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny o długości 2227 mm w konfiguracji z dodatkowym przedłużeniem segmentu plecowego?
32. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją wysokości blatu równą 600-950 mm?

33. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu plecowego w zakresie  $-40^{\circ}$  do  $+70^{\circ}$ ?
34. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z materacem żelowym o wymiarach 1150x520x10 mm?
35. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z materacem żelowym o wymiarach 990x520x10 mm?
36. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z materacem żelowym o wymiarach 1800x520x10 mm?
37. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją kąta odchylenia podnóżków od  $-90^{\circ}$  do  $+20^{\circ}$ ?
38. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4-5 tygodni od dnia podpisania umowy?
39. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji?
40. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści konstrukcję stołu ze stali nierdzewnej z podstawą stołu i kolumną pokrytą osłoną z wysokoodpornego tworzywa?
41. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z szerokością blatu stołu 500mm?
42. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości mierzoną od poziomu podłogi do górnej powierzchni materaca w poziomym położeniu blatu stołu zakres 710-1010mm?
43. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie  $-45^{\circ}/+75^{\circ}$ ?
44. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków w zakresie  $+30^{\circ}/-90^{\circ}$ ?
45. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem 200kg?
46. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Prosimy o dopuszczenie materaca zintegrowanego o wymiarach 120x50x3,5 cm z wbudowaną warstwą przeciwdrożdżynowej pianki niskoelastycznej, eliminującą konieczność stosowania dodatkowych materacy żelowych, z regulacją temperatury w zakresie 30-40 OC co 0,1 OC, spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego.
47. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny którego kolumna i wyposażenie wykonane są ze stali nierdzewnej natomiast elementy blatu wykonane są ze stopu aluminium anodowanego zamiast ze stali nierdzewnej?
48. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dodatkowy panel sterowania umieszczony w podstawie stołu operacyjnego zamiast na kolumnie?
49. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym panelem bez wskaźnika stanu naładowania akumulatorów?
50. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem o długości wynoszącej 2000 mm?
51. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją oparcia pleców realizowaną poprzez układ elektrohydrauliczny sterowaną z pilota ręcznego?
52. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją segmentu podgłówek za pomocą mechanizmu zapadkowego?
53. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków w zakresie od  $-90$  do  $+15$  stopni?

54. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami z szwem wewnętrznym w miejscu łączenia zabezpieczonym poprzez metodę zatopienia i uszczelnienia krawędzi w sposób gwarantujący zachowanie szczelności i nie przedostawanie się do wewnątrz materaca jakichkolwiek substancji?
55. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w matę grzewczą przezierną dla promieni RTG z jednostką zasilającą wyposażoną w czujniki temperatury zamiast maty z czujnikami?
56. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w matę grzewczą w rozmiarze 50 cm na 92 cm?
57. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający na wyposażeniu kontroler maty grzewczej z regulacją temperatury w zakresie od 35 do 39 stopni?
58. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający na wyposażeniu kontroler maty grzewczej z regulacją temperatury co 0,1 stopnia C?
59. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający na wyposażeniu materac żelowy o wymiarach 117 x 50 x 1,5 cm?
60. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.3** – Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 3 oraz późniejsze wyjaśnienia do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania stołu operacyjnego o podstawie w kształcie litery Y, w którym odległość pomiędzy dolną krawędzią podstawy a podłogą wynosi min 10cm i pozwala na swobodne wsunięcie stóp operatora pod podstawę ?
61. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.4** – Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 4 oraz późniejsze wyjaśnienia do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania stołu operacyjnego, mobilnego, o podstawie wyposażonej w cztery podwójne koła o średnicy min 15cm?
62. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.8** – Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 8 oraz późniejsze wyjaśnienia do SIWZ Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego o zakresie regulacji wysokości w zakresie: 750mm – 1170mm licząc od podłogi do górnej krawędzi materaca ?
63. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.13** – Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 13 oraz późniejsze wyjaśnienia do SIWZ Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego o zakresie regulacji podglówka:  $-55^{\circ}$  do  $+55^{\circ}$  realizowanej ręcznie, nie wspomaganej sprężyną gazową ?
64. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.9 i 18** – Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 18 / 9 oraz późniejsze wyjaśnienia do SIWZ Zamawiający dopuści zaoferowanie maty grzewczej o wymiarach 50cm x 150cm ?
65. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.11 i 18** – Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 18 / 11 oraz późniejsze wyjaśnienia do SIWZ Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z materacami posiadającymi właściwości przeciwdrobnoustrojowe (udokumentowane atestami) rezygnując w tym przypadku z materaca żelowego?
66. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 20 oraz późniejsze wyjaśnienia do SIWZ Zamawiający wydłuży termin dostawy stołu z wymaganych 21 dni do 42 dni ?
67. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z podstawą stołu o ergonomicznym kształcie „krótkiej” litery T, która daje możliwość postawienia stopy w obrębie pola pracy anestezyjologa dzięki czemu operator

może znajdować się bliżej pacjenta, która nie zawiera (ponieważ nie musi) wycięcia na stopy, które w takiej konstrukcji jest zbędne?

68. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny mobilny, który w podstawie posiada 3 duże pojedyncze koła o średnicy 125mm, które blokowane są za pomocą pilota przewodowego oraz dodatkowo ze sterownika umieszczonego na kolumnie stołu, a system jezdny posiada 1 koło kierunkowe?
69. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny o długości blatu w konfiguracji podstawowej, tj. podglówek, segment piersiowy, segment lędźwiowy, podnóżki 2020mm?
70. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 740-1140mm?
71. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją oparcia pleców sterowaną z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny w zakresie od  $-45^{\circ}$  do  $+80^{\circ}$ ?
72. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją podglówka wspomaganą sprężyną gazową w zakresie  $-45^{\circ}$  do  $+30^{\circ}$ ?
73. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków od  $-90^{\circ}$  do  $+20^{\circ}$ ?
74. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z wysokiej jakości materacami posiadającymi właściwości przeciwoleżynowe, z funkcją „pamięci ułożenia pacjenta”, które posiadają szwy zabezpieczone przed przenikaniem płynów do wnętrza materaca, które jednocześnie spełniają pozostałe wymagania SIWZ?
75. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w 4 podwójne koła o dużej średnicy (125mm), których blokowanie odbywa się poprzez mechaniczne wysunięcie stopek stabilizujących aktywowane z przycisku nożnego umieszczonego w podstawie od strony głowy pacjenta?
76. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny w którym informacja o stanie naładowania akumulatorów wyświetlana jest na wyświetlaczu wbudowanym w podstawę stołu?
77. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny o następujących wymiarach blatu: długość 2073 mm, szerokość całkowita (z szynami mocującymi) blatu 522 mm natomiast o szerokości bez szyn mocujących 480 mm?
78. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją wysokości mierzoną od poziomu podłogi do górnej powierzchni materaca w poziomym położeniu blatu stołu w zakresie od 710 do 1070mm?
79. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający oparcie pleców z możliwością regulacji ręcznej wspomaganą sprężyną gazową z blokadą w zakresie od  $-45^{\circ}$  do  $+65^{\circ}$ ?
80. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją podglówka dokonywaną za pomocą precyzyjnego mechanizmu sprężynowo zapadkowego w zakresie od  $-60^{\circ}$  do  $+55^{\circ}$ ?
81. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający wymaga stołu operacyjnego posiadającego dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta co umożliwi dostęp do niego z obu stron stołu?

82. **Dotyczy Załącznika Nr 6** – Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy stołu operacyjnego z informacją o stanie naładowania akumulatora oraz informacją o prawidłowym funkcjonowaniu stołu wyświetlaną minimum w podstawie stołu na czytelnym wyświetlaczu?
83. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji z 21 do 28 dni?
84. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Czy w związku z faktem, że oferowane urządzenie konfigurowane jest specjalnie pod wymogi indywidualne Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 4 tygodni?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

- Ad. 1.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny o długości 2082 mm.
- Ad. 2.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z zakresem regulacji wysokości 760-1100 mm liczone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
- Ad. 3.** Zamawiający dopuści również regulację podglówka za pomocą systemu mechanicznego.
- Ad. 4.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z dopuszczalnym obciążeniem do 181 kg.
- Ad. 5.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny, którego rama, podstawa i kolumna wykonane są ze stali nierdzewnej natomiast główny przegub (blat stołu <-> kolumna) przykryty jest harmonijkową osłoną wykonaną z wytrzymałej i elastycznej gumy.
- Ad. 6.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z elektromechaniczną regulacją wysokości w zakresie 660-1010 mm (z materacem).
- Ad. 7.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją pozycji anty-Trendelenburg 25°.
- Ad. 8.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z elektromechaniczną regulacją segmentu pleców w zakresie -40°/+70°
- Ad. 9.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego wyposażonego w bezszwowe, antystatyczne, przystosowane do dezynfekcji materace, z który odpinany jest materac segmentu siedziska i segmentu pleców, pozostałe zamocowane są na stałe do ramy stołu. Materace segmentu siedziska i segmentu pleców demontowalne z płytą usztywniającą co umożliwia dokładne czyszczenie przestrzeni między materacem a ramą stołu.
- Ad. 10.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem do 200 kg.
- Ad. 11.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na termin do 35 dni od daty podpisania umowy.
- Ad. 12.** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy zaproponowanych przez Wykonawcę zmian, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego
- Ad. 13.** Zamawiający nie dopuści stołu czterosegmentowego : bez dzielonych podnóżków jednak z możliwością odłączenia segmentu nóg.
- Ad. 14.** Zamawiający nie dopuści stołu, którego całość konstrukcji wraz z jedną kolumną wykonana jest z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta

termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczone teflonem – powierzchnie matowe

- Ad. 15.** Zamawiający nie dopuści stołu bez panelu sterowania na kolumnie.
- Ad. 16.** Zamawiający dopuści również stół, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie 680mm do 1080mm
- Ad. 17.** Zamawiający nie dopuści stołu z regulacją pozycji Trendelenburga do 20° i anty-Trendelenburga do 12°.
- Ad. 18.** Zamawiający nie dopuści stołu, w którym przechyły boczne realizowane są w zakresie 12° (w prawo i w lewo).
- Ad. 19.** Zamawiający nie dopuści stołu, w którym regulacja oparcia pleców realizowana jest elektrycznie w zakresie 0-65°
- Ad. 20.** Zamawiający dopuści również stół, w którym regulacja podglówka realizowana jest w zakresie +/- 30°
- Ad. 21.** Zamawiający nie dopuści stołu, w którym wysokość sekcji nóg nie jest regulowana jednak istnieje możliwość jej całkowitego odłączenia
- Ad. 22.** Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza również zaoferowanie stołu wyposażonego w blaty pokryte bezszwowymi przeciwoślizgowymi, viscoelastycznymi materacami w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanymi techniką ultradźwięków, mocowane na rzepy, pod warunkiem, że są antystatyczne, odejmowane i odporne na środki dezynfekcyjne.
- Ad. 23.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego bez stelaża podtrzymującego rury doprowadzające gazy oddechowe do aparatu do znieczuleń do pacjenta.
- Ad. 24.** Mocowanie dodatkowego osprzętu do stołu wymaga odpowiednich uchwytów, jeżeli osprzęt nie posiada takich uchwytów integralnie. Chodzi o dostarczenie takich uchwytów (np. do parawanu)
- Ad. 25.** Zamawiający nie dopuści kontrolera maty grzewczej z regulacją temperatury od 32°-39°C (co 0,5°C) z możliwością podłączenia jednej płyty grzewczej i ułożenia na niej materacy przeciwoślizgowych o właściwościach grzewczych.
- Ad. 26.** Zamawiający nie dopuści dwóch materacy żelowych o wymiarach 50cm x 45cm x 1,2 cm zamiast jednego materaca o wymiarach 110 cm x 50 cm x 1,5 cm.
- Ad. 27.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na termin do 35 dni od daty podpisania umowy.
- Ad. 28.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z podstawą stołu w kształcie klepsydry węższą niż blat stołu umożliwiającą bezpośrednie dojście chirurgowi do blatu bez konieczności wsuwania stóp pod podstawę
- Ad. 29.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny wyposażony w pilota z diodą informującą o niskim poziomie naładowania baterii
- Ad. 30.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego o długości w wymaganej w punkcie 6 konfiguracji blatu równej 1912 mm.
- Ad. 31.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny o długości 2227 mm w konfiguracji z dodatkowym przedłużeniem segmentu plecowego
- Ad. 32.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją wysokości blatu równą 600-950 mm
- Ad. 33.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu plecowego w zakresie -40° do +70°
- Ad. 34.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z materacem żelowym o wymiarach 1150x520x10 mm

- Ad. 35.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z materacem żelowym o wymiarach 990x520x10 mm
- Ad. 36.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z materacem żelowym o wymiarach 1800x520x10 mm.
- Ad. 37.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków od  $-90^0$  do  $+20^0$
- Ad. 38.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na termin do 35 dni od daty podpisania umowy.
- Ad. 39.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na termin do 35 dni od daty podpisania umowy.
- Ad. 40.** Zamawiający nie dopuści konstrukcji stołu ze stali nierdzewnej jednocześnie z podstawą stołu i kolumną pokrytą osłoną z wysokoodpornego tworzywa.
- Ad. 41.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z szerokością blatu stołu 500mm, mierzoną bez materacy i relingów na osprzęt.
- Ad. 42.** Zamawiający nie dopuści stołu z regulacją wysokości mierzoną od poziomu podłogi do górnej powierzchni materaca w poziomym położeniu blatu stołu zakres 710-1010mm
- Ad. 43.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie  $-45^{\circ}/+75^{\circ}$
- Ad. 44.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków w zakresie  $+30^{\circ}/-90^{\circ}$
- Ad. 45.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem 200kg
- Ad. 46.** Zamawiający nie dopuści materaca zintegrowanego o wymiarach 120x50x3,5 cm z wbudowaną warstwą przeciwdrożdżynowej pianki niskoelastycznej, eliminującą konieczność stosowania dodatkowych materacy żelowych, z regulacją temperatury w zakresie 30-40 OC co 0,1 OC, spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego.
- Ad. 47.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego, którego kolumna i wyposażenie wykonane są ze stali nierdzewnej natomiast elementy blatu wykonane są ze stopu aluminium anodowanego zamiast ze stali nierdzewnej.
- Ad. 48.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny wyposażony w dodatkowy panel sterowania umieszczony w podstawie stołu operacyjnego zamiast na kolumnie
- Ad. 49.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z dodatkowym panelem sterowania, pod warunkiem , że wskaźnik stanu naładowania akumulatorów jest na pilocie.
- Ad. 50.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z blatem o długości wynoszącej 2000 mm
- Ad. 51.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją oparcia pleców realizowaną poprzez układ elektrohydrauliczny sterowaną z pilota ręcznego.
- Ad. 52.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z mechaniczną regulacją segmentu podglówka za pomocą mechanizmu zapadkowego.
- Ad. 53.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z regulacją kąta odchylenia podnóżków w zakresie od -90 do +15 stopni
- Ad. 54.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z materacami z szwem wewnętrznym w miejscu łączenia zabezpieczonym poprzez metodę zatopienia i uszczelnienia krawędzi w sposób gwarantujący zachowanie szczelności i nie przedostawanie się do wewnątrz materaca jakichkolwiek substancji
- Ad. 55.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego wyposażonego w matę grzewczą przezierną dla promieni RTG z jednostką zasilającą wyposażoną w czujniki temperatury zamiast maty z czujnikami.

- Ad. 56.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny wyposażony w matę grzewczą w rozmiarze 50 cm na 92 cm
- Ad. 57.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny posiadający na wyposażeniu kontroler maty grzewczej z regulacją temperatury w zakresie od 35 do 39 stopni
- Ad. 58.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny posiadający na wyposażeniu kontroler maty grzewczej z regulacją temperatury co 0,1 stopnia C
- Ad. 59.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego posiadającego na wyposażeniu materac żelowy o wymiarach 117 x 50 x 1,5 cm
- Ad. 60.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie stołu operacyjnego o podstawie w kształcie litery Y, w którym odległość pomiędzy dolną krawędzią podstawy a podłogą wynosi min 10cm i pozwala na swobodne wsunięcie stóp operatora pod podstawę.
- Ad. 61.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie stołu operacyjnego mobilnego o podstawie wyposażonej w cztery podwójne koła o średnicy min 15cm.
- Ad. 62.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego o zakresie regulacji wysokości w zakresie: 750mm – 1170mm licząc od podłogi do górnej krawędzi materaca.
- Ad. 63.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie stołu operacyjnego o zakresie regulacji podglówka:  $-55^{\circ}$  do  $+55^{\circ}$  realizowanej ręcznie, nie wspomaganej sprężyną gazową.
- Ad. 64.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie maty grzewczej o wymiarach 50cm x 150cm
- Ad. 65.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z materacami posiadającymi właściwości przeciwdrożynowe zamiast materaca żelowego.
- Ad. 66.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na termin do 35 dni od daty podpisania umowy.
- Ad. 67.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z podstawą stołu o ergonomicznym kształcie „krótkiej” litery T, która daje możliwość postawienia stopy w obrębie pola pracy anestezjologa, która nie zawiera wycięcia na stopy.
- Ad. 68.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego, który w podstawie posiada 3 duże pojedyncze koła o średnicy 125mm blokowane za pomocą pilota przewodowego oraz dodatkowo ze sterownika umieszczonego na kolumnie stołu, a system jezdny posiada 1 koło kierunkowe
- Ad. 69.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego o długości blatu w konfiguracji podstawowej, tj. podglówek, segment piersiowy, segment lędźwiowy, podnóżki 2020mm.
- Ad. 70.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z regulacją wysokości w zakresie 740-1140 mm
- Ad. 71.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją oparcia pleców sterowaną z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny w zakresie od  $-45^{\circ}$  do  $+80^{\circ}$
- Ad. 72.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją podglówka wspomaganą sprężyną gazową w zakresie  $-45^{\circ}$  do  $+30^{\circ}$
- Ad. 73.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków od  $-90^{\circ}$  do  $+20^{\circ}$
- Ad. 74.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z materacami posiadającymi właściwości przeciwdrożynowe, z funkcją „pamięci ułożenia pacjenta”, które posiadają szwy zabezpieczone przed przenikaniem płynów do wnętrza materaca, które jednocześnie spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

- Ad. 75.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny wyposażony w 4 podwójne koła o dużej średnicy (125mm), których blokowanie odbywa się poprzez mechaniczne wysunięcie stopek stabilizujących aktywowane z przycisku nożnego umieszczonego w podstawie od strony głowy pacjenta
- Ad. 76.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny w którym informacja o stanie naładowania akumulatorów wyświetlana jest na wyświetlaczu wbudowanym w podstawę stołu
- Ad. 77.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny o następujących wymiarach blatu: długość 2073 mm, szerokość całkowita (z szynami mocującymi) blatu 522 mm natomiast o szerokości bez szyn mocujących, materacy i relingów na osprzęt 480 mm
- Ad. 78.** Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego z regulacją wysokości mierzoną od poziomu podłogi do górnej powierzchni materaca w poziomym położeniu blatu stołu w zakresie od 710 do 1070mm.
- Ad. 79.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny posiadający oparcie pleców z możliwością regulacji ręcznej wspomaganej sprężyną gazową z blokadą w zakresie od -45° do +65°
- Ad. 80.** Zamawiający dopuści również stół operacyjny z regulacją podglówka dokonywaną za pomocą precyzyjnego mechanizmu sprężynowo zapadkowego w zakresie od – 60° do +55°
- Ad. 81.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również stół operacyjny posiadający dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta co umożliwia dostęp do niego z obu stron stołu
- Ad. 82.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również stół operacyjny z informacją o stanie naładowania akumulatora oraz informacją o prawidłowym funkcjonowaniu stołu wyświetlaną minimum w podstawie stołu na czytelnym wyświetlaczu
- Ad. 83.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na termin do 35 dni od daty podpisania umowy.
- Ad. 84.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na termin do 35 dni od daty podpisania umowy.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w pkt : 11, 27, 38, 39, 66, 83 i 84 działając na podstawie art.38 ust 4 i 4 a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a