

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
stołu operacyjnego na salę cięć cesarskich 1 szt.**

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Warunek graniczny	Parametry oferowane (Podać zakres, opisać)
1.	Stół 5-cio segmentowy (tj. podglówek, segment oparcia pleców, segment lędźwiowy, podnóżki prawy i lewy) z napędem elektro-mechanicznym lub elektro-hydraulicznym.	TAK	
2.	Stół, kolumna i wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych i płynów fizjologicznych.	TAK	
3.	Podstawa stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiającą wsunięcie stóp operatora.	TAK	
4.	Stół mobilny na czterech kołach z systemem blokowania kół.	TAK	
5.	Funkcje z napędem elektro-mechanicznym lub elektro-hydraulicznym sterowane z pilota (długość kabla min. 2500mm) lub bezprzewodowo, i z panelu na kolumnie. Na pilocie lub na panelu sterowania na kolumnie wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.	TAK	
6.	Długość blatu stołu w konfiguracji podstawowej t.j. podglówek, segment piersiowy, segment lędźwiowy, podnóżki, minimum: 2100 mm	TAK	
7.	Szerokość blatu stołu mierzona bez materacy i relingów do mocowania osprzętu minimum 480mm	TAK	
8.	Regulacja wysokości mierzona od poziomu podłogi do górnej powierzchni materaca w poziomym położeniu blatu stołu zakres minimum od 700mm do 1100mm. Napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny.	TAK	
9.	Przechył Trendelenburga, napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny, zakres minimum: 30°	TAK	
10.	Przechył anty – Trendelenburga, napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny, zakres minimum: 30°	TAK	
11.	Przechyły boczne, napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny, zakres minimum: : 20° (w prawo i w lewo)	TAK	
12.	Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową zakres minimum: -30° do 70°	TAK	
13.	Regulacja podglówka wspomagana sprężyną gazową zakres minimum: -45° do 45°	TAK	
14.	Regulacja kąta odchylenia podnóżków zakres minimum od -90° do +25°	TAK	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

15.	Akumulator i zasilacz wbudowany w kolumnę lub podstawę stołu.	TAK	
16.	Materace segmentów blatu bezszwowe, antystatyczne, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące.	TAK	
17.	Dopuszczalne obciążenie stołu min. 220 kg	TAK	
18.	Wypożyczenie minimalne stołu : 1 Ramka ekranu anestetyczna – 1 szt. 2 Podpory nóg ginekologiczne – 2 szt. 3 Podpora ręki anestetyczna – 1 szt. 4 Pasy do mocowania pacjenta – 1 szt 5 Pasy do mocowania nadgarstków – 1 komplet. 6 Miska nierdzewna urologiczna – 1 szt. 7 Stelaż podtrzymujący rury doprowadzające gazy oddechowe od aparatu do znieczulania do pacjenta – 1 szt 8 Uchwyty do mocowania osprzętu w ilości potrzebnej do zamocowania całego osprzętu jednocześnie. 9 Mata grzewcza na stół , przezierna dla promieniowania RTG, rozmiar 50+/-5cm na 100+/-5cm z czujnikami temperatury rozmieszczonymi równomiernie na macie – 1 szt. 10 Kontroler maty grzewczej z możliwością podłączenia 2 mat lub koców grzewczych z regulacją temperatury w zakresie min. 32⁰ C do 39⁰ C (co 0,5⁰C) z wyświetlaczem z zadaną i aktualną temperaturą, z alarmami wysokiej i niskiej temperatury oraz braku zasilania, z możliwością instalacji na stojaku kroplówki lub na szynie bocznej stołu – 1 szt. 11 Materac żelowy wymiar 110 x 50 x 1,5 cm. – 1 szt	TAK	
Wymagania dodatkowe			
19.	Wraz z dostawą stołu instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK	
20.	Dostawa stołu w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
21.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego	TAK	
22.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
23.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego stołu.	TAK	
24.	Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych.	TAK	
25.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty