

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
centrali monitorującej 1 szt.**

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Warunek graniczny	Parametry oferowane (Podać zakres, opisać)
	Ogólne		
1.	Rok produkcji: 2012	TAK	
2.	Centrala monitorująca współpracująca z kardiomonitorem FX3000 firmy Emtel umożliwiającą obserwację wszystkich monitorowanych przez kardiomonitor parametry w czasie rzeczywistym	TAK	
3.	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe (minimum 1 godz.)	TAK	
4.	Monitor kolorowy LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19" dotykowy	TAK	
5.	Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 1024 dpi	TAK	
6.	Obserwacja min. 6 stanowisk jednocześnie z prezentacją min. 6 fal dynamicznych z każdego stanowiska	TAK	
7.	Monitorowanie selektywne zbiorcze wybranych przez użytkownika 4 stanowisk	TAK	
8.	Możliwość podglądu wybranego stanowiska	TAK	
9.	Komunikacja z użytkownikiem w jęz. polskim	TAK	
10.	Archiwizacja (ciągły zapis) wszystkich parametrów tj. wszystkich krzywych dynamicznych, oraz wszystkich wartości danych liczbowych z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s	TAK	
11.	Możliwość wydruku na drukarce laserowej w formacie A4 (możliwość inicjowania wydruków także z pozycji monitora przy pacjencie)	TAK	
12.	Powiadamianie o alarmach ustawionych na kardiomonitorem z możliwością ich interaktywnej zmiany	TAK	
13.	Komunikacja interaktywna w ramach systemu: centrala-monitor, monitor-centrala	TAK	
14.	Sygnalizacja alarmów akustyczna i optyczna.	TAK	
15.	Realizacja sieci LAN za pomocą sieci ETHERNET Dodatkowe złącze USB do przenoszenia danych na Pendrive w formacie EXCEL	TAK	
16.	Drukarka laserowa umożliwiająca drukowanie zebranych danych.	TAK	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

	Inne wymagania		
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzeń.	TAK	
18.	Dostawa urządzeń w terminie do 21 dni od daty obowiązywania umowy.	TAK	
19.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego	TAK	
20.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
21.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń.	TAK	
22.	Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych.	TAK	
23.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty