

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-96 /12

Tarnów, 2012-11-02

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę artykułów medycznych (kaniuli, strzykawek, zestawów systemowych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku Nr 1 do SIWZ - Pakiet Nr 14 poz. 1 - **Zapis:**

Wszczepialny zestaw do podawania leków z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą żywicą epoksydową - komora o objętości 0,5ml i 0,25ml, zawierający przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną długością powyżej 500mm, dający cień RTG nie połączony trwale do portu. W skład zestawu wchodzi: port, cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, powadnica Seldingera, strzykawka niskooporowa 10ml, prowadnica do tulenizacji cewnika, zestaw do wlewu z igłą Hubera z systemem do mocowania oraz drenikiem i zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania. Rozmiar cewnika średnica 1,1x 2,2mm 6,6Fr - dla objętości komory 0,5ml i 0,25ml, oraz cewnik wysokoprzepływowy rozmiar 1,6 x 3,2mm 10Fr dla objętości komory 0,5ml i 1,1 x 2,8 mm 8,5Fr dla objętości komory 0,5 ml.

Zmienia na:

Port naczyniowy dożylny- zestaw implantacyjny zawierający:

- komorę portu wykonaną w całości z tytanu, w kształcie ściętego stożka, o objętości od 0,5 do 0,7ml, dojście ułatwiające laminarny przepływ przez komorę
- cewnik silikonowy nie połączony trwale do komory, zawierający podziałkę co 1 cm, dający cień radiologiczny, średnica zewnętrzna cewnika maks. 3,2mm, średnica wewnętrzna światła cewnika min. 1,2mm, długość od 650 do 800mm
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI
- dwie niskooporowe strzykawki 10ml
- igła do kaniulacji żyły 18G
- tępe plastikowe łącze do połączenia cewnika ze strzykawką lub cewnik zakończony łącznikiem luer
- igła Hubera z systemem mocującym do skóry, drenem i zaciskiem
- prowadnica stalowa typu J o długości min. 50cm
- rozszerzadło oraz prowadnicę implantacyjną z rozrywalną częścią
- tulenizator stalowy tępo zakończony
- mechanizm mocujący cewnik z portem (2szt.)
- pakiet informacyjny dla pacjenta

W związku z powyższą zmianą Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na :

- składanie ofert do dnia 12.11.2012r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 12.11.2011r godz. 11⁰⁰

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy po zmianie w zakresie Pakietu Nr 14 poz. 1.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a