



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-96/12

Tarnów, 2012-11-07

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (kaniuli, strzykawek, zestawów systemowych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści port tytanowy o poniższych parametrach:
 - okrągły kształt portu,
 - cewnik poliuretanowy długości 500mm,
 - w zestawie na jedną niskooporową strzykawkę o pojemności 5ml,
 - zestawy bez igły Hubera z systemem mocującym do skóry, drenem i zaciskiem,
 - zestawy z jedną sztuką mechanizmu mocującego cewnik z portem,
 - tępe metalowe łącze do połączenia cewnika ze strzykawką ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści kanikule z 3 paskami RTG?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z możliwością stosowania do 7 dni, bez elementu antybakteryjnego?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portu:
z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą Polyoxymethylenem, w kształcie ściętego stożka. Komora o objętości 0,55ml, dojście ułatwiające laminarny przepływ przez komorę. Cewnik silikonowy niepołączony trwale z komorą, długość 600mm z podziałką, co 1 cm, dający cień RTG. Średnica zewn. cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,2 mm. W skład zestawu wchodzi:
port kompatybilny ze środowiskiem MRI,
cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka niskooporowa 10ml+ druga dołączona oddzielnie, prowadnica do tulenizacji cewnika, zestaw do wlewu z igłą Hubera z systemem do mocowania oraz drenikiem i zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania (dołączana oddzielnie), mechanizm mocujący cewnik z portem (2 szt.), pakiet informacyjny dla pacjenta.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania port, produkowany przez światowego lidera w produkcji wszczepialnych dostępu do naczyń (współtwórcę pierwszego portu naczyniowego, na rynku amerykańskim od ponad 20 lat), różniący się nieznacznie od opisanego w SIWZ?
Proponowany port posiada cewnik wykonany z opatentowanego materiału PolyFlow® (sztywnego w czasie implantacji oraz miękkiego w temperaturze ciała pacjenta) z podziałką co 5cm, stalową (tępą) igłę do płukania cewnika (zamiast plastikowej) oraz mechanizm mocujący cewnik połączony z dyszą portu na stałe (nierozłącznie, więc nie ma możliwości dostarczenia dwóch mechanizmów mocowania jak to opisano w SIWZ).

6. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z materiału kompozytowego Delfin firmy DuPont z tytanowym markerem kierunku ułożenia portu-komora o objętości 0,6ml, zawierający przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną długością 500mm, dający cień RTG nie połączony trwale do portu. W skład zestawu wchodzi: port, cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka niskooporowa 10ml, prowadnica do tulenizacji cewnika, zestaw do wlewów z igłą Hubera z systemem do mocowania oraz drenikiem i zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania. Rozmiar cewnika: średnica wewnętrzna 1,5mm, i zewnętrzna 8Fr – dla objętości komory 0,6ml o przepływie 1800ml/godzinę oraz cewnik wysokoprzepływowy do 500ml/godzinę o średnicy wewnętrznej 1,6mm i zewnętrznej 9,6Fr dla objętości komory 0,6ml. Port wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim oraz dołączoną książkę informacyjną dla pacjenta w języku polskim z rubrykami do wpisywania historii użytkowania portu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie portu tytanowego o poniższych parametrach:

- okrągły kształt portu,
- cewnik poliuretanowy długości 500 mm,
- w zestawie ma jedną niskooporową strzykawkę o pojemności 5 ml,
- zestawy bez igły Hubera z systemem mocującym do skóry, drenem i zaciskiem,
- zestaw z jedną sztuką mechanizmu mocującego cewnik z portem,
- tępe metalowe łącze do połączenia cewnika ze strzykawką.

Ad. 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul z 3 paskami RTG pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu z możliwością stosowania do 7 dni, bez elementu antybakteryjnego

Ad. 4

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie portu z jednoczęściową komorą z tytanu pokrytą Polyoxymethylenem, w kształcie ściętego stożka. Komora o objętości 0,55 ml, dojście ułatwiające laminarny przepływ przez komorę. Cewnik silikonowy niepołączony trwale z komorą, długość 600 mm z podziałką, co 1 cm, dający cień RTG. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,2 mm.

Skład zestawu : port kompatybilny ze środowiskiem MRI, cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka niskooporowa 10 ml + druga dołączona oddzielnie, prowadnica do tulenizacji cewnika, zestaw do wlewów z igłą Hubera z systemem mocowania oraz drenikiem i zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania (dołączana oddzielnie), mechanizm mocujący cewnik z portem (2szt), pakiet informacyjny dla pacjenta.

Ad. 5

Zamawiający nie dopuszcza zestawu z cewnikiem na trwale połączonym z dyszą portu.

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wszczepialnego zestawu do podawania leków z jednoczęściową komorą z materiału kompozytowego Delrin firmy DuPont z tytanowym markerem kierunku ułożenia portu – komora o objętości 0,6 ml, zawierający

przeponę z gumy silikonowej, cewnik silikonowy z oznaczoną długością 500 mm, dający cień RTG, nie połączony trwale do portu. W skład portu wchodzi: port, cewnik, igła stalowa, prowadnica rozrywalna, prowadnica Seldingera, strzykawka niskooporowa 10 ml, prowadnica do tulenizacji cewnika, zestaw do wlewu z igłą Hubera z systemem do mocowania oraz drenikiem i zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania. Rozmiar cewnika: średnica wewnętrzna 1,5 mm i zewnętrzna 8 Fr – dla objętości komory 0,6 ml o przepływie 1800 ml/godzinę oraz cewnik wysokoprzepływowy do 500 ml/godzinę o średnicy wewnętrznej 1,6 mm i zewnętrznej 9,6 Fr dla objętości komory 0,6 ml. Porty wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim oraz dołączoną książką informacyjną dla pacjenta w języku polskim z rubrykami do wpisywania historii użytkowania portu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

