



Znak: AE/ZP-27-97/12

Tarnów, 2012-11-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę foteli do pobierania krwi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 6.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel dostępny w 3 kolorach: zielony, niebieski, szary?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 8.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z wysokością siedziska od podłoża 570 mm i długością po rozłożeniu 1850 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 9.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel wyposażony w manualną regulację oparcia zintegrowaną z sekcją nóg.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 6.2 pkt 2.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel z płynną regulacją kąta oparcia i wysokości siedziska 570 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 6.2 pkt 4.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel o całkowitej szerokości 770 mm i wysokości 1360 mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 6.2 pkt 5.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel posiadający koła z blokadą?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 6.2 pkt 7.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel dostępny w 3 kolorach: zielony, niebieski, szary?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi z tapicerką w kolorze: żółty, niebieski, pomarańczowy lub zielony
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści fotel pokryty skajem w dowolnym kolorze, z podłokietnikami w uniwersalnym kolorze popielatym wynikającym z zastosowanego materiału tj. pianki poliuretanowej?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi z szerokością siedziska 590 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga fotela do pobierania krwi z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 180 kg?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga fotela do pobierania krwi z możliwością demontażu podłokietników w sytuacjach np. na czas transportu przez wąskie przejścia lub w celu konfiguracji fotela do stołu zabiegowego?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga fotela do pobierania krwi z leżem opartym na konstrukcji kolumnowej?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy z uwagi na fakt, iż foldery producenta jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego – Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi z wysokością siedziska/leża (od podłoża) na poziomie 630 mm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi z całkowitą szerokością 900 mm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy w rozumieniu pkt 4 dot. „całkowitej wysokości”, Zamawiający dokona omyłki pisarskiej i miał na myśli „całkowitą długość” fotela do pobierania krwi?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi o całkowitej długości 2100 mm?

19. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny na wysoko mobilnych antypoślizgowych kołach, gwarantujących długotrwałość i bezawaryjność?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi z tapicerką w kolorze: żółty, niebieski, pomarańczowy lub zielony
21. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel pokryty skajem w dowolnym kolorze, z podłokietnikami w uniwersalnym kolorze popielatym wynikającym z zastosowanego materiału tj. pianki poliuretanowej?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga fotela do pobierania krwi z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 180 kg?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga fotela do pobierania krwi z leżem opartym na konstrukcji kolumnowej?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy z uwagi na fakt, iż foldery producenta jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego – Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel o wysokości siedziska na poziomie 540 mm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości całkowitej 840 mm?
27. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości odsetek karnych z 0,5 na 0,2% wartości brutto zamówionego fotela za każdy dzień zwłoki, jeżeli fotel ten nie zostanie dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi o konstrukcji fotela wykonanej z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym oraz obudowany tworzywową obudową z ABS?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi bez regulacji segmentu siedziska i bez możliwości uzyskania pozycji Trendelenburga, natomiast z możliwością rozłożenia segmentów do pozycji (horyzontalnej) leżanki?
30. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi, którego konstrukcja wykonana jest z rurek metalowych pokrytych farbą poliuretanową w kolorze czarnym, z tapicerowanym oparciem pleców, siedziskiem oraz podporą nóg?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wyposażony w 4 koła jezdne w tym trzy z blokadą + 1 kierunkowe?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o szerokości siedziska 48 cm oraz szerokości z podłokietnikami 62 cm?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi bez możliwości uzyskania pozycji Trendelenburga?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wyposażony w podłokietniki umożliwiające pobieranie krwi z prawej jak i lewej ręki z możliwością regulacji wyłącznie góra/dół?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 135 kg?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi, składający się z trzech segmentów: wyprofilowanego segmentu oparcia pleców, siedziska oraz podparcia nóg?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o szerokości całkowitej wraz z podłokietnikami wynoszącej 620mm i wysokości całkowitej wynoszącej 1090mm?

39. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do pobierania krwi, którego konstrukcja wykonana jest z rurek metalowych pokrytych farbą poliuretanową w kolorze czarnym, z tapicerowanym oparciem pleców, siedziskiem oraz podporą nóg?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela którego stopki nie posiadają zabezpieczeń antypoślizgowych?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści fotel z centralną blokadą kół?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości 620 mm do 750 mm?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści materiały informacyjne dotyczące oferowanego fotela od generalnego dystrybutora.
44. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości 620 mm do 750 mm?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel z całkowitą szerokością 950 mm?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel osadzony na kółkach.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1**, fotela do pobierania krwi, którego tapicerka dostępna jest tylko w trzech kolorach: zielony, niebieski, szary. Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 6.1 do pkt 6 tapicerka fotela winna być w minimum 4 kolorach, z których Zamawiający dokona wyboru jednego.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1**, fotela do pobierania krwi, którego wysokość siedziska od podłoża wynosi 570 mm, natomiast długość fotela po rozłożeniu do pozycji leżącej wynosząca 1850 mm spełnia wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 6.1 pkt 8.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi wyposażonego w manualną regulację oparcia zintegrowaną z sekcją nóg.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi z płynną regulacją kąta oparcia ale z wysokością siedziska wynoszącą 570 mm.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również fotela do pobierania krwi o całkowitej szerokości 770 mm, natomiast całkowita wysokość wynosząca 1360 mm spełnia wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 6.2 pkt 4.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również fotela do pobierania krwi posiadającego koła z blokadą, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2**, fotela do pobierania krwi, którego tapicerka dostępna jest tylko w trzech kolorach: zielony, niebieski, szary. Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 6.2 do pkt 7 tapicerka fotela winna być w minimum 4 kolorach, z których Zamawiający dokona wyboru jednego.

Ad. 8 Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 6.1 pkt 6 tapicerka fotela do pobierania krwi oferowanego w **Pakiecie nr 1** winna być w minimum 4 kolorach, z których Zamawiający dokona wyboru jednego.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi w dowolnym kolorze (wybrany przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 6.1 pkt 7), z podłokietnikami w uniwersalnym kolorze popielatym wynikającym z zastosowanego materiału tj. pianki poliuretanowej.

Ad. 10 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi o szerokości 590 mm, ponieważ spełnia wymagania określone przez zamawiającego w Załączniku Nr 6.1 pkt 8.

Ad. 11 Zamawiający nie wymaga (co wydaje się w sposób nie budzący wątpliwości określił w Załączniku Nr 6.1 pkt 14) w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 180 kg, ponieważ parametr ten określił na poziomie minimum 150 kg.

Ad. 12 Zamawiający w Załączniku Nr 6.1 określił wymagania dotyczące oferowanego w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi i nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie fotela do pobierania krwi z możliwością demontażu podłokietników.

Ad. 13 Zamawiający w SIWZ i Załączniku Nr 1 i Nr 6.1 określił wymagania dotyczące fotela do pobierania krwi oferowanego w **Pakiecie Nr 1**, z których jasno wynika, że nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie fotela z leżem opartym na konstrukcji kolumnowej.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty folderów producenta oferowanego w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi nie zawierających wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie uzna za wystarczające złożenie oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, zamiast załączenia materiałów informacyjnych producenta oferowanego fotela.

Ad 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi z wysokością siedziska/leża (od podłoża) na poziomie 630 mm.

Ad 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi z całkowitą szerokością 900 mm.

Ad 17 Zamawiający nie popełnił omyłki opisując w pkt 4 Załącznika Nr 6.2 wymagania dotyczące oferowanego w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi, całkowita wysokość oferowanego fotela winna wynosić minimum 1150 mm.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowania w **Pakiecie Nr 2** fotela o całkowitej długości wynoszącej 2100 mm, pod warunkiem, że jest to długość fotela po rozłożeniu do pozycji leżanki i spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela ginekologicznego na wysoko mobilnych antypoślizgowych kołach – przedmiotem zamówienia jest fotel do pobierania krwi.

Ad. 20 Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 6.2 pkt 7 tapicerka fotela do pobierania krwi oferowanego w **Pakiecie nr 2** winna być w minimum 4 kolorach, z których Zamawiający dokona wyboru jednego.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi w dowolnym kolorze (wybrany przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 6.2 pkt 7), z podłokietnikami w uniwersalnym kolorze popielatym wynikającym z zastosowanego materiału tj. pianki poliuretanowej.

Ad. 22 Zamawiający nie wymaga (co wydaje się, w sposób nie budzący wątpliwości określił w Załączniku Nr 6.2 pkt 9) w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 180 kg, ponieważ parametr ten określił na poziomie minimum 120 kg.

Ad. 23 Zamawiający w SIWZ i Załączniku Nr 1 i Nr 6.2 określił wymagania dotyczące fotela do pobierania krwi oferowanego w **Pakiecie Nr 2**, z których jasno wynika, że nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie fotela z leżem opartym na konstrukcji kolumnowej.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty folderów producenta oferowanego w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi nie zawierających wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie uzna za wystarczające złożenie oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, zamiast załączenia materiałów informacyjnych producenta oferowanego fotela.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi o wysokości siedziska na poziomie 540 mm.

Ad 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi o szerokości całkowitej 840 mm.

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy.

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** również fotela do pobierania krwi o konstrukcji wykonanej z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym oraz obudowany tworzywową obudową z ABS, pod warunkiem spełniania wymagań SIWZ.

Ad. 29 i 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi bez możliwości uzyskania pozycji Trendelenburga, ale pod warunkiem możliwości regulacji segmentu oparcia w zakresie min. od $+5^{\circ}$ do $+95^{\circ}$, regulacji segmentu nogowego w zakresie od 0° do -90° , i spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad .30 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy, termin realizacji zamówienia wynosi do 28 dni od daty podpisania umowy.

Ad 3 1 Zamawiający nie wyraża zgody w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi, którego konstrukcja wykonana jest z rurek metalowych pokrytych farbą poliuretanową w kolorze czarnym, z tapicerowaną podporą nóg.

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** również fotela do pobierania krwi wyposażonego w 4 koła jezdne w tym trzy z blokadą + 1 kierunkowe.

Ad. 33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi o szerokości siedziska 48 cm oraz szerokości z podłokietnikami 62 cm.

Ad 3 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi wyposażonego w podłokietniki umożliwiające pobieranie krwi z prawej jak i lewej ręki ale z możliwością regulacji wyłącznie góra/dół.

Ad. 36 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi o bezpiecznym obciążeniu wynoszącym 135 kg, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ bezpieczne obciążenie robocze fotela winno wynosić minimum 150 kg.

Ad. 37 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi trzech segmentów: wyprofilowanego segmentu oparcia pleców, siedziska oraz podparcia nóg ale bez zagłówka.

Ad. 38 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi o szerokości całkowitej wraz z podłokietnikami wynoszącej 620mm i wysokości całkowitej wynoszącej 1090mm.

Ad. 39 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi, którego konstrukcja wykonana jest z rurek metalowych pokrytych farbą poliuretanową w kolorze czarnym, z tapicerowaną podporą nóg.

Ad. 40 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi, którego stopki nie posiadają zabezpieczeń antypoślizgowych.

Ad. 41 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** również fotela do pobierania krwi z centralną blokadą kół.

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** fotela do pobierania krwi z regulacją wysokości 620 mm do 750 mm.

Ad. 43 Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie do oferty w **Pakiecie Nr 1** materiałów informacyjnych dotyczących oferowanego fotela od generalnego dystrybutora.

Ad. 44 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi z regulacją wysokości 620 mm do 750 mm.

Ad. 45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela do pobierania krwi z z całkowitą szerokością 950 mm.

Ad. 46 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również fotela do pobierania krwi osadzony na kółkach, pod warunkiem posiadania przez te koła mechanizmu hamującego lub blokującego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a