

**Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia
w Pakiecie Nr 1 - Fotel do pobierania krwi**

	Wymagane parametry fotela do pobierania krwi	Oferowane parametry fotela do pobierania krwi (podać dokładne informacje, parametry)
1.	Fotel do pobierania krwi, fabrycznie nowy	
2.	Konstrukcja fotela wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub powłoką chromowo-niklową	
3.	Fotel mobilny na 4 kółkach o średnicy minimum 75 mm, z hamulcami	
4.	Fotel składający się z minimum trzech części: oparcia pleców (dodatkowo może być z zagłówkiem), siedziska, części nożnej, z możliwością uzyskania pozycji od siedzącej do leżącej	
5.	Siedzenie, oparcie i segment podnóża wyłożone pianką i pokryte tapicerką ze skaju	
6.	Tapicerka dostępna w min. 4 kolorach (Zamawiający dokona wyboru z zaoferowanych kolorów), wymienić dostępne kolory tapicerki	
7.	Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne	
8.	Wymiary: wysokość siedziska/leża (od podłoża) maksymalnie 540 mm, długość całkowita po rozłożeniu do pozycji leżącej minimum 1750 mm, szerokość siedziska minimum 540 mm, przy czym Zamawiający dopuszcza również węższe siedzisko (podać wymiar) ale tylko pod warunkiem, że odległość pomiędzy wewnętrznymi brzegami podłokietników wynosi minimum 600 mm (podać wymiar)	
9.	Regulacja segmentu nóg manualnie (mechanizm blokujący) lub za pomocą sprężyn gazowych, hydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą przycisku nożnego lub pilota ręcznego	
10.	Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyn gazowych, hydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą przycisku nożnego lub pilota ręcznego	
11.	Regulacja segmentu siedziska i segmentu nóg w sposób umożliwiający uzyskania pozycji Trendelenburga	
12.	W wyposażeniu fotela dwa podłokietniki umożliwiające pobranie krwi zarówno z prawej jak i lewej ręki, z możliwością regulacji zarówno góra dół jak i na boki	
13.	Podłokietniki wykonane z pianki pokrytej skajem lub z poliuretanu	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

14.	Bezpieczne obciążenie robocze min. 150 kg	
15.	Do oferty załączone materiały informacyjne producenta dotyczące oferowanego fotela oraz jego zdjęcie	
16.	Fotel dopuszczony obrotu i używania na terenie RP jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
17.	Wraz z dostawą instrukcja obsługi fotela w języku polskim	
18.	Gwarancja min. 12 miesięcy	
19.	Wliczony w cenę fotela serwis gwarancyjny obejmujący zarówno naprawę jak i przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego (lub transport fotela do punktu naprawy i odesłanie sprawnego do Zamawiającego): czas naprawy - do 7 dni roboczych od zgłoszenia,	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty