

**Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia  
w Pakiecie Nr 2 - Fotel do pobierania krwi**

|     | <b>Wymagane parametry fotela do pobierania krwi</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Oferowane parametry fotela do pobierania krwi<br/>(podać dokładne informacje, parametry)</b> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fotel do pobierania krwi, fabrycznie nowy                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 2.  | Fotel z płynną regulacją kąta pochylenia oparcia - min. o 30° i z zagłówkiem, wysokość siedziska maksymalnie 500 mm                                                                                                                                          |                                                                                                 |
| 3.  | Posiadający dwa podłokietniki wyposażone w funkcję zmiany położenia - wysokości, umożliwiające swobodne przeprowadzenie zabiegu pobrania krwi zarówno z prawej jak i lewej ręki                                                                              |                                                                                                 |
| 4.  | Wymiary: całkowita szerokość: 710 - 750 mm, całkowita wysokość min. 1150 mm                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 5.  | Konstrukcja fotela wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub powłoką chromowo-niklową, na stopach posiadających zabezpieczenie antypoślizgowe                                                                                           |                                                                                                 |
| 6.  | Siedzenie, oparcie i zagłówki wyłożone pianką i pokryte tapicerką ze skaju                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
| 7.  | Tapicerka dostępna w min. 4 kolorach (Zamawiający dokona wyboru z zaoferowanych kolorów), wymienić dostępne kolory tapicerki                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| 8.  | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
| 9.  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 120 kg                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 10. | Do oferty załączone materiały informacyjne producenta dotyczące oferowanego fotela oraz jego zdjęcie                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
| 11. | Fotel dopuszczony obrotu i używania na terenie RP jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie |                                                                                                 |
| 12. | Wraz z dostawą instrukcja obsługi fotela w języku polskim                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 13. | Gwarancja min. 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
| 14. | Wliczony w cenę fotela serwis gwarancyjny obejmujący zarówno naprawę jak i przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego (lub transport fotela do punktu naprawy i odesłanie sprawnego do Zamawiającego): czas naprawy - do 7 dni roboczych od zgłoszenia,   |                                                                                                 |

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty