Parametry przedmiotu zamówienia - Stymulatory dwujamowe DDDR z osprzętem

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
1.	gniazda do elektrod IS-1		wymagane
2.	rok produkcji 2012 lub późniejszy		wymagane
3.	czas do wymiany min 10 lat (100% stymulacji DDD, 2,5V, 60/min, 750Ω		wymagane
4.	częstość stymulacji 30-160 lub więcej		wymagane
5.	możliwość zmiany amplitudy impulsu od min. 0,5 V		wymagane
6.	szerokość impulsu A/V co najmniej od 0,2 do 1,5 ms		wymagane
7.	czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 mV lub szerzej		wymagane
8.	polarność stymulacji, unipolarny, bipolarny we wszystkich ustawieniach		wymagane
9.	A-V delay zależny od częstości rytmu		wymagane
10.	możliwość oceny progu stymulacji		wymagane
11.	funkcja rate adaptive		wymagane
12.	elektrody A i V, aktywne i pasywne, w różnych rozmiarach dedykowanych do przedsionka i komory		wymagane
13.	elektrody A i V sterydowe		wymagane
14.	czułość przedsionkowa od 0,2 mV lub niżej		wymagane
15.	automatyczny opis stanu baterii i/lub przewidywanej żywotności stymulatora		wymagane
16.	Zaawansowane opcje histerezy preferujące rytm własny komór		wymagane
17.	funkcja switch mode		wymagane
18.	dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego		wymagane

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty