



AE/ZP-27-05/13

Tarnów, 2013-02-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-05/13

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na **dostawy: sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, prześcieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrana została oferta Firmy:

Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew, woj. mazowieckie w:

Pakiecie Nr 1

Cena wybranej oferty: **76.388,71** zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 71/100), w tym cena netto: **68.570,00** zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)

Pakiecie Nr 2

Cena wybranej oferty: **193.815,72** zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset piętnaście złotych 72/100), w tym cena netto: **179.459,00** zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla Pakietu Nr 1 po dniu 08 lutego 2013 r., natomiast dla Pakietu Nr 2 po dniu 13 lutego 2013 r.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
I	Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. , ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew, woj. mazowieckie	Pakiety Nr: 1, 2
II	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. , ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie	Pakiet Nr 2

III	JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 17a, 15-703 Białystok, woj. podlaskie	Pakiet Nr 2
-----	--	-------------

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Pakiet Nr 1

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr I	500,00	500,00

Pakiet Nr 2

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr I	500,00	500,00
Oferta Nr III	432,15	432,15

W wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-05/13

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na **dostawy: sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, prześcieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych** iż:

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę w **Pakiecie Nr 2** złożoną przez **Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,** ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem określonym w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ)

- w Pakiecie Nr 2 poz. 1 należało zaoferować fartuch wykonany z włókniny wysokobarierowej typu SMS lub SMMS lub równoważnej natomiast Wykonawca zaoferował fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS (zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Wykonawcę)
- w Pakiecie Nr 2 poz. 5 należało zaoferować zestaw serwet do angiografii owiniętych w serwetę nieprzemakalną w rozmiarze 150 x 180-200 cm, natomiast w zaoferowanym przez Wykonawcę zestawie serweta ta ma rozmiar 150 x 175 cm (zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Wykonawcę), a więc mniejszy niż wymagany
- w Pakiecie Nr 2 poz. 11 należało zaoferować sterylny pokrowiec foliowy na przewody, rozmiar 200 x 16 cm, teleskopowo złożony, z taśmami do mocowania na końcówkach, natomiast zaoferowany przez Wykonawcę pokrowiec ma rozmiar 13 x 250 cm (zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Wykonawcę) - w odpowiedzi na zapytania do SIWZ Zamawiający nie wyraził zgody na zaoferowanie pokrowca w takim rozmiarze
- w Pakiecie Nr 2 poz. 12 należało zaoferować sterylny pokrowiec foliowy na przewody, rozmiar 220 x 100 cm, teleskopowo złożony, z taśmami do mocowania na ramieniu aparatu RTG, natomiast zaoferowany przez Wykonawcę pokrowiec ma rozmiar 13 x 250 cm (zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Wykonawcę) - w odpowiedzi na zapytania do SIWZ Zamawiający nie wyraził zgody na zaoferowanie pokrowca w takim rozmiarze
- w Pakiecie Nr 2 poz. 13 należało zaoferować sterylny zestaw serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego w skład którego wchodziła serweta z wycięciem w kształcie litery U

- o wymiarach 8,5 – 10 x 85x -100 cm, natomiast zaoferowana przez Wykonawcę w zestawie serweta z wycięciem ma wycięcie w rozmiarze 6,5 x 90 cm, a więc wycięcie węższe niż wymagane
- w Pakiecie Nr 2 poz. 14 należało zaoferować sterylne zestawy serwet przeznaczone do artroskopii kolana w skład którego wchodziła serweta z elastycznym otworem o średnicy 7-9 cm lub o wymiarach 6-8x8 cm, natomiast zaoferowana przez Wykonawcę w zestawie serweta z otworem ma otwór w rozmiarze 7 x 5 cm (zgodnie z wyjaśnieniem Wykonawcy), a więc otwór mniejszy niż wymagany
 - w Pakiecie Nr 2 poz. 15 należało zaoferować sterylne zestawy serwet do zabiegu cięcia cesarskiego w ułożeniu ginekologicznym w skład którego wchodziła zintegrowana z nogawicami serweta główna o wymiarach 180 x 240 cm, w części centralnej z otworem trapezowym o wymiarach 20 x 30 x 20 cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okalał worek przechwytyjący płyny (z usztywnionym brzegiem, wyposażony w zawór do podłączenia drenu), przy czym Zamawiający w odpowiedzi na zapytania do SIWZ dopuścił zaoferowanie serwety w rozmiarze 250 x 315 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ. Zaoferowana przez Wykonawcę w zestawie serweta wyposażona jest w torbę przechwytyjącą płyny, która zgodnie z wyjaśnieniem Wykonawcy nie posiada zaworu do podłączenia drenu
 - w Pakiecie Nr 2 poz. 18 należało zaoferować sterylne zestawy serwet do laparoskopii w skład którego wchodziły 2 nogawice w rozmiarze 70 x120 cm, natomiast zaoferowane przez Wykonawcę w zestawie serwetami nogawice mają rozmiar 75 x 120 cm (zgodnie z wyjaśnieniem Wykonawcy), a więc rozmiar inny niż wymagany
- W związku z powyższym oferta w Pakiecie Nr 2 została odrzucona.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a