



.....

Znak: AE/ZP-27-05/13

Tarnów, 2013-01-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, prześcieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści maskę pakowaną w kartonik?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim, pakowane po 20 szt.?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 43 g/m² w kolorze niebieskim?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 200x90 cm, pakowane po 40 szt.?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści podkład włókninowy o wymiarach 160 x 90 cm pakowany po 25 szt.?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło **bibułowo** – foliowe?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści poszwę o wymiarach 200 x 150 cm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 120 x 37 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 80 x 45 cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bibułowo – foliowe o szerokości 51 cm z perforacją co 50 cm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 130 x 90 cm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 x 80 cm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 15 x 250 cm taśmą mocującą?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.: 4, 13, 14, 16, 17.** Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 4, 13, 14, 16, 17 obłożenia wykonane z laminatu wymaganego w SIWZ, ale o gramaturze 56 g/m²?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:
serweta z przylepcem rozmiar 240 cm x 150 cm – 1 szt.,
serweta z przylepcem rozmiar 180 x 170 cm – 1 szt.,
serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym boku rozmiar 90 x 75 cm – 2 szt.
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:



- serweta z otworami o średnicy 8 cm i przylepcami rozmiar 320 cm x 180 cm – 1 szt.,
serweta rozmiar 90 x 75 cm – 2 szt.,
serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:
serweta z przylepcem rozmiar 260 cm x 240 cm – 1 szt.,
serweta z przylepcem rozmiar 240 x 150 cm – 1 szt.,
pokrowiec na nogę rozmiar 120 x 37 cm – 1 szt.,
kieszka na płyny z kształtką rozmiar 40 x 30 cm – 1 szt.,
taśma medyczna rozmiar 50 x 9 cm – 6 szt.,
serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,
serweta na stolik Mayo rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:
serweta z otworem elastycznym o średnicy 6 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów rozmiar 320 cm x 240 cm – 1 szt.,
pokrowiec na nogę rozmiar 75 x 37 cm – 1 szt.,
taśma medyczna rozmiar 50 x 9 cm – 2 szt.,
serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,
serweta na stolik Mayo rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:
serweta z otworem prostokątnym, workiem na płyny, folią chirurgiczną i zintegrowanymi nogawicami rozmiar 270 cm x 200 cm – 1 szt.,
taśma medyczna rozmiar 50 x 9 cm – 1 szt.,
serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,
serweta na stolik Mayo rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 4 szt.?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:
serweta z przylepcem rozmiar 240 cm x 150 cm – 1 szt.,
serweta z przylepcem rozmiar 180 x 170 cm – 1 szt.,
serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym boku rozmiar 90 x 75 cm – 2 szt.,
taśma medyczna rozmiar 50 x 9 cm – 1 szt.,
serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,
serweta na stolik Mayo rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.
oraz dodatkowo kieszeń foliowa o wymiarach 40 x 30 cm na płyny zaoferowana w oddzielnym opakowaniu?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:
serweta z otworem prostokątnym o wymiarach 20 x 10 cm i przylepcem rozmiar 200 cm x 180 cm – 1 szt.,
serweta przeznaczona pod pośladki rozmiar 90 x 75 cm – 1 szt.,
pokrowiec na nogę rozmiar 120 x 75 cm – 2 szt.,

- serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,
serweta na stół Mayo rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:
serweta z otworem w kształcie trapezu o wymiarach 28 x 20 x 19 cm,
przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą rozmiar 265 cm x 180 cm – 1 szt.,
serweta rozmiar 90 x 75 cm – 1 szt.,
taśma medyczna rozmiar 50 x 9 cm – 1 szt.,
serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,
serweta na stół Mayo rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,
serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.
- Do zestawu oddzielnie zapakowany pokrowiec na przewody o wymiarach 15 x 250 cm.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 110 x 110 cm? Zastosowanie elastycznej gumki pozwala na zastosowanie osłony równie funkcjonalnie jak osłony o średnicy 50 – 53 cm.
25. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy.** Czy za dni robocze w rozumieniu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
26. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy.** Zważywszy na pkt 13 ogólnych warunków umowy, prosimy o określenie procentowego, minimalnego stopnia realizacji umowy.
27. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny wysokobarieryjnej typu SMMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje: 4, 13, 14, 16, 17.** Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na zestawy wykonane z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze minimalnej 55g/m² spełniające wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących norm dotyczące nieprzemakalności i wytrzymałości na rozerwanie.
30. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:
1 serweta na stół narzędziowy, rozmiar 150 x 100 cm
2 serwety samoprzylepne, rozmiar 170 x 175 cm
2 serwety samoprzylepne, rozmiar 75 x 90 cm.
31. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje 11 - 12.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców foliowych na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm
32. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie:
1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm
1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm
1 serweta nieprzylepna 150 x 150 cm
1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
 - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
33. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 14.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
 - 1 obłożenie stolika Mayo -80 x 145 cm
 - 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm
 - 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm
 - 1 osłona na kończynę – 25 x 80 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne – 10 x 50 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
34. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie:
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki – 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
 - 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
 - 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29x19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x 315 cm (ułożenie płasko na stole)
 - 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
35. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
 - 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm
 - 1 serweta samoprzylepna 170 x 175 cm
 - 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- Dodatkowo pakowana niezależnie od zestawu jednokomorowa kieszeń w rozmiarach 43 cm x 38 cm.
36. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
 - 1 serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów 290 x 250 cm, okno 9 x 12 cm
 - 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - 1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
37. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 18.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii o następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy – 140 x 190 cm
 - 1 obłożenie stolika Mayo 80x145 cm
 - 1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm, okno 28 x 32 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- Dodatkowo pakowana niezależnie od zestawu taśma samoprzylepna w rozmiarze 10 x 50 oraz osłona na przewody 13 x 250 cm.
38. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony do aparatu w rozmiarach 50 x 100 cm?

39. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 2 zestawy obłożeń, serwety i odzież operacyjna spełniały normy EN 13795 1, 2, 3, obowiązujące w stosunku do materiałów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym? Czy fakt spełniania wymogów wyżej wymienionej normy należy potwierdzić stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści maski operacyjne pakowane w kartonik po 50 szt.?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku o gramaturze 35 g/m²?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm lub 30 x 60 cm?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści pokrowce wykonane z folii?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta o wym. 200 x 320 cm
Serweta 3-warstwowa, z otworem z folią chirurgiczną, okienko 25 x 30 cm, z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 4rema organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik 100 x 150 cm
Serweta 2 warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta o wym. 100 x 150 cm
Serweta wykonana z włókniny
1 x Serweta do angiografii udowej o wym. 220 x 320cm
Serweta z 2ma okrągłymi otworami o wym 6 x 8cm, przylepnymi. Serweta z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym i przezroczystą folią polietylenową na obrzeżach serwety. Serweta w polu niekrytycznym wykonana z włókniny. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Fartuch chirurgiczny Standard rozmiar XL
1 x Taśma przylepna o wym. 10x25cm?

48. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 250x16cm?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:
górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,
dolną z elastyczną gumką 80x150cm,
2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm
Serweta z wycięciem U samoprzylepną o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizernami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Serweta 170 x 240 cm
Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizernem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Nogawica 35 x 120 cm
Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm
Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizernami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m²,

odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm?

53. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm?

54. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łąką chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerm na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerm na przewody. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

- 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm
 Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm
 + kieszeń w rozmiarze 30x40cm pakowana osobno?
- 55. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
 1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm
 Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu
 Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
 Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
 2 x Nogawica o wym. 70x120cm
 Nogawica wykonana z włókniny, z podwójnie wywiniętym brzegiem
 1 x Serweta operacyjna o wym. 170 x 180cm
 Serweta z przylepcem wykonana z włókniny
 1 x Serweta operacyjna o wym. 75 x 100cm
 Serweta 2- warstwowa samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe.
 Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
 1 x Taśma przylepna 10 x 50cm?
- 56. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm
 Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.
 Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
 Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
 1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm
 Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T
 2 x Nogawica, 70 x 120cm
 Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem
 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm
 Pokrowiec z przezroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem
 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm?
- 57. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparat 65x85cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** maski pakowanej w kartoniki, pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze (Zamawiający dopuszcza aby było to opakowanie zawierające 50 szt.) będzie zabezpieczone folią i maska będzie spełniała pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** czepka w kolorze niebieskim, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** prześcieradła w kolorze niebieskim pakowanego po 20 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prześcieradła o gramaturze 43 g/m² w kolorze niebieskim, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prześcieradła o wymiarach 200 x 90 cm, natomiast dopuszcza prześcieradła pakowane po 40 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** podkładu włókninowego o wymiarach 160 x 90 cm pakowanego po 25 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi ponieważ nie wie o którą pozycję i w którym pakiecie Wykonawca pyta.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** poszwy o wymiarach 200 x 150 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** osłony na kończynę o wymiarach 120 x 37 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** osłony na kończynę o wymiarach 80 x 45 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** prześcieradła bibułowo – foliowego o szerokości 51 cm, natomiast dopuszcza prześcieradło z perforacją co 50 cm.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** serwety o wymiarach 130 x 90 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** serwety o wymiarach 90 x 80 cm.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11** pokrowca o wymiarach 15 x 250 cm.

Ad. 15 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz.: 4, 13, 14, 16, 17** obłożeń z laminatu wymaganego w SIWZ ale o gramaturze minimalnej 56g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem że serweta o wymiarach 260 x 240 cm posiada wycięcie w kształcie litery U o wymiarach 8,5 – 10 x 85 – 100 cm, a ponadto zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 14** zestawu serwet opisanego w pytaniu.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym również, że serweta o rozmiarze 270 x 200 cm posiada otwór o parametrach otworu określonego przez Zamawiającego w SIWZ oraz że jest on wypełniony folią chirurgiczną, otwór okala worek przechwytyjący płyny (z usztywnionym brzegiem, wyposażony w zawór do podłączenia drenu).

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 18** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 19** osłony o wymiarach 110 x 110 cm, pod warunkiem, że faktycznie posiada elastyczną gumkę pozwalającą na zastosowanie osłony równie funkcjonalnie jak osłony o średnicy 50 – 53 cm., a ponadto spełnianie pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 25 Za dni robocze w rozumieniu umowy będą uważne dni od poniedziałku do soboty.

Ad. 26 i 27 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksy cywilnego

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS, dopuszcza tylko fartuchy wykonane z włókniny typu SMS lub SMMS.

Ad. 29 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz.: 4, 13, 14, 16, 17** zestawów wykonanych z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze minimalnej 55g/m² spełniających wszystkie pozostałe wymogi obowiązujących norm dotyczące nieprzemakalności i wytrzymałości na rozerwanie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** zestawu serwet opisanego w zapytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11 - 12** pokrowców foliowych na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 14** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 35 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 18** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym również dołączenie do zestawu dwóch nogawic o wymiarach 70 x 120 cm.

Ad. 38 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 19** osłony do aparatu w rozmiarach 50 x 100 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 39 Wymagania jakie ma spełniać przedmiot zamówienia oferowany w Pakiecie Nr 2 zostały określone w SIWZ.

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prześcieradła jednorazowego użytku o gramaturze 35 g/m².

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm.

Ad. 43 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** osłony na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm, nie wyraża również zgody na osłonę o rozmiarze 30 x 60 cm.

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 17** pokrowce były wykonane z folii, pod warunkiem, że jest ona nieprzezroczysta i pokrowce spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** fartucha wykonanego z włókniny typu SSMMS, dopuszcza tylko fartuchy wykonane z włókniny typu SMS lub SMMS.

Ad. 46 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** zestawu serwet opisanych w pytaniu.

Ad. 47 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** zestawu serwet opisanych w pytaniu.

Ad. 48 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 49 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11** osłony na przewody w rozmiarze 250x16cm.

Ad. 50 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** osłony na ramię C uniwersalnej 3 częściowej opisanej w pytaniu.

Ad. 51 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 14** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 54 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 18** zestawu serwet opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 57 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 19** osłony w rozmiarze 65 x 85 cm..

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a