

**Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia
zamrażarki niskotemperaturowej do głębokiego
zamrażania szczepów bakteryjnych 1 szt.**

Lp	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE, podać zakres, opisać)
1.	Przedmiot zamówienia: zamrażarka niskotemperaturowa do głębokiego zamrażania szczepów bakteryjnych 1 szt	TAK	
2.	Zamrażarka otwierana z przodu	TAK	
3.	Obudowa z blachy malowanej proszkowo	TAK	
4.	Komora mrozeniowa wykonana ze stali nierdzewnej	TAK	
5.	Podwójna podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed oblodzeniem	TAK	
6.	Poziom hałasu poniżej 60 dB	TAK	
7.	Zakres temperatur minimum od -85 °C do -40 °C	TAK	
8.	Regulacja temperatury co 1°C	TAK	
9.	Stabilność temperatury mierzona w środku geometrycznym komory nie mniejsza niż +/- 2°C	TAK	
10.	Sterownik układu kontroli temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	TAK	
11.	Wbudowany rejestrator temperatury	TAK	
12.	Wymiary zewnętrzne szerokość maksimum 60 cm, głębokość maksimum 70 cm	TAK	
13.	Pojemność komory od 35 litrów do 60 litrów	TAK	
14.	W komorze stelaż lub półka umożliwiające dwupoziomowe przechowywanie materiałów	TAK	
15.	Naturalny obieg powietrza	TAK	

16.	Dźwiękowy i wizualny alarm: przekroczenia zaprogramowanej temperatury, awarii układu chłodzenia, awarii czujnika temperatury, braku zasilania.	TAK	
17.	Bateryjne zasilanie alarmów i czujnika temperatury w przypadku braku zasilania sieciowego przez minimum 72 h.	TAK	
Pozostałe wymagania			
18.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
19.	Dostawa i instalacja w miejscu użytkowania na koszt wykonawcy.		
20.	Dostawa urządzenia w terminie do 42 dni od daty obowiązywania umowy.	TAK	
21.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne 9w języku polskim) dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego fotografię.	TAK	
22.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi zamrażarki do głębokiego zamrażania szczepów bakteryjnych w siedzibie Zamawiającego.	TAK	
23.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesiące od daty protokolarnego odbioru uruchomionej zamrażarki.	TAK	
24.	W okresie gwarancji czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad maksymalnie 28 dni roboczych	TAK	
25.	W okresie gwarancji wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy przy naprawie trwającej dłużej niż 7 dni roboczych.	TAK	
26.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty